



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20224908

### İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 26/07/2022 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR  
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

#### ALIM KONUSU MALZEMELER

#### MİKTAR

1	PLASTİK TUP 5CC(ENDOKRİN)	12.000,00	ADET
2	HİDROJEN PEROKSİT PLAZMA STERİLİZATORU STERİLİZASYON RULOSU 100 MM	12,00	ADET
3	HİDROJEN PEROKSİT PLAZMA STERİLİZATORU STERİLİZASYON RULOSU 200 MM	10,00	ADET

**TEKLİF NO** : 20224908  
**NOT** : ODEME 120 GUN  
**İLGİLİ KİŞİ** : BELMA ÇELEK  
**TEL** : 4122410  
**E-MAIL** : belma.beker@deu.edu.tr  
**FAX** : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

293.0145.000	PLASTIK TUP 5CC(ENDOKRİN)	ADET	12000
297.0111.000	HİDROJEN PEROKSİT PLAZMA STERİLİZATORU STERİLİZASYON RULOSU 100 MM	ADET	12
297.0113.000	HİDROJEN PEROKSİT PLAZMA STERİLİZATORU STERİLİZASYON RULOSU 200 MM	ADET	10

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (5466) PLASTIK TUP 5CC(ENDOKRİN)

##### Açıklama : PLASTIK TUP 5CC(ENDOKRİN)

1. Polistrenden üretilmiş olmalıdır.
2. Gövdesinde hacim skalası olmalıdır.
3. Birimde çalışılan cihazla (gama sayacı) uyumlu olmalıdır.
4. RIA çalışma sporlarına uygun olmalıdır.
5. RIA çalışmasında oluşan pelletleri tutabilir olmalıdır.
6. Ürün ambalajı (kutu/poşet) olmalıdır.
7. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
8. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için 20 adet numune temin etmelidir.