



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20224928

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 28/07/2022 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ULTRASONİK CERRAHİ SİSTEM HORTUM SETİ	10,00	ADET
2	36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR UCU	6,00	ADET
3	36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR UCU CURVED TİP	1,00	ADET
4	36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR UCU MİKRO TİP	1,00	ADET
5	36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR UCU SHEAR TİP	1,00	ADET
6	36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR TUBING SET	5,00	ADET

TEKLİF NO : 20224928

NOT : ÖDEMELER 120 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE UBB KODU BELİRTMENİZİ RİCA EDERİM.

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

199.0011.000	ULTRASONİK CERRAHI SİSTEM HORTUM SETİ	ADET	10
254.0009.000	36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR UCU	ADET	6
254.0010.000	36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR UCU CURVED TİP	ADET	1
254.0011.000	36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR UCU MİKRO TİP	ADET	1
254.0012.000	36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR UCU SHEAR TİP	ADET	1
254.0013.000	36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR TUBING SET	ADET	5

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(7291) ULTRASONİK CERRAHI SİSTEM HORTUM SETİ

Açıklama : ULTRASONİK CERRAHI SİSTEM HORTUM SETİ

1. Teklif edilecek tubing set demirbaşında bulunan Cusa Excel ultrasonik aspiratör ile birebir uyumlu olmalıdır. Uyumlu olmayan teklifler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. Teklif edilecek tubing set Cusa Excel 23 kHz elceği ile kullanılmalıdır. Bu özellik kutu üzerinde açıkça belirtilecektir.
3. Teklif edilecek tubing set tek kullanımlık ve steril pakette bulunmalıdır.
4. Teklif edilecek tubing setin CE etiketi bulunmalıdır.
5. Teklif edilecek tubing set orijinal olmalıdır ve durum katalog vs ile ispatlanmalıdır.
6. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
7. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
8. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
9. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
10. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.
11. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.

(10291) 36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR UCU SHEAR TİP

Açıklama : 36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR UCU SHEAR TİP

1. Teklif edilecek kemik ucu kurumumuz demirbaşında bulunan Cusa Excel marka ultrasonik aspiratör ile birebir uyumlu olmalı ve bu cihaz ile kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.Bu koşul katalog vs.ile ispatlanmalıdır.
2. Teklif edilecek uç sert tümörlerde kullanım için özel tasarlanmış olmalı, standart uçlara göre diseksiyon hızını arttırmalıdır.
3. Uç kısmında yer alan özel yapısı ile ultrasonik diseksiyon ile mekanik diseksiyonu aynı anda gerçekleştirirken damar yapılarına zarar vermemelidir.

4. Eğimli olmalıdır.
5. Teklif edilecek uç 117,9 mm uzunlukta olmalı, uç kalınlığı 1,57 mm olmalıdır.
6. Özel kanül ve o-ringler ile birlikte steril paketlenmiş olmalıdır.
7. Ucun iki yanında iki adet pre-aspirasyon delikleri mevcut olmalıdır.
8. Ucun çalışma frekansı 36 kHz olmalıdır.

(10292) 36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR UCU MİKRO TIP

Açıklama : 36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR UCU MİKRO TIP

1. Teklif edilecek ürün demirbaşımızda kayıtlı bulunan Cusa Excel cihazının 36 KHz'lik aplikatörü ile tam uyumlu olmalı, aynı firma tarafından Cusa Excel cihazının 36 KHz'lik aplikatörü ile kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır ve bu özellik ürünün paketi üzerinde açıkça belirtilmiş olmalıdır.
2. Uzunluğu 192,7 mm olmalıdır.
3. Çapı 1,57 mm olmalıdır.
4. Tek kullanımlık olmalıdır.
5. Eğimli olmalıdır.
6. Steril ambalajlanmış olmalıdır.
7. Metal uç, plastik kılıf ve yüzükler steril paketin içerisine dahil olmalıdır.

(10289) 36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR TUBING SET

Açıklama : 36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR TUBING SET

1. Teklif edilecek ürün demirbaşımızda kayıtlı bulunan Cusa Excel cihazının 36 KHz'lik aplikatörü ile tam uyumlu olmalı, aynı firma tarafından Cusa Excel cihazının 36 KHz'lik aplikatörü ile kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır ve bu özellik ürünün paketi üzerinde açıkça belirtilmiş olmalıdır.
2. Uzunluğu 121,5 mm olmalıdır.
3. Çapı 1,57 mm olmalıdır.
4. Tek kullanımlık olmalıdır.
5. Eğimli olmalıdır.
6. Steril ambalajlanmış olmalıdır.
7. Metal uç, plastik kılıf ve yüzükler steril paketin içerisine dahil olmalıdır.

(10289) 36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR UCU

Açıklama : 36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR UCU

1. Teklif edilecek ürün demirbaşımızda kayıtlı bulunan Cusa Excel cihazının 36 KHz'lik aplikatörü ile tam uyumlu olmalı, aynı firma tarafından Cusa Excel cihazının 36 KHz'lik aplikatörü ile kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır ve bu özellik ürünün paketi üzerinde açıkça belirtilmiş olmalıdır.
2. Uzunluğu 121,5 mm olmalıdır.
3. Çapı 1,57 mm olmalıdır.
4. Tek kullanımlık olmalıdır.
5. Eğimli olmalıdır.
6. Steril ambalajlanmış olmalıdır.
7. Metal uç, plastik kılıf ve yüzükler steril paketin içerisine dahil olmalıdır.

(10290) 36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR UCU CURVED TIP

Açıklama : 36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR UCU CURVED TIP

1. Teklif edilecek ürün demirbaşımızda kayıtlı bulunan Cusa Excel cihazının 36 KHz'lik aplikatörü ile tam uyumlu olmalı, aynı firma tarafından Cusa Excel cihazının 36 KHz'lik aplikatörü ile kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır ve bu özellik ürünün paketi üzerinde açıkça belirtilmiş olmalıdır.
2. Uzunluğu 12,51 cm olmalıdır.
3. Çapı 1,14 mm olmalıdır.
4. Tek kullanımlık olmalıdır.
5. Eğimli olmalıdır.
6. Steril ambalajlanmış olmalıdır.
7. Metal uç, plastik kılıf ve yüzükler steril paketin içerisine dahil olmalıdır.