



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

27/07/2022 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20224990

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 01/08/2022 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 VIRAL MENENJIT PANELİ KİTİ	128,00 TEST

TEKLİF NO : 20224990
NOT : ODEME 180 GUN
İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN
TEL :
E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2

FORM NO: MYS_0072

Viral Menenjit Paneli Kiti- Teknik Şartnamesi

1. Kit, BOS örneklerinde HSV tip 1 ve 2, VZV, kabakulak virusu, enterovirus, parechovirus nükleik asitlerini, prob temelli multipleks realtime PCR yöntemini kullanarak saptayabilmelidir.
2. Kit içinde pozitif kontrol, negatif kontrol ve internal kontrol bulunmalıdır.
3. Kit ile birlikte, DNA/RNA ekstraksiyonu için EZ-1 sisteminde kullanmaya uygun olan ekstraksiyon kiti sağlanmalıdır.
4. Kit ile birlikte, tüm sarf malzemeleri (tüpler, stripler, pipet uçları vb) temin edilmelidir.
5. Kit, RotorGene Q cihazında çalışmaya uygun olmalıdır.
6. Kit ve/veya sistem kaynaklı tekrarlar firma tarafından ücretsiz karşılanmalıdır.
7. Laboratuvarın uygun göreceği dış kalite kontrol programına kayıt sağlanmalıdır.
8. Kullanım sırasında kite ilişkin bir sorun çıkması durumunda ilgili firma, tüm kitleri sağlıklı çalıştığı kanıtlanmış yeni lot numaralı kitler ile ücretsiz olarak değiştirmelidir.
9. Sözleşme öncesi, kitlerin demosu yapılarak onay alınmalıdır. Bu amaçla kalite kontrol örnekleri (Qnostics vb bir firmadan) temin edilmelidir. Demo için gerekli tüm sarf malzemeleri ve kitler firma tarafından ücretsiz temin edilmelidir.
10. Kitler kapalı, orijinal ambalajında olmalıdır. Teklif edilen kitlerin raf ömrü, satın alındığı tarihten başlayarak en az 6 ay olmalıdır. Raf ömrünü tamamlamasına iki ay kalan kitler önceden haber verilerek ilgili firma tarafından daha uzun olanlarla ücretsiz olarak değiştirilir.
11. Merkez Laboratuvarı teklif verilen kitlerin transport, kötü koşullarda saklanma, kit içeriklerinde fiziksel hasar dahil kendi denetimi dışında oluşabilecek her türlü sorun ile ilgili hiçbir sorumluluk taşımaz. İlgili firma bu tür durumlarda Merkez Laboratuvarı tarafından yapılacak yazılı başvuruyu takip eden 15 gün içinde kitleri ücretsiz olarak yenileri ile değiştirmelidir. Benzer biçimde, kit içeriklerinin bildirilenden eksik çıkması durumunda ilgili firma tüm eksiklikleri öngörülen test çalışma koşullarına uygun biçimde gidermekle yükümlüdür.
12. Kit orijinal ambalajında ve kit formatında olup, UBB'de kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.

Prof. Dr. A. Arzu Sayiner

Dr. Öğr Üyesi Özgür Appak