



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20224671

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 18/07/2022 TARİHİ, SAAT 12:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 BIYOPSI ATACMANI (GE VOLUSON P6 K9-RS ULTROSON PROBUNA UYUMLU)	24,00 ADET

TEKLİF NO : 20224671
NOT : ODEME 120GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

298.0609.000	BIYOPSI ATACMANI (GE VOLUSON P6 K9-RS ULTROSON PROBUNA UYUMLU)	ADET	24
--------------	--	------	----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(10606) BIYOPSI ATACMANI (GE VOLUSON P6 K9-RS ULTROSON PROBUNA UYUMLU)

Açıklama : BIYOPSI ATACMANI (GE VOLUSON P6 K9-RS ULTROSON PROBUNA UYUMLU)

1. ATAÇMAN GE MARKA ULTRASON IC9 VOLUSON P6 PROBUNA TAM UYUM SAĞLAYAN İĞNE KILAVUZU OLARAK KULLANILACAKTIR.
2. PROBA TAKILDIĞINDA OYNAMA VE KAYMA YAPMAYACAKTIR.
3. AMBALAJ ÜZERİNDE UYUMLU OLDUĞU MARKA VE MODEL BELİRTİLMİŞ OLACAKTIR.
4. 16-22G ARASI İĞNE GEÇİŞİNE İZİN VERECEKTİR.
5. STERİL VE TEK KULLANIMLIK OLACAKTIR.
6. İSTENDİĞİNDE SET İÇİNDE TEK KULLANIMLIK JEL VE COWERLERİ OLACAKTIR.