



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Teklif No: 20225459

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 22/08/2022 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	FLEXIBLE NAZO FARINGO LARINGOSKOP (ENDOSKOP) CİHAZI	2,00	ADET
---	---	------	------

TEKLİF NO : 20225459
NOT : 20225459ÖDEMELER 30 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI
TEL : 4122406
E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.3737.000	FLEXIBLE NAZO FARINGO LARINGOSKOP (ENDOSKOP) CİHAZI	ADET	2
--------------	---	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(10514) FLEXIBLE NAZO FARINGO LARINGOSKOP (ENDOSKOP) CİHAZI

Açıklama : FLEXIBLE NAZO FARINGO LARINGOSKOP (ENDOSKOP) CİHAZI

1. Teklif edilen cihaz "0" derece olmalıdır.
2. Teklif edilen cihazın görüş açısı 70 dereceden az olmamalıdır.
3. Hastaya uygulanan çalışma uzunluğu 300mm olmalıdır.
4. Yukarı aşağı hareket kabiliyeti 150 dereceden az olmamalıdır.
5. Teklif edilen cihazın dış çapı 3.2 mm ile 3.6 mm arasında olmalıdır.
6. Teklif edilen cihaz standart c-mount kameralara ilave aparat kullanılmadan takılabilmelidir.
7. Teklif edilen cihaz üzerindeki farklı renk ile belirtilmiş focus/netlik ayar halkası olmalıdır.
8. Teklif edilen cihaz sağ ve sol elle kullanılabilir yapıda olmalı tek el ile hareket kabiliyetine sahip olmalıdır.
9. Endoskop,bir adet orjinal taşıma çantası,bir adet kaçak test cihazı ile birlikte set halinde verilmelidir.
10. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

A.T