



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20225467

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 19/08/2022 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	CERRAHI SUTUR, POLİPROPİLEN, MONOFİLAMANT NO 0 YUV. 25 MM 1/2 IGN. 75CM	540,00	ADET
2	CERRAHI SUTUR, POLİGLAKTİN VEYA LAKTOMER, EMİLEBİLEN, ORGULU 3/0 24 MM KESKİN(RENK SİZ)	360,00	ADET
3	POLYGLACTİN 910 ,LACTOMER 5/0 19 MM TERS KESKİN (RENK SİZ)	800,00	ADET
4	IPEK ORGULU 6/0 KESKİN 10 MM	120,00	ADET
5	POLİPROPİLEN MONOFİLAMANT NO 1 90 MM TEK İÇN.KESKİN 2X50CM	24,00	ADET
6	CERRAHI SUTUR, POLİYAMİD MONOFİLAMANT 10/0 BLACK 3/8 6.15MM SPATUL	60,00	ADET
7	CERRAHI SUTUR, POLİYESTER, ORGULU 4/0 CİFT YUV.1/2 TAPER POINT İG. 16 MM(TAPER POINT VEYA TAPER CUT)	24,00	ADET
8	SKLERAL FİKSASYON SUTURU (PC9)	48,00	ADET
9	CELİK TEL MONOFİLAMANT NO 2 48MM 1/2 KESKİN2X45CM	120,00	ADET

TEKLİF NO : 20225467

NOT : ÖDEME VADESİ 60 GÜNDÜR.TEKLİFLERDE MARKA MODEL VE UBB BELİRTMENİZİ RİCA EDERİZ.

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

201.0122.000	CERRAHI SUTUR, POLİPROPİLEN, MONOFİLAMANT NO 0 YUV. 25 MM 1/2 İGN. 75CM	ADET	540
201.0176.000	CERRAHI SUTUR, POLİGLAKTİN VEYA LAKTOMER, EMİLEBİLEN, ORGULU 3/0 24 MM KESKİN(RENKSİZ)	ADET	360
201.0192.000	POLYGLACTİN 910 ,LACTOMER 5/0 19 MM TERS KESKİN (RENKSİZ)	ADET	800
201.0225.000	IPEK ORGULU 6/0 KESKİN 10 MM	ADET	120
201.0274.000	POLİPROPİLEN MONOFİLAMANT NO 1 90 MM TEK İGN.KESKİN 2X50CM	ADET	24
201.0283.000	CERRAHI SUTUR, POLİYAMİD MONOFİLAMEND 10/0 BLACK 3/8 6.15MM SPATUL	ADET	60
201.0293.000	CERRAHI SUTUR, POLİYESTER, ORGULU 4/0 ÇİFT YUV.1/2 TAPER POINT İGN. 16 MM(TAPER POINT VEYA TAPER CUT)	ADET	24
201.0301.000	SKLERAL FİKSASYON SUTURU (PC9)	ADET	48
201.0316.000	CELİK TEL MONOFİLAMANT NO 2 48MM 1/2 KESKİN2X45CM	ADET	120

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(9447) SKLERAL FİKSASYON SUTURU (PC9)

Açıklama : SKLERAL FİKSASYON SUTURU (PC9)

1. Steril ambalajında olmalıdır.
2. Göz ameliyatlarına uygun olmalıdır.
3. Korneadan rahatlıkla geçebilmeli işlem sırasında suture kopmamalıdır.
4. 1/4 eğimli 0,23 mm kalınlığında 15mm uzunluğunda çift iğneli olmalıdır.
5. Uzunluğu en az 20 cm olmalıdır.
6. Her bir ambalajda ürün bilgileri ve son kullanma tarihi olmalıdır