



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20225461

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 18/08/2022 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	STERİL ORGAN TASIMA POSETİ (30X40)	200,00	KİLOGRAM
2	STERİL ORGAN TASIMA POSETİ (50X50)	200,00	KİLOGRAM

TEKLİF NO : 20225461
NOT : ODEME 120GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

304.0017.000	STERİL ORGAN TASIMA POSETİ (30X40)	KİLOGRAM	200
304.0044.000	STERİL ORGAN TASIMA POSETİ (50X50)	KİLOGRAM	200

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(10729) STERİL ORGAN TASIMA POSETİ (50X50)

Açıklama : STERİL ORGAN TASIMA POSETİ (50X50)

1. Sıvı geçirilmeyen polietilen filminden üretilmiş olmalıdır.
2. Torba ağzına çift yönlü çekilip bağlanabilen ve torbanın ağzını büzen ipleri bulunmalıdır.
3. 50x50 cm ebatında olmalıdır.
4. Yumuşak olmalı ve içine konulan organa zarar vermemelidir.
5. Paket üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır.
6. Gamma ile steril edilmiş olmalıdır ve oda sıcaklığında saklanmalıdır.
7. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 5 yıl olmalıdır.
8. En az 3 kg en fazla 5 kg kaldırılabilir olmalıdır.
9. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir klinik uygunluk aranacaktır.

(10728) STERİL ORGAN TASIMA POSETİ (30X40)

Açıklama : STERİL ORGAN TASIMA POSETİ (30X40)

1. Sıvı geçirilmeyen polietilen filminden üretilmiş olmalıdır.
2. Torba ağzında çift yönlü çekilip bağlanabilen ve torbanın ağzını büzen ipleri bulunmalıdır.
3. 30x40 cm ebatlarında olmalıdır.
4. Yumuşak olmalı ve içine konulan organa zarar vermemelidir.
5. Paket üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır.
6. Gamma ile steril edilmiş olmalıdır ve oda sıcaklığında saklanmalıdır.
7. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 5 yıl olmalıdır.
8. En az 3 en fazla 5 kg kaldırılabilir olmalıdır.
9. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir, klinik uygunluk aranacaktır.