



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20225621

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 24/08/2022 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ENTEGRE FİLTRELİ KEMİK İLİGİ TOPLAMA SETİ	1,00	ADET
---	---	------	------

TEKLİF NO : 20225621
NOT : ÖDEMELER 60 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER
TEL : 2324122405
E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

216.0009.000	ENTEGRE FİLTRELİ KEMİK İLİGİ TOPLAMA SETİ	ADET	1
--------------	---	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(7563) ENTEGRE FİLTRELİ KEMİK İLİGİ TOPLAMA SETİ

Açıklama : ENTEGRE FİLTRELİ KEMİK İLİGİ TOPLAMA SETİ

- Kit, en az aşağıdaki parçaları içerecektir:
 - 1 adet 1500 ml Toplama Torbası
 - 1 adet Filtre Seti (850, 500 ve 200 mikronluk filtreler)
 - 3 adet 600 ml Transfer Torbası
 - 1 adet 2000 ml Transfer Torbası
 - 1 adet 600 ml Antikoagülan Torba
 - 1 adet en az 105 cm Uzatma Hattı
 - 1 adet Adaptör
- Enjektör içindeki kemik iliğinin Toplama Torbasına verilmesi ve aynı enjektörün antikoagülan solüsyon ile yıkanması her iki torbaya bağlı tek bir TRAC Valf sayesinde yapılabilecektir.
- Toplama Torbasının üzerinde askı yeri ve üç yollu musluk bulunacaktır.
- Her bir Transfer Torbasında en az 2 adet giriş-çıkış portu , 1 adet enjeksiyon girişi ve 1 adet klemp bulunacaktır.
- Kiti oluşturan Toplama Torbası, Filtreler ve Transfer Torbaları birbirinden ayrı olarak ve birleşme uçları kapaklı olarak ambalajlanmış olacaktır.
- Tek kullanımlık, steril ve en az 1 yıl miadlı olacaktır.