



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20225650

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 26/08/2022 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	CAM ELLİK	10,00	ADET
---	-----------	-------	------

TEKLİF NO : 20225650
NOT : ODEME 120GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

304.0011.000	CAM ELLİK	ADET	10
--------------	-----------	------	----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(6857) CAM ELLİK

Açıklama : CAM ELLİK

1. TÜM TUR OPERASYONLARIMIZDA KULLANILAN STORZ MARKA 24 VE 26 FR. ÇAPLI ŞAFTLARA UYUMLU OLMALIDIR.
2. ANA HAZNESİ CAM OLMALIDIR.
3. HAZNEYLE ŞAFTA ARASINDA BAĞLANTI SAĞLAYAN PARÇA SİLİKONDAN OLUP HAREKET İMKANI TANIMALIDIR.
4. PLASTİK YAPISINDAKİ BALONU ÇIKABİLİR OLMALIDIR.
5. MESANE İÇİNDE YIKAMAYLA ALINAN PARÇALAR HAZNE İÇİNDE AYRI BİR BÖLÜMDE TOPLANMALI VE YENİDEN İÇERİ GİRİP ÇIKMAMALIDIR.
6. TOPLANAN PARÇALAR İLE ARA BAĞLANTI BİRBİRİNDEN AYRILABİLMELİ VE PATOLOJİK İNCELEMeye GÖNDERMEK İÇİN UYGUN VE KAPAKLI OLMALIDIR.
7. İÇ HAZNE BÜYÜKLÜĞÜ YAKLAŞIK 150-300 CC SIVI ALABİLECEK KAPASİTEDE OLMAMALIDIR.
8. ÜRÜNÜN UBB KAYDI OLMALIDIR.
9. ÜRÜN TESLİM EDİLMEDEN ÖNCE AMELİYATHANE DE UYGUNLUĞU DENENECEKTİR.