



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20225656

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 25/08/2022 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	HASSAS TARTI (TEKERLEKLI SANDALYE VE SEDYE İLE TARTILMAYA UYGUN)	1,00	ADET
---	--	------	------

TEKLİF NO : 20225656
NOT : ÖDEMELER 120 GÜNDÜR.TEKLİFLERDE MARKA VE MODEL BELİRTİLMELİDİR
İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA
TEL : 4123945
E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR.TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.1388.000	HASSAS TARTI (TEKERLEKLI SANDALYE VE SEDYE İLE TARTILMAYA UYGUN)	ADET	1
--------------	--	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(10843) HASSAS TARTI (TEKERLEKLI SANDALYE VE SEDYE İLE TARTILMAYA UYGUN)

Açıklama : HASSAS TARTI (TEKERLEKLI SANDALYE VE SEDYE İLE TARTILMAYA UYGUN)

1. DİYALİZ ÜNİTESİ İÇİN HASSAS TARTI (TEKERLEKLI SANDALYE VE SEDYE İLE TARTILMAYA) UYGUN OLMALIDIR.
2. Tutunma barı sayesinde hem korunaklı hemde güvenli olmalıdır.
3. En az 4(Dört) Loadcell (Yük Hücresi) olmalıdır.En az 300 kg tartabilme özelliği bulunmalı ve maksimum 100 gram hassasiyetle ölçüm yapabilmelidir.
4. Dara Alma,Otomatik Sıfırlama özelliği olmalıdır.
5. Elektrostatik Fırın Boyalı olmalıdır.
6. Rahat okunan bir LCD ve/veya LED Göstergeli ekranı olmalıdır.
7. CE/TSE Belgeli olmalıdır.
8. Klinik mühendislik ve hemodializ bölümü tarafından uygunluk alan ürün sipariş edilecektir.
9. En az 2 yıl garantili olacaktır.
10. Montaj ,devreye alma satıcı firmaya aittir.

M.D