



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20226182

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 13/09/2022 TARİHİ, SAAT 12:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	TAHLİYE KOMBİNE (SANDALYE) SEDYE	10,00	ADET
---	----------------------------------	-------	------

TEKLİF NO : 20226182

NOT : ÖDEMELER 60 GÜNDÜR. ÜRÜNLER DUVARA ASMA APARATI İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. TEKLİFLERDE MARKA VE MODEL BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.1312.000	TAHLİYE KOMBINE (SANDALYE) SEDYE	ADET	10
--------------	----------------------------------	------	----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(11011) TAHLİYE KOMBINE (SANDALYE) SEDYE

Açıklama : TAHLİYE KOMBINE (SANDALYE) SEDYE

1. Acil durum tahliyesinde, merdivenlerden engelli, yaralı ve hasta tahliyesi için tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır.
2. Bir kullanıcı tarafından kısa sürede kurulacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
3. Metal aksam sertleştirilmiş alüminyum alaşımdan (EN AW 6063-T6) imal edilmiş olmalıdır.
4. Minder kısmı, yanmayan, alev almayan, yaklaşık 550 santigrat sıcaklığa karşı dayanıklı ve erime noktası 825 santigrat derece olan malzemeden yapılmış ve aynı değerlere sahip yanmaz iplik ile dikilmiş olmalıdır.
5. Koruyucu kılıfı, yanmayan, alev almayan, yaklaşık 550 santigrat sıcaklığa karşı dayanıklı ve erime noktası 825 santigrat derece olan malzemeden yapılmış ve aynı değerlere sahip yanmaz iplik ile dikilmiş olmalıdır.
6. Üzerinde "Tahliye Sedyesi" olduğu anlaşılacak şekilde yazılı ibare olacaktır.
7. Oturma pozisyonundayken eklemlere ve sırta temas eden metal parçalar kauçuk sünger ile kaplanmış olmalıdır.
8. Tahliye güvenli sağlamak için en az 1 adet belden ve 1 adet kafadan sabitlenen, sedye kemeri olacaktır.
9. Düz zeminde, tekerlekli sandalye işlemi de görebilmelidir.
10. Merdiven üzerinde, tek kişi tarafından hızlı ve pratiktir bir şekilde indirilirken devreye giren zemine uygun kauçuk paletleri olacaktır.
11. Tekerlekler zeminde iz bırakmayan, hijyenik, termoplastik kauçuk medikal sınıf malzemeden üretilmiş olmalıdır.
12. Ambalaj içeriğinde, her bir ürünle, duvara askı aparatı, yangına karşı ürünün muhafazası için koruyucu kılıf, yönlendirme tabelası, tabela şeklinde duvara asılabilir görsel içerikli ürün kullanım talimatı bulunmalıdır.
13. Sedyenin açık iken boyutu: Derinlik 90-100 cm , en 45-55 cm,yükseklik 135-150 cm olmalıdır.
14. Sedyenin kapalıyken boyutu :110-120 cm en 45-55 cm derindik 15-25 cm olmalıdır.
15. Taşıma kapasitesi 130-150 kg arasında olmalıdır.
16. Ağırlığı 10kg ile 12kg arasında olmalıdır.
17. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

A.T