



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20226184

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 14/09/2022 TARİHİ, SAAT 12:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR  
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

|   |                       |      |      |
|---|-----------------------|------|------|
| 1 | HEMSİRE CAGRI SISTEMI | 1,00 | ADET |
|---|-----------------------|------|------|

**TEKLİF NO** : 20226184  
**NOT** : ÖDEMELER 60 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA VE MODEL BELİRTİLMELİDİR.  
**İLGİLİ KİŞİ** : BINAY YEŞİLYAYLA  
**TEL** : 4123945  
**E-MAIL** : binay.yesilyayla@deu.edu.tr  
**FAX** : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

\* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

## TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

|              |                       |      |   |
|--------------|-----------------------|------|---|
| 441.0619.000 | HEMSİRE ÇAĞRI SİSTEMİ | ADET | 1 |
|--------------|-----------------------|------|---|

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (11009) HEMSİRE ÇAĞRI SİSTEMİ

##### Açıklama : HEMSİRE ÇAĞRI SİSTEMİ

#### 1. TANIM

- 1.1. Kablosuz Hemşire Çağrı Sistemi, hastanemiz kemoterapi bölümünde: hastaların odalarından, hasta tuvalet ve banyolarından ve acil müşahade odalarından hemşirelere çağrı yapabilmesini, bu çağrıların servis desklerinde bulunan Hemşire Çağrı Panellerine iletilmesini sağlayan iletişim ve otomasyon sistemidir.

#### 2. AMAÇ

- 2.1. Kablosuz Hemşire Çağrı Sistemi yukarıda tanımlanan özelliklere sahip işleri yapmak için tasarlanmış, hemşire çağrı sistemi Kablosuz Aktarıcı, hemşire çağrı paneli, hasta çağrı butonu WC çağrı butonu ve WC kapı üstü lambası ve gerekli sinyal aktarıcılar ve yükselticilerden oluşmalıdır.

#### 3. KAPSAM

- 3.1. 50 adet Kablosuz Yatak başı çağrı ünitesi  
3.2. 6 adet Wc(Banyo) ipli Kablosuz buton  
3.3. 6 adet WC(banyo) Kapı üstü Uyarı ışığı  
3.4. 1 adet Kablosuz Hemşire Çağrı Paneli

#### 4. MONTAJ VE DEVREYE ALMA

- 4.1. Sistemin çalışması için gerekli sinyal aktarıcılar ve yükselticiler. Firma tarafından teklife eklenecektir. Sistemin bütün montaj, işçilik, devreye alma işlemleri yapılacak, kablolama gereken durumlar firma tarafından yapılarak sistem çalışır durumda teslim edilecektir.

#### 5. KABLOSUZ HEMŞİRE ÇAĞRI PANELİ ÖZELLİKLERİ

- 5.1. Çağrı paneli çağrı anında sesli ve ışıklı olarak uyarı yapmalı ve gerekli zamanlarda ses uyarısı açılıp kapatılabilir. Hemşire çağrı panelinde, gelen alarmları gösteren en az 4 hane karakter ve en az 3 satır gösterge bulunmalıdır. Panel alarm verildiği zaman hasta çağrı butonu üzerinden veya panel üzerinden iptal edilene kadar alarm sürekli çalmalıdır.

#### 6. KABLOSUZ YATAK BAŞI ÇAĞRI ÜNİTESİ ÖZELLİKLERİ

- 6.1. Hasta çağrı butonu farklı tasarımda olmalı mevcut aydınlatma anahtarlarından ayırt edilebilir ve siva üstü montaja uygun olmalıdır. Hasta çağrı ünitesi üzerinde hemşire çağrı butonu kırmızı ve çağrı iptal butonu yeşil renkte olmalıdır. Çağrı butonuna basıldığında sinyal üreterek kablosuz şekilde hemşire çağrı paneline iletebilmelidir

#### 7. KABLOSUZ WC İPLİ ÇAĞRI BUTON ÖZELLİKLERİ

- 7.1. Wc/Banyo ipli çağrı butonu rutubetli alanlarda kullanıma uygun yapıda olmalı, nemden etkilenmemelidir. İpin çekilmesiyle çağrı sinyali üreterek kablosuz şekilde hemşire çağrı panosuna alarmı iletmelidir

#### 8. KAPI ÜSTÜ İKAZ LAMBASI

- 8.1. Hasta alarm butonuna bastığında senkronize şekilde uyarı ışığı yanmalıdır

### 9. GARANTİ

- 9.1.** Çağrı sistemi en az 2 yıl boyunca garanti kapsamı içinde olmalıdır. Arızalara 2 iş günü içerisinde müdahale edilecek ve arıza müdahaleyi takiben en geç 5 işgünü içerisinde giderilmiş olacaktır. Garanti kapsamı içerisindeki arızalarda çağrı sistemi parçaları ücretsiz olarak değiştirilecektir.

Ö.Ç