



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20226287

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 16/09/2022 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ORGAN NAKİL CANTASI	2,00	ADET
---	---------------------	------	------

TEKLİF NO : 20226287
NOT : 20226287 ÖDEMELER 60 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI
TEL : 4122406
E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.3745.000	ORGAN NAKİL CANTASI	ADET	2
--------------	---------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(11020) ORGAN NAKİL CANTASI

Açıklama : ORGAN NAKİL CANTASI

- Organ transfer çantasının tüm yüzeyleri ısı izolasyonlu olmalıdır.
- Dış Ölçüleri: 46(±2) x 51(±2)x 48(±2) cm, İç ölçüleri: 34(±2) x 42(±2) x 39(±2) cm olmalıdır.
- 12-24 saat arası sıcaklığı 2-8 derece stabil tutmalıdır.
- Kapağı Paslanmaz Metal ya da sert plastik yaylı kilit ile kilitlenebilir olmalıdır.
- Organ Transfer Çantasının iç sıcaklığını gösteren dijital derecesi olmalıdır.
- Organ Transfer Çantası kolay taşınabilmesi için tekerlekli olmalıdır.
- Organ Transfer Çantasının kolay taşınabilmesi için teleskopik kulpu olmalıdır.
- Organ Transfer Çantasının kolay temizlenebilmesi için sıvı tahliye vanası olmalıdır.
- 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

A.T