



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20226479

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 26/09/2022 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ASETON YERLİ (0.5 LT'LIK)	250,00	ADET
2	PETRI KUTUSU 60X15 CENTER WELL	260,00	ADET
3	PETRI KUTUSU MULTIDISH (NUNC VEYA MUADILI)	100,00	ADET

TEKLİF NO : 20226479
NOT : ODEME 120GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

303.0002.000	ASETON YERLİ (0.5 LT'LIK)	ADET	250
306.0031.000	PETRI KUTUSU 60X15 CENTER WELL	ADET	260
306.0033.000	PETRI KUTUSU MULTIDISH (NUNC VEYA MUADILI)	ADET	100

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5448) ASETON YERLİ (0.5 LT'LIK)

Açıklama : ASETON YERLİ (0.5 LT'LIK)

- Aşağıda belirtilen katalog numaralarına tekâmül eden özellikler söz konusu malzemelerin teknik şartnamelerinin aslını teşkil etmektedir.
 - 303.0002.000 kod numaralı Aseton için SİGMA 179124 veya muadili olmalıdır.
 - 303.0020.000 kod numaralı Hidrojen Peroksit için SİGMA 216763 veya muadili olmalıdır.
 - 298.0070.000 kod numaralı Vazelin Katı (KG) için SİGMA 330779 veya muadili olmalıdır.
- Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklanmak için numune temin etmelidir.
- Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir.

(5803) PETRI KUTUSU MULTIDISH (NUNC VEYA MUADILI)

Açıklama : PETRI KUTUSU MULTIDISH (NUNC VEYA MUADILI)

- Dört yuvarlak bölmeli ve kapaklı olmalıdır.
- Dış boyutları 66X66 MM. olmalıdır.
- Bölme başına çalışma hacmi 1 ML. olmalıdır.
- Kültür alanı bölme başına 1,9 CM² olmalıdır.
- Dörtlü poşetlerde embriyo kültürüne uygun sterilize gama ışınları ile sterilize edilmiş olmalıdır.
- Polystyrenden yapılmış olmalıdır.
- İştirak edecek firmalar ihale öncesi numunelerini getirip uygunluk belgesi alacaklardır.

(5800) PETRI KUTUSU 60X15 CENTER WELL

Açıklama : PETRI KUTUSU 60X15 CENTER WELL

1. Nonpirojenik olmalıdır ve crystal-grade polystyrenden imal edilmiş olmalıdır.
2. Embriyo kültürüne uygun gama ışınları ile sterilize edilmiş olmalıdır.
3. Boyutları 54,84 MM. O.D. X 13,56 MM. olmalıdır.
4. İç göz yüzey alanı 2,89 CM² olmalıdır.
5. IVF tekniğinde kullanılması için ortasında bir çukur alan daha olmalıdır.
6. 20 adetlik ambalajlarda steril edilerek paketlenmelidir.
7. İştirak edici firmalar ihale öncesi numunelerini getirip uygunluk belgesi alacaklardır.