



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2023155

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 13/01/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	BEHER CAM 500 ML.	25,00	ADET
2	MEZUR CAM 100 CC.	100,00	ADET
3	MEZUR CAM 50 ML	100,00	ADET
4	SALE DIK CAM	100,00	ADET
5	PUAR 2 ML LİK	20,00	ADET

TEKLİF NO : 2023155
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

293.0019.000	BEHER CAM 500 ML.	ADET	25
293.0032.000	MEZUR CAM 100 CC.	ADET	100
293.0036.000	MEZUR CAM 50 ML	ADET	100
293.0148.000	SALE DIK CAM	ADET	100
293.0264.000	PUAR 2 ML LIK	ADET	20

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5677) SALE DIK CAM

Açıklama : SALE DIK CAM

- 76X26 mm boyutlarındaki lamaların yerleştirilmesi için uygun olmalıdır.
- 10 adet lam yuvası içermelidir.
- Hızlı ısı değişikliklerine dayanıklı olmalıdır.
- Cam kapağı ile birlikte teslim edilmelidir.
- Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalıdır.
- Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
- Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 1 adet numune bırakılmalıdır.
- Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

(11410) MEZUR CAM 100 CC.

Açıklama : MEZUR CAM 100 CC.

- Ürünler, ısıya dayanıklı cam malzemeden yapılmış olmalı.
- Üzerlerinde ml cinsinden ölçüm yapmaya imkan veren işaretlemeler düzgün ve görünür halde bulunmalı.
- Ürünlerin düz zeminde durmasını sağlayan tabanlıklarının olması gerekmektedir.
- 100 ml hacimli olmalıdır.
- İçindeki malzemenin kolayca boşaltılabilmesine yarayan şekilde düzenlenmiş malzeme olmalı.
- Kimyasal yıkamaya ve ısı ile sterilizasyona uygun olmalı.

(4539) BEHER CAM 500 ML.

Açıklama : BEHER CAM 500 ML.

1. Her çeşit kimyasal maddeye ve ısıya dayanıklı borosilikat camdan üretilmelidir.
2. Beherler, kalın duvarlı ve kalın tabanlı olmalıdır
3. Yıkama ve taşınma sırasında oluşabilecek kırılmayı önlemek için kenarları ve ağız kısımları güçlendirilmiş olmalıdır
4. Ürün ambalajı üzerinde barkod basılmış olmalıdır.
5. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için 1 adet numune temin etmelidir.

(11411) MEZUR CAM 50 ML

Açıklama : MEZUR CAM 50 ML

1. Ürünler, ısıya dayanıklı cam malzemeden yapılmış olmalı.
2. Üzerlerinde ml cinsinden ölçüm yapmaya imkan veren işaretlemeler düzgün ve görünür halde bulunmalı.
3. Ürünlerin düz zeminde durmasını sağlayan tabanlıkların olması gerekmektedir.
4. 50 ml hacimli olmalıdır.
5. İçindeki malzemenin kolayca boşaltılabilesine yarayan şekilde düzenlenmiş malzeme olmalı.
6. Kimyasal yıkama ve ısı ile sterilizasyona uygun olmalı.