



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Döner Sermaye İşletmesi

İLAN

İLAN 2023-257

17.01.2023

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR.

İLGİLENEN FİRMALARIN 24.01.2023 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR SON FİYAT TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) AŞAĞIDA BULUNAN İLETİŞİM ADRESLERİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

- | | |
|--|--------|
| 1- ORGAN NAKİL ÇANTASI TERMOSTATLI (GÖZ HAST.) | 1 ADET |
| 2- ORGAN NAKİL ÇANTASI TERMOSTATLI (GENEL CERRAHİ) | 1 ADET |

NOT : Tekliflerde marka ve model belirtilmelidir.

ÖDEMELER 90 GÜNDÜR. TEKNİK ŞARTNAMESLER EKTEDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA
TEL : 0 232 412 39 45
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93
E MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

16/01/2023 11:03:13

TEKNİK ŞARTNAME

11163 ORGAN NAKİL ÇANTASI (TERMOSTATLI) KÜÇÜK BOY

1. Organ transfer çantasının tüm yüzeyleri ısı izolasyonlu olmalıdır.
2. Dış Ölçüleri:(Uzunluk 27cm x Yükseklik 15cm x Genişlik 20cm) (± 2) cm olmalıdır.
3. İç Ölçüleri:(Uzunluk 20cm x Yükseklik 10cm x Genişlik 14cm) (± 2) cm olmalıdır.
4. 12 - 24 saat arası sıcaklığı 2 - 8 derece stabil tutmalıdır.
5. Organ Transfer Çantasının iç sıcaklığını gösteren dijital derecesi olmalıdır.
6. Organ Transfer Çantasının kolay temizlenebilmesi için sıvı tahliye vanası olmalıdır.
7. Kapağı Paslanmaz Metal ya da sert plastik yaylı kilit ile kilitlenebilir olmalıdır.
8. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

Ali Tona 202

Dr. Zeynep ÖZBEK
D.E.Ü.T.F. Sağlık Fakültesi
Dip.No:34-01/153

Prof.Dr. Aylin YAMAN
Dokuz Eylül Üni.Tıp Fak. Göz Hast.A.D
Dip.No:1632 Dip.İşch.No:69136



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

05/01/2023 11:49:52

TEKNİK ŞARTNAME

11397 ORGAN NAKİL ÇANTASI (TERMOSTATLI)

1. Organ transfer çantasının tüm yüzeyleri ısı izolasyonlu olmalıdır.
2. Dış Ölçüleri: 48(±2) x 52(±2) x 51(±2) cm, İç ölçüleri: 37(±2) x 42(±2) x 47(±2) cm olmalıdır.
3. 12-24 saat arası sıcaklığı 2-8 derece stabil tutmalıdır.
4. Kapağı Paslanmaz Metal ya da sert plastik yaylı kilit ile kilitlenebilir olmalıdır.
5. Organ Transfer Çantasının iç sıcaklığını gösteren dijital derecesi olmalıdır.
6. Organ Transfer Çantası kolay taşınabilmesi için tekerlekli olmalıdır.
7. Organ Transfer Çantasının kolay taşınabilmesi için teleskopik kulpu olmalıdır.
8. Organ Transfer Çantasının kolay temizlenebilmesi için sıvı tahliye vanası olmalıdır.
9. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

ATILAN

Doçent Doktor
Z.Serhan DERİCİ
Dip No:3588 Dip.Tes.No:126872
DEÜTF Genel Cerrahi A.D.

Dr. Rem. Pakize İSTAN

DEÜTF
Organ ve Doku Nakil Koordinatörü
Sicil No: 4276