



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2023396

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 31/01/2023 TARİHİ, SAAT 13:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ARGON PLAZMA KOAGULASYON KATETERLERİ	20,00	ADET
---	--------------------------------------	-------	------

TEKLİF NO : 2023396
NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR TEKLİFLERDE MARKA MODEL VE UBB KODU BELİRTİLMELİDİR
İLGİLİ KİŞİ : MÜGE AKER
TEL :
E-MAIL : muge.aker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

209.0054.000	ARGON PLAZMA KOAGULASYON KATETERLERİ	ADET	20
--------------	--------------------------------------	------	----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(9517) ARGON PLAZMA KOAGULASYON KATETERLERİ

Açıklama : ARGON PLAZMA KOAGULASYON KATETERLERİ

1. APK probu gastroenterolojik uygulamalarda kullanıma uygun olmalıdır.
2. APK probu 2.2mm-2.3mm çapında olmalıdır.
3. APK probu tek kullanımlık olmalıdır.
4. APK propları steril pakette olmalıdır.
5. Hastanede kullanılan BOWA marka APK cihazı ile uyumlu olmalıdır.
6. APK propları önden akışlı olmalıdır.