



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 202340

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 06/01/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	EMBRIYO YUKLEME GEREÇİ TASIYICISI (GOBLET)	100,00	ADET
---	--	--------	------

TEKLİF NO : 202340
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

298.0506.000	EMBRIYO YUKLEME GEREĞİ TASİYİCİSİ (GOBLET)	ADET	100
--------------	--	------	-----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(11382) EMBRIYO YUKLEME GEREĞİ TASİYİCİSİ (GOBLET)

Açıklama : EMBRIYO YUKLEME GEREĞİ TASİYİCİSİ (GOBLET)

- Ürün 12 mm çapında olmalı ve sıvı azot tankındaki canelerin içinde kullanıma uygun olmalıdır.
- Ürün sıvı azota dayanıklı plastikten yapılmış olmalıdır.
- Ürün içine en az 4 (dört) adet embriyo yükleme gereği konulabilir olmalıdır.
- Ürün değişik renklerde temin edilebilmelidir.