



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 202368

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 11/01/2023 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	NEMLİ MOP 50 CM	2.000,00	ADET
2	BUYUK BOY MAVİ COP TORBASI	30.000,00	ADET
3	BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI(150 MIKRON)	90.000,00	ADET
4	KESİCİ DELİCİ ENFEKTE ATIK KUTUSU 5 LT	450,00	ADET
5	NEMLİ MOP APARATI 50 CM	60,00	ADET
6	SIVI SABUNLUK	150,00	ADET
7	YAGMURLUK	15,00	ADET
8	ORTA BOY SIYAH COP TORBASI	9.300,00	ADET
9	KESİCİ DELİCİ ENFEKTE ATIK KUTUSU 1 LT	70,00	ADET
10	KESİCİ DELİCİ ENFEKTE ATIK KUTUSU 25 LT	200,00	ADET

TEKLİF NO : 202368
NOT : ÖDEME VADESİ 180 GÜNDÜR
İLGİLİ KİŞİ : CEREN KURT
TEL :
E-MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 202368

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 11/01/2023 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

11	CAMASIR NOTRELİZE EDİCİ	900,00	KİLOGRAM
12	SIVI KIR YAG SOKUCU YARDIMCI SIVI YIKAMA MADDESİ	300,00	KİLOGRAM

TEKLİF NO : 202368
NOT : ÖDEME VADESİ 180 GÜNDÜR
İLGİLİ KİŞİ : CEREN KURT
TEL :
E-MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

126.0001.000	NEMLİ MOP 50 CM	ADET	2000
130.0001.000	BUYUK BOY MAVİ COP TORBASİ	ADET	30000
130.0002.000	BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASİ(150 MİKRON)	ADET	90000
130.0007.000	KESİCİ DELİCİ ENFEKTE ATIK KUTUSU 5 LT	ADET	450
126.0004.000	NEMLİ MOP APARATI 50 CM	ADET	60
130.0041.000	SIVI SABUNLUK	ADET	150
129.0004.000	YAGMURLUK	ADET	15
130.0053.000	ORTA BOY SIYAH COP TORBASİ	ADET	9300
130.0063.000	KESİCİ DELİCİ ENFEKTE ATIK KUTUSU 1 LT	ADET	70
130.0073.000	KESİCİ DELİCİ ENFEKTE ATIK KUTUSU 25 LT	ADET	200
131.0116.000	CAMASIR NOTRELİZE EDİCİ	KİLOGRAM	900
131.0117.000	SIVI KIR YAG SOKUCU YARDIMCI SIVI YIKAMA MADDESİ	KİLOGRAM	300

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(7183) ORTA BOY SIYAH COP TORBASİ

Açıklama : ORTA BOY SIYAH COP TORBASİ

1. TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
2. Evsel atıklarda kullanılacaktır. Üzerinde baskı olmamalıdır.
3. Torbanın yüzeyi düz, parlak görünümlü olmalı, pütürlü olmamalıdır.
4. Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir.
5. Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı, kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
6. Torbalar orijinal polietilenden üretilmiş olacaktır; içeriğinde hurda malzeme karışımı olmayacaktır.
7. Torba kalınlığı çift kat için; 100 mikron olmalıdır.
8. ebatları 65x80(±5) cm olmalıdır.
9. Torbalar birbirine bağlı rulo şeklinde olması durumunda her rulo 10 adet torbadan oluşmalıdır.
10. Numune üzerinden değerlendirilecek, en az bir rulo numune verilmelidir.

(7187) KESİCİ DELİCİ ENFEKTE ATIK KUTUSU 25 LT

Açıklama : KESİCİ DELİCİ ENFEKTE ATIK KUTUSU 25 LT

1. Kesici ve delici atık kutusu (K.D.A.K) üç parçadan oluşmaktadır. Gövde, tutamaçlı dört noktadan kilitlenebilir kapak ve kilitlenebilir üst kapak.
2. K.D.A.K POLYETHYLEN maddeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Kutunun imalatına granül(hurda) malzemesi kullanılamaz.
4. Kutunun rengi koyu sarı, kapak kırmızı olmalıdır.
5. Kutu üzerine kuvvet uygulayıp ezildiğinde kırılma olmamalıdır.
6. Kutunun hacmi en az 25 litre olmalıdır.
7. Kutunun kalınlığı; 0,5 mm olmalıdır.İğne ucu kolay delmemelidir.
8. Kutunun üzerinde tutma kulpu olmalıdır, bu kulp gövdeye gömülü olmalıdır.
9. Kutunun altında ayak görevi yapacak 4 köşesinde kabartma çıkıntı olmalıdır.
10. Kutunun 4 tarafında kabartma olarak "Tıbbi Atık Kutusu" yazısı ve tıbbi atık amblemi olmalıdır.
11. Kutunun üzerinde ¼ doluluk çizgisi kabartma şeklinde belli olmalıdır.
12. ¼ doluluk çizgisi üzerine "Bu Çizgiye Kadar Doldurunuz" ikaz yazısı kutunun 4 tarafına kabartma olarak yazılı olmalıdır.
13. Kapak vidalı olarak bağlanmalı vida sonunda tırnak olmalı ve kapak tekrar açılmamalıdır.
14. Kutunun ağzında iğne uçlarını çıkartabilmek için iki farklı şekilde çentik olmalıdır. Çentikler "U" ve "V" şeklinde olmalıdır.
15. Kapak kutunun üzerine bağlantılı olmalı ve kutudan ayrılmamalıdır. Kutunun ağzı geniş olmalı, Kutu ¾ dolunca iç kapak kolayca kapatılabilecek şekilde olmalıdır.

(7158) YAGMURLUK

Açıklama : YAGMURLUK

1. Yağmurluklar yüksek derecede su geçirmez ve nefes alabilir özellikli olacaktır.
2. Yağmurluklar fermuarlı olacak, fermuar üzerini kapatacak pat bulunacaktır.
3. Yağmurluklar kapüşonlu olacak, kapüşonlar gizli bir bölme ile gizlenmiş olacaktır.
4. Yağmurlar dikişli olacak dikiş alt kısmında su gerçimesini önleyecek bant olacaktır.
5. Yağmurluklar yırtık, sökülük, deforme olmayacaktır.
6. Yağmurluklar %100 polyester malzemeden üretilmiş olacak ve rengi parlak sarı olacaktır.
7. Yağmurlukların üzerinde beden ölçüsü, EN standartlarını ve yıkama koşullarını gösteren bilgilendirme etiketi bulunacaktır. Bilgilendirme etiketi yağmurluğun yan iç kısmına konulacaktır.
8. Her ürün özel ambalaj içerisinde teslim edilecektir. Ambalaj üzerinde beden numarası yazacaktır.

(7177) KESİCİ DELİCİ ENFEKTE ATIK KUTUSU 1 LT

Açıklama : KESİCİ DELİCİ ENFEKTE ATIK KUTUSU 1 LT

1. Atık kutu sistemi kullanılan iğne, bisturi, kelepçe set, katater line gibi kesici-delici aletlerin güvenli bir şekilde toplanması için uygun olmalı.
2. Malzeme delinme ve kırılma riskine karşı yeterince sert plastik veya polipropilenden imal edilmiş olmalı.
3. Atık kutusu kova, kapağı ve kilitli kapak olmak üzere üç parçadan oluşmalı.
4. Kutuya atılan ürünlerin dökülmesini veya yeniden kullanılmasını önlemek için tek yönlü güvenlik valfi bulunmalı.
5. İç kapak iğnelerin, bisturi uçlarının ve diğer enfekte olmuş aletlerin kolayca çıkartılabileceği tırnak taşımalı.
6. Kutu dolduktan ve kapatıldıktan sonra tekrar açılması mümkün olmamalı.
7. Kolay tanınabilmesi için parlak renklerde üretilmiş olmalı.
8. Biyolojik risk taşıdığını belirten uluslararası biyotehlike amblemi ile etiketlenmiş olmalı, üzerinde "Dikkat Kesici-Delici Tıbbi Atık" yazısı bulunmalı.
9. Delici kesici alet kutularının hacmi 1 litre kapasitede olmalı.
10. Tıbbi atık kutusuna enfekte malzemeler atılırken sabit kalmalı yere tam oturmalı, kullanımı pratik ve kolay olmalıdır.

(7210) NEMLİ MOP 50 CM

Açıklama : NEMLİ MOP 50 CM

1. TSE belgeli olmalı,
2. Mop 13x50 cm. ebadında olacaktır.
3. Mop pamuklu ipten imal edilmiş olmalıdır.
4. Mopun emiciliği yüksek olmalıdır.
5. Mopun kumaşı kaliteli ve dayanıklı olmalıdır.

(8388) BÜYÜK BOY MAVİ COP TORBASI

Açıklama : BÜYÜK BOY MAVİ COP TORBASI

1. TSEK/TSE belgeli olacak,ürünün veya orjinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
2. Ambalaj atıklarda kullanılacaktır.Üzerinde baskı olmamalıdır.
3. Torbanın yüzeyi düz,parlak görünümlü olmalı;pütürlü olmamalıdır.
4. Torbalar mavi renkte olmalıdır.
5. Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir.
6. Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı,çift taban kaynaklı,kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
7. Torba kalınlığı çift kat için; 100 mikron olmalıdır.
8. Ebatları 80*110 (+/-5) cm olmalıdır.

9. Torbalar birbirine bağlı rulo şeklinde olması durumunda her rulo 10 adet torbadan oluşmalıdır.Rulo değilse her bir paket kolayca sayılabilir olmalı.
10. Numune üzerinden değerlendirilecek, en az bir rulo numune verilmelidir.

(7150) KESİCİ DELİCİ ENFEKTE ATIK KUTUSU 5 LT

Açıklama : KESİCİ DELİCİ ENFEKTE ATIK KUTUSU 5 LT

1. Kesici ve delici atık kutusu (K.D.A.K) üç parçadan oluşmalıdır. Gövde, Tutamaçlı dört noktadan kilitlenebilir kapak ve kilitlenebilir üst kapak.
2. K.D.A.K POLYETHYLEN maddeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Kutunun imalatına granül(hurda) malzemesi kullanılmaz.
4. Kutunun rengi koyu sarı, kapak kırmızı olmalıdır.
5. Kutu üzerinde kuvvet uygulanıp ezildiğinde kırılma olmamalıdır.
6. Kutunun hacmi 5 litre olmalıdır.
7. Kutunun kalınlığı: 0.5 mm olmalıdır.
8. Kutunun 2 tarafında kabartma olarak "Tıbbi Atık Kutusu" yazısı ve tıbbi atık amblemi olmalıdır.
9. Kutunun üzerinde ¾ doluluk çizgisi kabartma şeklinde belli olmalıdır.
10. ¾ doluluk çizgisi üzerinde "Bu Çizgiye Kadar Doldurunuz" ikaz yazısı kutunun 4 tarafına kabartma olarak yazılı olmalıdır.
11. Kutunun ağzında iğne uçlarını çıkartabilmek için iki farklı şekilde çentik olmalıdır. Çentikler "U" ve "V" şeklinde olmalıdır.
12. Kapak kutunun üzerine bağlantılı olmalı ve kutudan ayrılmamalıdır. Kutu ¾ dolunca iç kapak kolayca kapatılabilecek şekilde olmalıdır.

(10813) CAMASIR NOTRELİZE EDİCİ

Açıklama : CAMASIR NOTRELİZE EDİCİ

1. Her türlü su sertliğine uygun, sanayi tipi çamaşır makineleri için özel olarak geliştirilmiş, otomatik sıvı dozaj sistemi ile kullanılan sıvı yardımcı yıkama maddesi deterjanıdır.
2. Sanayi tipi otomatik çamaşır makinelerinde son durulama suyuna ilave edilerek çamaşırlardaki alkali kalıntının nötralize edilerek yok edilmesine ve çamaşır üzerinde bakiye deterjan kalmasına engel olarak olası alerjik durumların önlenmesi ve yıkama atık sularında çevreye zararlı alkalitenin verilmesini engellemeye yönelik kullanılan bir ürün olmalıdır.
3. Üretici firma; kapasite raporu, ISO9001, ISO14001, ISO22000, ISO45001, GMP ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu ve GSM belgelerine sahip olmalıdır.
4. Sağlık Bakanlığı veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bildirim Kayıt Belgesi'ne sahip olmalıdır.
5. TMMY'nin GBF hazırlanması ve dağıtılması hakkındaki yönetmeliğin (R.G 26/12/2008-27092) son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.
6. Berrak sıvı görünümlü olmalıdır.
7. Ana yıkama maddesine ve diğer yardımcı yıkama maddesine uyumlu olmalıdır
8. PH değeri < 3 olmalıdır.

9. Görünümü berrak akışkan sıvı sıvı şeklinde olmalıdır.
10. Yoğunluk (gr/cc): > 1.00
11. Ürün bileşimi iyon bağlayıcı < %5 içermelidir.
12. Ürün 20 30 kg'lık pe ambalajlarda ağızları orjinal kapaklı ve üzerleri etiketli olarak teslim edilmelidir.
13. Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi ile ilgili bilgiler olmalıdır.
14. Numune üzerinden değerlendirilecektir, en az 1 bidon numune verilmelidir.
15. SIVI DOZAJ SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ
16. Deterjanın kullanıma başlaması ile birlikte bitene kadar sürede çalışacak olan sıvı dozajlama sisteminin ekipmanı, kurulum, periyodik bakım ve parça dahil onarımları deterjanı sağlayan firma tarafından sağlanacaktır. Sıvı dozajlama sisteminin özellikleri aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır.
- 16.1. Dozajlama tek bir merkezden tüm makineler veya her makineye ayrı yapılmalıdır.
- 16.2. Dozajlama sistemi minimum 5 kimyasal dozlama kapasitesine sahip olmalıdır.
- 16.3. Dozaj ünitesinin ürün depolanan tankında seviyesinin istenilen miktarın altına düştüğünü belirtip ikaz edecek sistem olmalı, ön panelde arızanın içeriğini göstermelidir.
- 16.4. Dozaj ünitesi her makineye ana yıkama ürününü, her makine için farklı dozajlarda yapabilmelidir.
- 16.5. Dozaj için makinelerden sinyal geldiğinde, önce hatta su beslemesi yapılmalı, ardından su ile karışmasını sağlayıp, dozajlamayı gerçekleştirmeli, ürün dozajlaması bittikten sonra hatta su beslemesi yaparak hattı temizlemelidir.
- 16.6. Sistemin besleme voltajı 220 volt, su basıncı minimum 2 Bar olmalıdır.
- 16.7. Her makinenin üzerinde merkezi dozaj sistemine bağlı formül seçici dijital modül olmalıdır.
- 16.8. Dozaj sisteminin gövdesi ve su geçişi olan yüzeyleri paslanmaz, diğer parçaları PVC malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

(7167) BÜYÜK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASİ(150 MİKRON)

Açıklama : BÜYÜK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASİ(150 MİKRON)

1. TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
2. Enfekte atıklarda kullanılacaktır. Üzerinde biyotehlike amblemi ve "Dikkat Tıbbi Atık" yazısı ve diğer uyarıcı yazılar olmalıdır.
3. Torbanın yüzeyi düz, parlak görünümlü olmalı; pütürlü olmamalıdır.
4. Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir.
5. Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı, çift taban kaynaklı, kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
6. Ebatları 85x110(±5) cm olmalıdır.
7. Torbalar orijinal polietilenden üretilmiş olacaktır; içeriğinde hurda malzeme karışımı olmayacaktır.
8. Torba kalınlığı çift kat için 150 mikron olmalıdır.
9. Kutuların içindeki desteler onlu rulo veya onarlı katlama halinde 200 adeti geçmeyecek şekilde olmalı.
10. Teslim edilecek malzemelerin kutuları eşit miktarlarda olmalı.

11. Torbaların ağızlarını bağlamak için ihale miktarı ne kadar en az 25 cm ebadında plastik cırt kelepçe ücretsiz olarak verilecektir.
12. Numune üzerinden değerlendirilecek, en az 5 adet numune verilmelidir.

(7197) NEMLİ MOP APARATI 50 CM

Açıklama : NEMLİ MOP APARATI 50 CM

1. Nemli mop aparatı kırmızı ve mavi renkte olmalı,
2. 10 cam elyafı naylon 6 hammaddesinden üretilmiş,
3. 50 cm uzunluğunda,
4. TSE Belgeli,

(7198) SIVI SABUNLUK

Açıklama : SIVI SABUNLUK

1. Sıvı sabunluk 7x8x12 cm ebadında olmalıdır.
2. Sıvı sabunluk şeffaf sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
3. Sıvı sabunluk üzerinde plastik kapağı olmalıdır.
4. Sıvı sabunluk duvara güçlü şekilde monte edilebilir olmalıdır.