



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 202391

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 13/01/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	HIZLI SOLUNUM VIRUSLARI PANELİ	90,00	TEST
---	--------------------------------	-------	------

TEKLİF NO : 202391
NOT : ÖDEME VADESİ 180 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN
TEL :
E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

142.0524.000	HIZLI SOLUNUM VIRUSLARI PANELİ	TEST	90
--------------	--------------------------------	------	----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER


Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

SOLUNUM PATOJENLERİ HIZLI KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Nazofarenjyal örnek ile çalışılabilen, multipleks PCR ve RT-PCR teknolojisini, strip/kartuş bazlı yöntem ile kullanan, numunelerin tek tek çalışılabilmesine olanak veren bir test olmalıdır.
2. Bir hasta sonucu en geç 90 dk içinde alınabilmelidir.
3. Testin tüm reaksiyonları (ekstraksiyon, amplifikasyon, saptama) aynı analizör içinde gerçekleşmelidir.
4. Test paneli içinde influenza (A/B tip ayrımı olacak şekilde) virus, parainfluenza (1-4) virus, koronavirus (4 alt tip) RSV (A/B), adenovirüs, rino/enterovirus, bokavirus, metapnömovirus, M.pneumoniae, L.pneumophila, B. pertusis bulunmalıdır.
5. 7/24 çalışmaya uygun olmalı ve personel eğitimi firma tarafından sağlanmalıdır.
6. Analizör cihazı ve diğer tüm sarf malzemeleri kit ile birlikte ve tüm kitler tüketilene dek ücretsiz olarak temin edilmelidir.



Prof.Dr.A.Arzu Sayiner



Prof. Dr. Songül Bayram Delibaş