



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20235934

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 17/10/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	MLL	150,00	TEST
2	5Q-(EGR1 5Q31;CSF1R 5Q33) DUAL COLOR DNA PROBU	150,00	TEST
3	P53 (17P13)/ATM (11Q22) PROBU	300,00	TEST
4	7Q-(7Q22;7Q35) DUAL-COLOR DNA PROBU	150,00	TEST

TEKLİF NO : 20235934
NOT : ÖDEME VADESİ 180 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN
TEL :
E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

149.0014.000	MLL	TEST	150
149.0149.000	5Q-(EGR1 5Q31;CSF1R 5Q33) DUAL COLOR DNA PROBU	TEST	150
149.0150.000	P53 (17P13)/ATM (11Q22) PROBU	TEST	300
149.0151.000	7Q-(7Q22;7Q35) DUAL-COLOR DNA PROBU	TEST	150

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

TEKNİK ŞARTNAME

MLL BREAKAPART PROB

1. Direkt işaretli olmalıdır.
2. Çift renk olmalıdır.
3. Optimal hibridizasyon verimliliği %95'in üzerinde olmalıdır.
4. Çift renk 11q23 (MLL) Breakapart Probu olmalıdır.
5. Kritik bölge1(red): 5'MLL gen bölgesi olmalıdır.
6. Kritik bölge2(green): 3'MLL gen bölgesi olmalıdır.
7. Prob kullanıma hazır olmalıdır.
8. En az 10 test olacak şekilde 100 mikrolitre hacimde viallerde kullanıma hazır olmalıdır.
9. Son kullanım tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
10. Prob ile beraber 150 mikrolitre 15 testlik DAPI Antifade (0.125mikrogram/ml DAPI,4,6-diamidino-2-phenylindole) verilmelidir.

ETİF KUTLU ÖZEN
Lab. Tekn.

—Wif

Prof. Dr. Gür Arıkan
S
AutMg

TEKNİK ŞARTNAME

Çift Renk 5q Delesyon DNA Probu

5q-(EGR1 5q31;CSF1R 5q33) DUAL COLOR DNA PROBU

1. Direkt işaretli olmalıdır.
2. Çift renk olmalıdır.
3. Optimal hibridizasyon verimliliği %95'in üzerinde olmalıdır.
4. Kritik bölge 5q-(EGR1,5q31) spesifik DNA probu (AML ve MDS olguları için)
5. Prob kullanıma hazır olmalıdır.
6. En az 10 test olacak şekilde 100 mikrolitre hacimde viallerde kullanıma hazır olmalıdır.
7. Son kullanım tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
8. Prob ile beraber 150 mikrolitre 15 testlik DAPI Antifade (0.125mikrogram/ml DAPI,4,6-diamidino-2-phenylindole) verilmelidir.

Enf KUTLU ÖZEN

Lab. Tekn.



Prof. Dr. Oğuz ALTUNGÖZ


TEKNİK ŞARTNAME

p53(17p13)/ATM(11q22) Probu

1. Direkt işaretli olmalıdır.
2. Çift renk olmalıdır.
3. Optimal hibridizasyon verimliliği %95'in üzerinde olmalıdır.
4. Kritik bölge1: ATM (11q22) spesifik DNA probu
5. Kritik bölge2: p53(17p13) spesifik DNA probu
6. Prob kullanıma hazır olmalıdır.
7. En az 10 test olacak şekilde 100 mikrolitre hacimde viallerde kullanıma hazır olmalıdır.
8. Son kullanım tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
9. Prob ile beraber 150 mikrolitre 15 testlik DAPI Antifade (0.125mikrogram/ml DAPI,4,6-diamidino-2-phenylindole) verilmelidir.

ETİF KUTLU ÖZEN
Lab. Tekn.


Prof. Dr. Düzey Arunçöz


TEKNİK ŞARTNAME

Çift Renk 7q Delesyon DNA Probu

7q-(7q22;7q35) DUAL COLOR DNA PROBU

1. Direkt işaretli olmalıdır.
2. Çift renk olmalıdır.
3. Optimal hibridizasyon verimliliği %95'in üzerinde olmalıdır.
4. Kritik bölgeleri 7q22.1 ve 7q31 (AML ve MDS olguları için) spesifik DNA probu
5. Prob kullanıma hazır olmalıdır.
6. En az 10 test olacak şekilde 100 mikrolitre hacimde viallerde kullanıma hazır olmalıdır.
7. Son kullanım tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
8. Prob ile beraber 150 mikrolitre 15 testlik DAPI Antifade (0.125mikrogram/ml DAPI,4,6-diamidino-2-phenylindole) verilmelidir.

Elif KUTLU ÖZEN

Lab. Tekn.



Prof. Dr. Oğuz Acınoğlu

