



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

20/10/2023 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20236038

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 25/10/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RICA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	MASKE KAGIT (LASTIKLI)	2.250.000,00 ADET
2	KORUYUCU ONLUK	100.000,00 ADET
3	CERRAHI MASKE (BAGCIKLI)	125.000,00 ADET

TEKLİF NO : 20236038
NOT : 2024 KORUYUCU EKİPMAN SARF YAKÇMALİYET ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99


*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/4

TEKNİK ŞARTNAME

9145 KORUYUCU ÖNLÜK

1. Önlük materyali TS EN 14126 standardına uygun, ortamdan oluşabilecek kan, alkol ve benzer sıvıların alta geçmesini önleyecek sıvı itici özelliği olan, hava geçirgen dokuya sahip en az 50 gr/m² (±5) medikal Non-Woven SMS (Spunband Meltdown Spunbon) materyalinden yapılmış olmalıdır.
2. Tek kullanımlık olmalıdır.
4. Önlükler uzun kollu olmalıdır.
5. Önlüklerin kol manşetleri kullanımı rahatsız etmeyecek şekilde elastik olmalı, cerrahi eldiven giyilmesi sırasında kolların yukarı sıyırılmasını engelleyecek şekilde bileği kavramalıdır.
6. Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamamalı, dikişler beden hareketleriyle açılmayacak şekilde sağlam olmalıdır.
7. Önlüğün boyun kısmı teri emen, sürtünme ile cildi tahriş etmeyecek yumuşak kumaş biye ile çevrelenmiş olmalıdır. Yaka açıklığı velcro (cirt cirt) veya bağlamalı ip ile ayarlanabilir olmalıdır.
8. Gömleğin arkası; sırtı kapatacak şekilde kruvaze olmalıdır.
9. Belde yeteri kadar bağcık olmalıdır.
10. Boyu min. 120 cm (±5 cm) olmalıdır.
11. Önlükler tek tek poşetlenmiş olmalıdır.
12. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu sebeple 5 adet numune bırakılmalıdır.
13. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
14. Tek beden xl olmalıdır. Boyu diz altına kadar standart beden olmalıdır.



H. S. K. M. D. O. S. U. L. A. N. D. E. R. K. A. K.

Doç. Dr. Ceyda ŞAHAN
D.E.Ü Hastanesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
Dip. Tescil No: 13829
25.09.2023

TEKNİK ŞARTNAME

9188 CERRAHİ MASKE (BAĞCIKLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. TS EN 14683 AC standardına uygun olmalıdır
2. Medikal maske 3 katlı yapıda ve 3 pileli olmalı. Alt ve üst katlar spunbond, ara katman meltblown maske kumaşından imal edilmelidir.
3. Gizli burun teli olmalıdır. (Tel uçları maske materyalini delip kazalara neden olmamalıdır)
4. Sıvıya dayanıklı olmalıdır.
5. Kokusuz olmalıdır.
6. Maskeler anatomik olarak yüze tam uyumlu olmalıdır. (Ağız ve burnu tümüyle kaplamalı, yanlardan hava geçişi olmamalıdır.)
7. Maske ve bağları alerjik olmamalı ve toksik madde içermemelidir. Dörtkenarında en az 30 cm uzunluğunda bağcıklar olmalı, bağcıklar maskeye sıkı preslenmiş olmalı, birleşim yerlerinden kolay ayrılmamalıdır.
8. Membran filtreli olmalı ve en az %95 filtrasyon özelliği olmalıdır.
9. Maskeler her pakette 50 adet veya katları olacak şekilde paketlenmeli ve paket üzerinde barkot bulunmalıdır.
10. Materyal tüysüz olmalı, kullanım sırasında pamuklanma olmamalı. Lif, tüy dökmemelidir
11. Hava geçirgen özelliği olmalı, takılı olduğu sürede terletmemeli ve normal solunuma engel olmamalıdır.
12. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle orijinal ve barkodlu 1 tam paket numune bırakılacaktır.
13. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

HEMŞİRELİK BİRLİĞİ MÜDÜRÜ
ÖZLEM ŞELİHAN ÇETİNKAYA

Doç. Dr. Ceyda ŞAHAN
D.E.Ü Hastanesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
Dip. Tesch. No: 13829
25.09.2023