



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20236174

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 30/10/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ANTI-PR3 (CANCA) (OTOMASYON UYUMLU)	960,00	ADET
2	ANTI-MPO (PANCA) (OTOMASYON UYUMLU)	600,00	ADET

TEKLİF NO : 20236174
NOT : ÖDEME VADESİ 180 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN
TEL :
E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

142.0564.000	ANTI-PR3 (CANCA) (OTOMASYON UYUMLU)	ADET	960
142.0565.000	ANTI-MPO (PANCA) (OTOMASYON UYUMLU)	ADET	600

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

**DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ İMMÜNOLOJİ LABORATUVARI
2023 YILI ARA ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Bu teknik şartname ile aşağıda adları ve miktarları yazılı olan 2 (iki) kalem test satın alınacaktır.

	ELISA GRUBU	
	TEST ADI	TEST SAYISI
1	ANTI-PR3 (CANCA)	960
2	ANTI-MPO (PANCA)	600

2. Testleri çalışmaya yönelik kitlerin tamamına teklif verilmeli ve kitler aynı marka/aynı üretici firmaya ait olmalıdır.
3. Kitler kapalı, orijinal ambalajında olmalıdır. Tüm kitlere ait orijinal prospektüsler ihale sırasına teslim edilmelidir. Kitin çalışması için gerekli olan her türlü malzeme (pozitif, negatif kontrol serumları, standart ve kalibratörler, konjugat, substrat, serum diluenti, sonlandırma ve yıkama solüsyonu) kitin içinde bulunmalıdır.
4. Kitlerin raf ömürleri en az 6 (altı) ay olmalıdır.
5. Kullanım sırasında kite ilişkin üretim, ithalat ve transport koşulları gibi durumlardan kaynaklanan bir sorun çıkması durumunda ilgili firma, tüm kitleri sağlıklı çalıştığı kanıtlanmış yeni lot numaralı kitler ile ücretsiz olarak değiştirmelidir.
6. Kitler makro ELISA yöntemiyle çalışmaya uygun olmalıdır.

7. Talep edilen makro-ELISA grubu testlere ait gereklilikler;

- 7.1. **ANTI-PR3 (CANCA);** Kit, insan serumunda anti-PR3 antikorlarını kantitatif saptamaya uygun olmalıdır.
- 7.2. **ANTI-MPO (PANCA);** Kit, insan serumunda anti-MPO antikorlarını kantitatif saptamaya uygun olmalıdır.

Dr. Öğretim Üyesi. Yavuz DOĞAN
İmmünoloji Laboratuvarı Birim
Sorumlusu

