



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20235723

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 13/10/2023 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	%70 ISOPROPİL ALKOLLU MENDİL 10X10 CM	480.000,00	ADET
2	%4 NITROSELLULOZ(COLLODION) 1LT.	24,00	ADET
3	GOBEK FİLESİ 15CM	60,00	ADET
4	TUP STERİL 5 ML DİBİ YUVARLAK (500LUK)	100,00	ADET
5	GAZ TAMPON 10 X 50 (8 KAT) X'RAYSIZ	100.000,00	ADET
6	PETRI KUTUSU 60X15 CENTER WELL	320,00	ADET
7	EKMEK KASASI POSETİ	14.000,00	ADET
8	METHANOL (2,5 LT)	24,00	ADET
9	KSILOL	200,00	LİTRE

TEKLİF NO : 20235723
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

303.0022.000	%70 ISOPROPİL ALKOLLU MENDİL 10X10 CM	ADET	480000
301.0019.000	%4 NITROSELLULOZ(COLLODION) 1LT.	ADET	24
298.0039.000	GOBEK FILESİ 15CM	ADET	60
293.0138.000	TUP STERİL 5 ML DİBİ YUVARLAK (500LUK)	ADET	100
296.0006.000	GAZ TAMPON 10 X 50 (8 KAT) X'RAYSIZ	ADET	100000
306.0031.000	PETRI KUTUSU 60X15 CENTER WELL	ADET	320
305.0061.000	EKMEK KASASI POSETİ	ADET	14000
303.0052.000	METHANOL (2,5 LT)	ADET	24
303.0053.000	KSILOL	LİTRE	200

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5427) EKMEK KASASI POSETİ

Açıklama : EKMEK KASASI POSETİ

- Ağırlığı en az 40 gram olmalıdır.
- 650X1000 $\pm$ 2 mm uzunluğunda olmalıdır. Torba ağız çapı açıldığında 105 $\pm$ 2 cm, taban çapı 63-66 cm olmalıdır.
- Şeffaf renk olmalıdır.
- İçerisine toz, hava vs almayacak şekilde plastik torba içinde 600 'lük paketler halinde teslim edilmelidir.
- Tarım ve Köy işleri Bakanlığı izni ile üretilmiş olacaktır. Üretim izni teslim anında belgelenecektir.
- Ürün ambalajı üzerine ürünün nerde üretildiği, üretim tarihi, adres ve irtibat bilgileri, tescilli markası olacaktır.
- Tüm yüzeyler pürüzsüz ve düz olmalıdır. Herhangi bir kabarıklık, üretim hatası içermemelidir.
- Kenarlarında kesim yerlerinde(uç noktalarında) çapak olmamalıdır.
- LDPE malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Gıda ürünlerinin saklanması uygun olmalıdır.
- Desensiz düz formda olmalıdır.

(3316) GAZ TAMPON 10 X 50 (8 KAT) X'RAYSIZ

Açıklama : GAZ TAMPON 10 X 50 (8 KAT) X'RAYSIZ

1. Gaz tampon 10cm x 50cm ve 8 kat ölçülerinde olmalıdır.
2. Gaz tamponda kullanılan gaz bezi TS 14079'a uygun olmalıdır.
3. Açıldığında 40cm X 100cm kesiminde olup önce yanlardan daha sonra alt ve üstten katlandığında 10cm X 50cm 8 kat halinde ölçülerinde ve 3'e katlanmış olmalıdır. İstenen cerrahi katlama şekli istenirse sterilizasyon ünitemiz tarafından gösterilecektir.
4. Gaz tampon, hidrofili gaz bezinin istenen boyutlarda kesilerek kenarlarının iplik vermeyecek şekilde kıvrılarak katlanması ile hazırlanmış olmalıdır.
5. Gaz bezinin atkı-çözümlü teli sayısı değerli; çözgü teli sayısı cm başına 12 (+/- 1 tel), atkı sayısı cm başına 8 (+/- 1 tel) olmalıdır. Ürün toplamda cm2'de 20 (+/- 1) tel olmalıdır.
6. Ürün üzerinde eksik atkı yada çözgü içeren alan (tel kaçıkları gibi) olmamalıdır.
7. Apreli olmamalı, herhangi bir boya içermemelidir; kirli görünmemelidir.
8. Gaz kompres (tampon) kaseleşmiş, beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır.
9. Üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisimler, ek yeri ve parça bulunmamalıdır.
10. Gaz kompreste (tampon) üst yüzeylerinde delik, kesik, yırtık vb. görünüş bozuklukları olmamalıdır.
11. Gaz kompreste (tampon) kenarları iplik vermeyecek şekilde içe katlanmış olmalıdır.
12. Tamponların "kullanım öncesi paketleme aşamasında ve dolayısıyla ameliyatta sayım hatası oluşturmaması için" tüm katlanma yüzeyleri ve sırtları aynı tarafa bakmalıdır.
13. 40 - 50 adetlik kağıt ya da polietilen ambalajlarda ve kolilenmiş olarak teslim edilmelidir.
14. Karton kolilerin bütünlüğü tam olmalı, içinde en fazla 1500 adet ürün bulunmalıdır.
15. Paketler üzerinde en az aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinmeyecek şekilde
 - 15.1. Firmanın ticari ünvanı adresi ve/veya tescilli markası,
 - 15.2. Hidrofil olduğu,
 - 15.3. Anma boyutları ve adedi,
 - 15.4. Üretim tarihi,
 - 15.5. Standardın işaret ve numarası(TS 14079)
 - 15.6. Seri ve parti numarası
16. Non-steril olmalıdır.
17. Teklif edilen ürün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. Belgesi sunulmalıdır.
18. Değerlendirme için en az 100 adet orijinal paketli ürün numune olarak bırakılmalıdır.
19. Muayene komisyonun gerek görmesi halinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliğine yeterli sayıda numune analiz için gönderilebilecek, analiz üretici/satıcı firmaya ait olacaktır.
20. Yüklenici firmanın depoya teslim edeceği ürünler numuneler ile aynı özellikte olmalıdır.

(5929) %70 ISOPROPİL ALKOLLU MENDİL 10X10 CM

Açıklama : %70 ISOPROPİL ALKOLLU MENDİL 10X10 CM

1. Akollü mendil dış kâğıdı tripleks olup muhteviyatı 70 (± 5) gr/m² kuşe kâğıt veya polyester + 7($\pm$) mic. Alüminyum + 30(± 5) gr/m² PE meydana gelmelidir. Toplamda 100-120 gr/m² olmalıdır
2. Dış kâğıda "Dokuz Eylül Üniversitesi" logosu tek renk basılmalıdır.
3. İç kâğıt 50 (± 10) gr/m² Spunlace (dokumasız havlu kumaş) olmalıdır.
4. İç kâğıt %50 Polyester %50 Viscondan imal edilmiş olmalı, sıvı emici özelliği bulunmalıdır.
5. Paket içindeki mendil (Spunlace) açıldığı zaman 10X10 cm ebadında olacaktır.
6. Mendilde kullanılacak sıvı %70 İPA (İzopropil Alkol) olmalı, firma bunu belgelemelidir.
7. Ürünler 100'lük paketler halinde olmalı ve üzerinde barkod bulunmalıdır.
8. Depolama süresi için 3 yıl garanti verilmelidir.
9. Teklif edilen ürünün içeriğindeki alkol ile ilgili biyosidal ürün ruhsatı bulunmalıdır.
10. Kullanıcı referans bilgileri de içeren belge dosyada bulunmalıdır.
11. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
12. Ambalaj üzerinde,içerik bilgisi,üretim ve son kullanım tarihi,lot numarası ve üretici firmanın ismi olmalıdır.
13. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecek ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından onaylanacaktır.
14. Ürünlerin depoya teslimi sırasında Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından gerekli görüldüğü takdirde komitenin belirteceği bir laboratuardan ücreti firmaya ait ve alınacak miktarın %1 ini geçmemek kaydıyla analiz yaptırılabilir.
15. Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir.

(5556) METHANOL (2,5 LT)

Açıklama : METHANOL (2,5 LT)

1. Ultra saf olmalıdır
2. 2.5 ltlik koyu renk cam şişelerde ambalajlanmış olmalıdır.
3. %99.8 ve daha saf olmalıdır
4. Merck marka veya muadili tercih edilir.
5. Ref: Merck 1.06018.2500 veya muadili tercih edilir.
6. Su içeriği %0.03 ten az olmalıdır.
7. Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir.

(3637) GOBEK FILESİ 15CM

Açıklama : GOBEK FILESİ 15CM

1. Tekli paketlerde olmalıdır.
2. Bebeklerde göbek pansumanı sırasında kullanılmaya uygun olmalıdır.
3. Elastik yapıda olmalıdır, enine boyuna esneyebilmelidir.
4. Tercihen beyaz renkte olmalıdır.
5. Esnediğinde maximum 15 cm uzunluğuna ulaşabilmelidir.
6. Alım aşamasında 3 adet numune verilmelidir.

(7536) KSILOL

Açıklama : KSILOL

1. Ksilol, en çok 5 lt'lik plastik veya cam şişelerde olmalıdır.
2. Şişe üstünde CE Belgesi, lot no ayrıntılı olarak bulunmalıdır.
3. İlgili kimyasalın laboratuvarda kullanımı sırasında sonuç vermemesi, çalışmaması durumunda satıcı firmaya koşulsuz iade edilecektir. İlgili rapor bir teknisyen ve bir öğretim görevlisi tarafından düzenlenecektir.
4. Kimyasal taşıma kurallarına uygun olarak laboratuvara teslim edilmelidir.
5. Malzeme teslimi firma yetkilisi tarafından elden imza karşılığı laboratuvar görevlisine yapılacaktır.
6. Malzeme teslim alınmadan önce laboratuvarda denenmelidir.
7. Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir

(5795) TUP STERİL 5 ML DIBİ YUVARLAK (500LUK)

Açıklama : TUP STERİL 5 ML DIBİ YUVARLAK (500LUK)

1. Volümü 5 ML olmalıdır.
2. Yüksekliği 75 mm olmalıdır.
3. Çapı 12 mm olmalıdır.
4. Kapak iki aşamada kapanmalıdır. İlk kapama hava girişine olanak vermeli, ikinci kapamada ise hava girişi olmamalıdır.
5. Polistirenden yapılmış olmalıdır.
6. Steril bir şekilde tek tek paketlenmiş olmalıdır.
7. Gamma irradyasyonla siterilize edilmiş olmalıdır.
8. Dibi yuvarlak olmalıdır.
9. RCF ratingi 1400 olmalıdır.
10. Nonpirojenik olmalıdır.

11. İştirak edecek firmalar ihale öncesi numunelerini getirip uygunluk belgesi alacaklardır.

(5800) PETRI KUTUSU 60X15 CENTER WELL

Açıklama : PETRI KUTUSU 60X15 CENTER WELL

1. Nonpirojenik olmalıdır ve crystal-grade polystyrenden imal edilmiş olmalıdır.
2. Embriyo kültürüne uygun gama ışınları ile sterilize edilmiş olmalıdır.
3. Boyutları 54,84 MM. O.D. X 13,56 MM. olmalıdır.
4. İç göz yüzey alanı 2,89 CM² olmalıdır.
5. IVF tekniğinde kullanılması için ortasında bir çukur alan daha olmalıdır.
6. 20 adetlik ambalajlarda steril edilerek paketlenmelidir.
7. İştirak edici firmalar ihale öncesi numunelerini getirip uygunluk belgesi alacaklardır.