



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Teklif No: 20236652

### İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 15/11/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

#### ALIM KONUSU MALZEMELER

#### MİKTAR

|   |                                 |      |      |
|---|---------------------------------|------|------|
| 1 | PLAZMA ERITME CİHAZI (SULU TIP) | 2,00 | ADET |
|---|---------------------------------|------|------|

TEKLİF NO : 20236652

NOT : ÖDEMELER 30 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA MODEL VE ÜTS BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

\* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

## TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

|              |                                 |      |   |
|--------------|---------------------------------|------|---|
| 442.3685.000 | PLAZMA ERITME CİHAZI (SULU TIP) | ADET | 2 |
|--------------|---------------------------------|------|---|

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (11559) PLAZMA ERITME CİHAZI (SULU TIP)

##### Açıklama : PLAZMA ERITME CİHAZI (SULU TIP)

- Cihaz soğuk olarak rastlanan serum veya kan ürünlerinin hastaya soğuk olarak verilmesi ile ortaya çıkabilecek hipotermi riski ve diğer komplikasyonların önlenmesiamacıyla, bu ürünlerin uygunca eritilmesi ve ısıtılması için kullanılan, kapalı, kuru sistem bir ısıtma cihazı olmalıdır.
- Cihaz mikroişlemci kontrollü olmalı, plazma çözme ve kan ısıtma işlemlerini tek bir düğmeye basarak yapmalıdır.
- Cihazın kapasitesi en az 500 ml'lik 4 torba veya 800 ml'lik 2 torba olmalıdır.İstenildiğinde 500 ml'lik 8 torba, 800 ml'lik 4 torba alabilmelidir.
- Polipropilen PPII'den imal edilmiş olmalı, herhangi bir şekilde paslanmamalıdır.
- Normal işlem ısı derecesi 37 derece ile 45 derece arasında ayarlanabilir olmalıdır.
- Uygun sıcaklıkta TDP'yi 16 ile 20 dakika arasında çözebilmelidir. +4 C deki kanı 37 dereceye 15 dakikada ısıtabilmelidir
- Cihaz seçilen sıcaklığın üzerine çıktığında alarm vermelidir.
- Isıtma sırasında, torbalar ısı transfer sıvısının pompalandığı, plastikten yapılmış ısıtma yastıkları arasına konmalı, ayrıca bir sete ihtiyaç duyulmamalıdır.□
- Çalışma esnasında torbalarla su temas etmemelidir.
- Cihaz plazma çözme işlemi sırasında çalkalama yapmalıdır.
- Cihazı kullanan kişinin cihaza bağımlılığı olmamalıdır.
- Tezgah üzeri modeli olmalıdır
- Cihaz 230 V 50 Hz %10'da çalışmalıdır
- Barkot bağlanabilme özelliği olmalıdır.
- Cihaz, yapılan işlemlerde ayrıca sarf malzeme gerektirmeyen özellikte olmalıdır.
- Cihaza ait Türkçe kullanım ve bakım kılavuzu olmalıdır.
- 2 yıl garantili olacaktır.
- Kullanıcı eğitimi verilecektir.Bu eğitimler sertifikalandırılacaktır.
- İsteklilerin TC. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranacaktır.İlgili cihazın UTS sisteminde kayıtlı olduğu ürün numarası faturaya eklenmelidir.
- Firmalardan bir takım testlerin yapılması istenebilir. Bu testlerin yapılabilmesi için gerekli personel ve düzeneği firmalar sağlayacaktır.
- Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasardan satıcı firma sorumludur.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

- 22.** Montaj: Cihazların montajı firma tarafından hastanece tahsis edilen mahallerde firma teknik elemanlarınca tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edilecektir. Cihazın montajı, teslim tarihinden itibaren idarece belirtilecek sürede tamamlanacaktır. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır.

N.A