



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20236445

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 03/11/2023 TARİHİ, SAAT 16:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

|   |                                                                |        |      |
|---|----------------------------------------------------------------|--------|------|
| 1 | PRP KITI (TROMBOSİT ZENGİN, EKLEM TEDAVİSİNDE KULLANIMA UYGUN) | 200,00 | ADET |
|---|----------------------------------------------------------------|--------|------|

**TEKLİF NO** : 20236445  
**NOT** : ODEMELER 180 GUNDUR TEKLİFLERDE MARKA MODEL BELİRTMENİZİ RİCA EDERİZ  
**İLGİLİ KİŞİ** : GAMZE HOŞDİL  
**TEL** :  
**E-MAIL** : gamze.hosdil@deu.edu.tr  
**FAX** : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

|              |                                                                |      |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------|-----|
| 228.2093.000 | PRP KITI (TROMBOSİT ZENGİN, EKLEM TEDAVİSİNDE KULLANIMA UYGUN) | ADET | 200 |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------|-----|

#### 1.GENEL ÖZELLİKLER

#### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (12034) PRP KITI (TROMBOSİT ZENGİN, EKLEM TEDAVİSİNDE KULLANIMA UYGUN)

##### Açıklama : PRP KITI (TROMBOSİT ZENGİN, EKLEM TEDAVİSİNDE KULLANIMA UYGUN)

1. Trombosit Konsantre Sistemi:93 /42 EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygun 20 Dakika içerisinde trombosit konsantresi elde edilmesine imkan sağlamalıdır.
2. Sistemin CE belgeleri olmalıdır.
3. Trombosit konsantre sistemi; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu UBB (Ulusal Bilgi Bankası) sisteminde kayıtlı olmalıdır.
4. Ürünler orijinal ambalajında sunulmalıdır. Etiket, üretici bilgileri ve detaylı kullanım kılavuzu,prospektüsler; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne uygun bir şekilde kutu üzerinde ve içerisinde yer almalıdır. Her bir ürün steril, orijinal ambalajlarında kapalı olarak sunulmalıdır.
5. Kan alımı ve santrifüj işlemi aynı kit içerisinde gerçekleştirilmeli ve kontaminasyon riski minimuma indirgenmiş olmalıdır. Elde edilen PRP, bağlantı aparatı vasıtasıyla uygulama şırıngasına direk aktarılabilir.
6. Antikoagulan harici herhangi bir kimyasal bulunmamalıdır.
7. Kit ile alınan örnek hiçbir ekstra malzemeye gerek duymaksızın ürün elde edilmesine yönelik tek kullanımlık steril ambalajlarda bulunmalıdır.
8. Uygulama ve bekleme süreleri oda ısısında gerçekleşmelidir. Tüm ürünler en az 1,5 yıl miada sahip olmalıdır.
9. Hastadan kan alınması ve kitin uygulanması için tüm sarf malzemeler (disposable iğne, iğne uçları,enjektör kitleri kaplar, kanüller vb.) kit ile birlikte yüklenici tarafından ücretsiz olarak temin edilmelidir.
10. Elde edilen Platelet konsantrasyonu miktarı en az 3-5 katı artmış olmalıdır.
11. Teklif edilen ürüne ait en az üç adet numune sunulacak olup, ihalenin kesin kararı yapılacak numune değerlendirilmesi sonrasında verilecektir.
12. Kullanım miadı yaklaşip (3 ay önceden) bildirimi yapılan ürünler yüklenici tarafından yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.
13. Hastane idaresinin belirleyeceği personele ürünle ilgili bilimsel çalışmalar ve ürünün kullanımı hakkındaki eğitim yüklenici tarafından ücretsiz olarak verilecektir.
14. Yüklenici firma 3 adet prp için kullanılacak santrifüj cihazını kitlerin kullanımı süresince hastanede bırakmalıdır.
15. Yüklenici firmanın teslim edeceği santrifüj cihazın özellikleri;
  - 15.1. Hız: En yüksek 4000 RPM (düşük hızlı)
  - 15.2. Kefe: 10-15 ml kan tüpü almalı ve en az 4 veya 4'ün katları şeklinde tüp almalıdır.