



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Teklif No: 20237014

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 27/11/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 MR UYUMLU SEDYE	1,00 ADET

TEKLİF NO : 20237014

NOT : ÖDEMELER 30 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA-MODEL VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.3843.000	MR UYUMLU SEDYE	ADET	1
--------------	-----------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12100) MR UYUMLU SEDYE

Açıklama : MR UYUMLU SEDYE

1. Manyetik alandan etkilenmez ve MR görüntüsünde aritfakt oluşturmamalıdır.
2. Sedyenin gövdesi 60x20 mm non manyetik paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3. Sedyeye, demonte edilebilir olmalıdır. Ayakları çıkarılabilir olmalıdır.
4. Dört köşesinde poliüretan çarpma tamponları yer almaktadır.
5. Sedyeye kolçakları yana değil geriye doğru katlanabilir olmalıdır.
6. Sedyeye kolçaklarını katlanma tekniği kolçaklarını üzerinde basmalı şekilde yer almalıdır.
7. Tekerlekler 100 mm çapında non magnetik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
8. Sedyeye ayakları 40x40 mm profillerden oluşturulmuş olmalıdır.
9. Minder kalınlığı gövdede 50mm, başlıkta 150 mm olmalıdır.
10. Sedyeye ölçüleri (+/-3) cm
En 79cm,
Boy 220cm,
Yükseklik (minder hariç) 65 cm olmalıdır.
11. Mıknatıslanmayan paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş yükseklik ayarlı serum askısı eklenebilir yapıda üretilmiş aksesuar sahip olmalıdır.
12. 3 (üç) Tesla'ya kadar MR uyumluluk raporuna sahip olmalıdır.
13. UBB kaydı olmalıdır.
14. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

A.T