



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20237034

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 01/12/2023 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 PLAZMAFEREZ SETİ	150,00 ADET

TEKLİF NO : 20237034

NOT : ÖDEME VADESİ 30 GÜNDÜR TEKLİFLERDE MARKA MODEL BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : PINAR ARISOY

TEL :

E-MAIL : pinar.arisoy@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

23/11/2023 15:48:33

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

248.0001.000	PLAZMAFEREZ SETİ	ADET	150
--------------	------------------	------	-----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(7759) PLAZMAFEREZ SETİ

Açıklama : PLAZMAFEREZ SETİ

1. Cihaz sürekli akım prensibi ile çalışmalıdır.
2. ACD'ye bağlı reaksiyonların görülmemesi için tüm işlem boyunca ACD oranı >12:1 olmalı, bu oran gerektiğinde dijital gösterge kullanılarak manuel olarak değiştirilebilmeli veya kullanılan replasman sıvısı ve hasta değerlerine uygun ACD-A oranı cihaz tarafından otomatik ayarlanabilmelidir.
3. Pediatrik olgularda kullanılabilmesi özellikle çift kol kullanımında eklsrakorporal volüm düşük (<300 ml) olmalıdır.