



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20237136

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 27/11/2023 TARİHİ, SAAT 16:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

1	36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR UCU	5,00	ADET
2	36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR TUBING SET	5,00	ADET

**TEKLİF NO** : 20237136  
**NOT** : 20236855 NO LU TEKLİF MEKTUBU  
**İLGİLİ KİŞİ** : YUSUF GÜLER  
**TEL** : 2324122405  
**E-MAIL** : yusuf.guler@deu.edu.tr  
**FAX** : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

254.0009.000	36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR UCU	ADET	5
254.0013.000	36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR TUBING SET	ADET	5

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (10545) 36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR TUBING SET

##### Açıklama : 36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR TUBING SET

1. Teklif edilecek tubing set hastanemiz demirbaşında bulunan Cusa Excel ultrasonik aspiratör ile birebir uyumlu olmalıdır.Uyumlu olmayan teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
2. Teklif edilecek tubing set Cusa Excel 36 KHz elceği ile kullanılmalıdır.Bu özellik kutu üzerinde açıkça belirtilmelidir.
3. Teklif edilecek tubing set steril pakette ve tek kullanımlık bulunmalıdır.
4. Teklif edilceke tubing setin CE etiketi bulunmalıdır.
5. Teklif edilecek tubing set orijinal olmalıdır ve durum katalog vs. ile ispatlanmalıdır.

#### (10289) 36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR UCU

##### Açıklama : 36 KHZ ULTRASONİK ASPIRATOR UCU

1. Teklif edilecek ürün demirbaşımızda kayıtlı bulunan Cusa Excel cihazının 36 KHz'lik aplikatörü ile tam uyumlu olmalı, aynı firma tarafından Cusa Excel cihazının 36 KHz'lik aplikatörü ile kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır ve bu özellik ürünün paketi üzerinde açıkça belirtilmiş olmalıdır.
2. Uzunluğu 121,5 mm olmalıdır.
3. Çapı 1,57 mm olmalıdır.
4. Tek kullanımlık olmalıdır.
5. Eğimli olmalıdır.
6. Steril ambalajlanmış olmalıdır.
7. Metal uç, plastik kılıf ve yüzükler steril paketin içerisine dahil olmalıdır.