



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

23/11/2023 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20237023

İLAN

HASTAHEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINAÇAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

07/12/2023

TARİHİ, SAAT

10:00

E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MIKTAR

1	BILIYARY STENT SET	275,00	ADET
2	BULİER JILATASYON BALONU	10,00	ADET
3	BRÜSKOSKOPI İÇİN MİKÜS TOPLAYICI	3.000,00	ADET
4	ENDOSKOPIK BAŞKEİ KİLİTLEM	380,00	ADET
5	ENDOSKOPIK FİRÇA KATETER(SİTİLOJİ İÇİN)	10,00	ADET
6	ENDOSKOPIK ULTRASON İGNESİ 19G	55,00	ADET
7	ERCP TAZ ÇIKARMA BALONU,(3 LUMENLİ)	550,00	ADET
8	FRCP GUIDEWIRE(İKİ UÇLU)	50,00	ADET
9	ERCP GUIDEWIRE /REHBER TEL)	430,00	ADET
10	ERCP KATETER(İKİ UÇLU)	280,00	ADET

TEKLİF NO : 20237023

NOT : 2024 YILI ENDOSKOPI MALZEMELERİ ALIMI İHALESİ ÖCEMELER 180 GÜNDÜR.

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/24



DÜZCE EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

23/11/2023 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20237023

ILAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINAÇAKTIR. İLGİLİ ENEN FİRMALARIN

29/11/2023

TARİHİ, SAAT

10:00

'E/A KADAR

YAKLASIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİÇA OLU'NUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

11	ERCP KATETER(KTAPERED)	35,00	ADET
12	PERKUTAN ENDOSKOPIK GASTROSTOMİ SETİ	90,00	ADET
13	GASTROSTOMİ REPLACEMENT TUP	100,00	ADET
14	HOT BİOPSİ FORCEPSİ	350,00	ADET
15	KÖLON DİLATASYON BALONU	5,00	ADET
16	MKANİK LTDOTRIPTOR UYUMLU BAŞKET KATETER	10,00	ADET
17	NEEDLE KNİFE SFINKTEROTOM KATETER	45,00	ADET
18	DOUBLE BALLOON İÇİN OVER TUBE	180,00	ADET
19	ÖZEF AĞUS DİLATASYON BALONU	100,00	ADET
20	POLYPECTOMİ SNARE	920,00	ADET

TEKLİF NO : 20237023

NOT : 2024 YILI ENDOSKOPI MALZEMELERİ ALIMI İHALESİ ÖDEMELER 180 GÜNDÜR.

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

E-MAIL : yusuf.guler@dou.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

2/24



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

23/11/2023 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20237023

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYAÇI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINAÇAKTIR. İLGİLENEREN FİRMALARIN 20/11/2023 TARİHİ, SAAT 10:00 E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZŞÖY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

21	SENGSTAKEN BLAKEMOORE TUP	5,00	ADET
22	3 LUMENLİ SPINKTERETOM KATETER	330,00	ADET
23	RKLEROTERAPİ İGNESİ	745,00	ADET
24	KOLONOSKOPİ BİOPSİ FORSEPSİ 2,3MM	3,00	ADET
25	SOJPE BALON	140,00	ADET
26	ENDOSKOPİK KLİP	800,00	ADET
27	ENDOSKOPİK ULTRASON KATETERİ 22G	100,00	ADET
28	CERRAHI DOKU YAPISTIRICI	80,00	ADET
29	ULTRAŞON ENDOSKOPİSİ KİT ASİRASYON (FAUS) İGNESİ	500,00	ADET
30	ULTRASONOGRAHİ BALONU	500,00	ADET

TEKLİF NO : 20237023

NOT : 2024 YILI ENDOSKOPİ MALZEMELERİ ALIMI İHALESİ ÖDEMELER 180 GÜNDÜR.

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 98

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

3/74



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

23/11/2023 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaya İşletmesi

Teklif No: 20237023

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEREN FİRMALARIN 23/11/2023 TARİHİ, SAAT 10:00 E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİÇA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
31 ARGON PLAZMA KOAGÜLASYON KATİTERLERİ	10,00 ADET

TEKLİF NO : 20237023

NOT : 2024 YILI ENDOSKOPİ MALZEMELERİ ALIMI İHALESİ ÖDEMELER 190 GÜNDÜR.

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÖLER

TEL : 2324122405

E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

4/24



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

23/11/2023 14:38:54

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

233.0012.000	BILIARY STENT SET	ADET	200
194.0009.000	BILIER DILATASYON BALONU	ADET	10
209.0003.000	BROSKOSKOPI İCİN MUKUS TOPLAYICI	ADET	3000
218.0033.000	ENDOSKOPIK BASKET KATETER	ADET	380
209.0005.000	ENDOSKOPIK FIRCA KATETER(SİTOLOJİ İCİN)	ADET	10
218.0035.000	ENDOSKOPIK ULTRASON İĞNESİ 19G	ADET	55
194.0010.000	ERCP TAS ÇIKARMA BALONU(3 LUMENLİ)	ADET	550
219.0015.000	ERCP GUIDEWIRE(İKİ UÇLU)	ADET	50
219.0016.000	ERCP GUIDEWIRE (REHBER TEL)	ADET	430
218.0038.000	ERCP KATETERİ(KUNT UÇLU)	ADET	260
218.0039.000	ERCP KATETERİ(TAPP RED)	ADET	35
209.0011.000	PERKUTAN ENDOSKOPIK GASTROSTOMİ SETİ	ADET	90
209.0012.000	GASTROSTOMİ REPLACEMENT TUP	ADET	100
209.0014.000	HOT BIOPSY FORCEPSİ	ADET	350
194.0022.000	KOLON DILATASYON BALONU	ADET	5
209.0015.000	MEKANİK LİTOTRİPTOR UYUMLU BASKET KATETER	ADET	10
209.0019.000	NEEDLE KNIFE SFINKTERETOM KATETER	ADET	45
209.0020.000	DOUBLE BALLOON İCİN OVER TUBE	ADET	180
194.0029.000	OZOFAGUS DILATASYON BALONU	ADET	100
209.0026.000	POLYPECTOMİ SNARE	ADET	920
209.0027.000	SENGSTAKEN BLAKEMOORE TUP	ADET	5
209.0028.000	3 LUMENLİ SFINKTERETOM KATETER	ADET	390
209.0031.000	SKLEROTERAPİ İĞNESİ	ADET	745
209.0036.000	KOLONOSKOPI BİOPSİ FORSEPSİ 2.3MM	ADET	3
194.0042.000	SCOPE BALONU	ADET	140
209.0040.000	ENDOSKOPIK KLİP	ADET	800
218.0215.000	ENDOSKOPIK ULTRASON KATETERİ 22G	ADET	100
242.0093.000	CERRAHI DOKU YAPISTIRICI	ADET	80
255.0003.000	ULTRASON ENDOSKOPİSİ İCİN ASPIRASYON (EBUS) İĞNESİ	ADET	500
255.0004.000	ULTRASONOGRAFI BALONU	ADET	500
209.0054.000	ARGON PLAZMA KOAGULASYON KATETERLERİ	ADET	10

1 Kalem



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13/07/2023 09:58:31

TEKNİK ŞARTNAME

3504 BİLİYER STENT SETİ 233.0012

1. İçinde dış çapı 7-8,5-10 F ve uzunluğu 5-7-10-12-15 cm boylarında olan plastik stent bulunmalıdır.
2. Stentin iki ucu çentikli olmalıdır.
3. İçinden uzunluğu 165 cm. veya üzerinde olmalıdır.
4. Setin içinde yukarıya belirtilen ebatlardaki stenti itmeye uygun introducer bulunmalıdır.
5. Set steril olmalıdır.
6. İstenmesi halinde yüklenici firma değişik uzunluktaki stentleri birbiriyte değişimi sağlamalıdır.
7. **GENEL ÖZELLİKLER**
- 7.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 7.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 7.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni malatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 7.4. Teklif edilen ürün: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı. SGK nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünü tüketicisine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 7.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 7.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ihalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Dr. Öğretim Üyesi
Nilay Dönüş
DEÜTF İç Hastalıkları
ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tescil No: 126949

Prof. Dr. Mesut AKARŞU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tes. No : 1957

2. Kalem



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13/07/2023 09:59:01

TEKNİK ŞARTNAME

4786 BİLİYER DİLATASYON BALONU 194.0009

1. Balon 2-4cm aralık uzunluğunda olmalıdır.
2. Balon genişliği 6 mm ve 8 mm olmalıdır.
3. Balonun yarını belli eden radyopak işaretler olmalıdır.
4. 0.035" klavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
5. 2.8mm çalışma kanalından geçebilmelidir.
6. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
7. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.
8. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bitirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
9. Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (<https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/>) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.
10. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK'nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
11. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği tarihe kadar Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmesi ve kurumumuz adına askıya çıkarmalıdır.
12. Malzemesyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Dr. Öğretim Üyesi
Nilay Qapıs
DEÜTF İç Hastalıkları
ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tescil No: 126949

Prof. Dr. Mesut AKARSU
Düzce Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 1467

3. Kalem



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13/11/2021 09:14:26

TEKNİK ŞARTNAME

3506 BROSKOSKOPİ İÇİN MUKUS TOPLAYICI 209.0003

1. Malzeme disposable olmalıdır.
2. Malzeme 40 cc kapasiteli olmalıdır.
3. Malzeme (yivli) 4 parçalı olmalıdır.
4. Bağlantı hortumları bronkoskopi cihazına uyumlu olmalıdır.
5. Malzeme çift girişli olmalıdır.
6. Malzeme steril olmalıdır.
7. Teklif edilen ürünün ambalajında ÜBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
8. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.
9. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri ayrı özelliğindeki yeni malatlı olan ürünlerle değiştirmelidir.
10. Teklif edilen ürün; Medula Übb Sorgu (<https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/>) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.
11. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme İstelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK'nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmesi ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
12. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'nde teklif kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği tarihe kadar Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'nde satın alınan ürünür kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz adına askıya çıkarmalıdır.
13. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Dr. Öğretim Üyesi
Nilay Danış
DEÜTF İç Hastalıkları
Gastroenteroloji Uzmanı
T.C. Tescil No: 120949

Prof. Dr. Mesut AKARSU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Diy. Tesc. No: 11957



TEKNİK ŞARTNAME

41 ENDOSKOPIK BASKET KATETER 218.0033

1. Basket 4 telli olmalıdır.
2. Kateter uzunluğu en az 240 cm. olmalıdır.
3. 2.8 mm. çalışma kanalından geçebilmelidir.
4. **GENEL ÖZELLİKLER**
- 4.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 4.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesince bildirmesi durumunda son kullanımı tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 4.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme İstelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK'nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün lükefilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 4.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimı sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 4.6. Matzemeyi teklif eden firma; üretici, distribütör veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Dr. Öğretim Üyesi
Nilay DANIŞ
DEÜTF İç Hastalıkları
Gastroenteroloji Uzmanı
Tescil No: 126949

Prof. Dr. Mesut AKARSU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 1957

S. Kalem



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13.07.2023 16:33:52

TEKNİK ŞARTNAME

4785 ENDOSKOPİK FIRÇA KATETER (SİTOLOJİ) 208.0005

1. Firça sitolojik inceleme için materyal almaya uygun olmalıdır.
2. Firça koruyucu kılıfın içine girebilmelidir.
3. Kateter uzunluğu en az 160cm olmalıdır.
4. 2,8mm çatışma kanalından geçebilmelidir.
5. GENEL ÖZELLİKLER
- 5.1. Teklif edilen ürünün ambalajında USB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 5.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 5.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan matzemeleri aynı özellikteki yeni miialı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 5.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 5.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca: Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 5.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Dr. Öğretim Üyesi
Nilay Danni
DEÜTF İç Hastalıkları
ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tesch No: 126049

Prof. Dr. Mesut AKARSU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 1867

6. ve 27. Kalemler



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13/07/2023 10:14:31

TEKNİK ŞARTNAME

3520 ENDOSKOPİK ULTRASON İĞNESİ 218.0035 - 215

1. Kateter uzunluğu 140 (±5) cm olmalıdır.
2. İğne ucu 19 G - 22 G olmalıdır.
3. Setin içinde 10 cc veya 20 cc'lık vakum şırıngası olmalıdır.
4. Plastik handle ve bu handle'in üzerinde iğnenin pozisyonunu gösteren işaretler ve uzatma kilidi bulunmalıdır.
5. 19 G'lık iğne ucundan klavuz tel geçmelidir.
6. Handle üzerinde derinliği gösteren numaralar bulunmalıdır
7. GENEL ÖZELLİKLER
 - 7.1. Teklif edilen ürünün ambalajında ÜBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 7.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - 7.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 7.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedelli karşılanacak Tıbbi Malzeme listesindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK'nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tükeltilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 7.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
 - 7.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Dr. Öğretim Üyesi
Nilay Danış
DEÜTF İç Hastalıkları
Gastroenteroloji Uzmanı
T.C. Tescil No: 126049

Prof. Dr. Mesut AKARSU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 1867

2. Kabin



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

14/07/2023 10:01 31

TEKNİK ŞARTNAME

3507 ERCP TAŞ ÇIKARMA BALONU (ÜÇ LÜMENLİ) 194.0010

1. Enjeksiyon, klavuz tel ve balonun şişirilmesi için kullanılacak 3 ayrı lümeni olmalıdır.
2. Kateterin, balonun distalinde kalan uç kısmı en fazla 3 mm uzunlukta olmalıdır.
3. 0.035" klavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
4. Uzunluğu en az 200 cm olmalıdır.
5. Üzerinde, balonun bulunduğu yeri belirleyecek radyopak işaretler olmalıdır.
6. Balonun 15 mm şişme kapasitesi bulunmalıdır.
7. Balonun kateteri geniye doğru traksiyonda sürme yapmamalıdır.
8. Balon şişirildiğinde kontrast maddeyi distalinden vermeli
9. Balonun yapıldığı malzeme kırılma yapmamalı ve çekme işlemine dayanıklı olmalıdır.

10. GENEL ÖZELLİKLER

- 10.1. Teklif edilen ürünün ambalajında ÜBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 10.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 10.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmei durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 10.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK'nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün lükstülmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 10.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 10.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Dr. Öğretim Üyesi
Nilay Daniş
DEÜTE İç Hastalıkları
ve Gastroenteroloji Uzmanı
T.C. Tescil No: 126949

Prof. Dr. Mesut AKARSU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 1867

8. Kolam



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13.07.2023 09.56.24

TEKNİK ŞARTNAME

5305 ERCP GUIDEWIRE(İKİ UÇLU)

219.0015

1. Kılavuz tel uzunluğu en az 400 cm olmalıdır.
2. Kalınlığı 0,035" olmalıdır.
3. Kılavuz telin her iki ucu da yumuşak olmalı ve uçlardan biri düz diğeri açıldırılmış olmalıdır.
4. Telin üzerinde hareketlerini ve bulunduğu yeri gösteren çizgiler olmalıdır.
5. GENEL ÖZELLİKLER
- 5.1. Teklif edilen ürünün ambalajında USB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 5.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 5.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bilirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 5.4. Teklif edilen ürün: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tükatilmesine kadar oşlonmuş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 5.5. Teklif edilen ürün: Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca, Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 5.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Dr. Öğretim Üyesi
Nilay Dams
DEUTF İç Hastalıkları
ve Gastroenteroloji Uzmanı
Şip. Tescil No: 125949

Prof. Dr. Mesut AKARSU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Diy. Tesc. No: 1867

9. Kalem



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

14012023.10.01.01

TEKNİK ŞARTNAME

5306 ERCP GUIDEWIRE (REHBER TEL) 219.0016

1. Kılavuz tel uzunluğu en az 450 cm uzunluğunda olmalıdır.
2. Kalınlığı 0,021 veya 0,035 çapında olmalıdır.
3. Kılavuz telin iki ucu hidrofilik olmalıdır.
4. Telin üzerinde hareketlerini ve bulunduğu yön gösteren çizgiler olmalıdır.
5. GENEL ÖZELLİKLER
- 5.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 5.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 5.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanma tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 5.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı. SGK'nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelanmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 5.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslim sırasnda Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 5.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Dr. Öğretim Üyesi
Nilay Deniz
DEÜTF İç Hastalıkları
ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tescil No: 120949

Prof. Dr. Mesut AKARSU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ç. Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Diy. Tes. No: 1867



DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

14/07/2023 10.01.40

TEKNİK ŞARTNAME

3517 ERCP KATETERİ (KÜNT UÇLU) 218.0038

1. Kateterin distal ucunda yerini belli eden radyopak markerler bulunmalıdır.
2. 2,8 mm çalışma kanalından geçebilmelidir.
3. Kateter 0 035" guide wire ile kullanılmalıdır.
4. Kateterin ucu künt olmalıdır.
5. GENEL ÖZELLİKLER
- 5.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 5.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 5.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 5.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı. SGK'nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 5.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslim sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'nde satır alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 5.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Dr. Öğretim Üyesi
Nilay Demir
DEUTF İç Hastalıkları
ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tescil No: 126949

Prof. Dr. Mesut AKARSU
Düzce JAMÜ Hastanesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. No: 1807

11. Kalem



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

14072023 13:02 13

TEKNİK ŞARTNAME

4774 ERCP KATETERİ (TAPERED) 218.0039

1. Kateter ERCP işlemlerinde kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Kateter disposable olmalıdır.
3. Kateterin uzunluğu 200cm olmalıdır.
4. 2.8 çalışma kanalından geçebilmelidir.
5. Kateter 0.035" guidewire'ler ile kullanılabilir.
6. Kateter radyopak olmalıdır.
7. Kateterin distal ucunda renkli radyopak işaretler (marker) olmalıdır.
8. Kateter tapered olmalıdır.
9. Kateter pre-curved olmalıdır.
10. Kateter steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

11. GENEL ÖZELLİKLER

- 11.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 11.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 11.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 11.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK'nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 11.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'nde satın alınan ürünün kurumumuza sabdığını bildirmelidir.
- 11.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, imalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Dr. Öğretim Üyesi
Nilay Danış
DEÜTF İç Hastalıkları
Gastroenteroloji Uzmanı
Tescil No: 26949

Prof. Dr. Mesut AKARSU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Res. No: 1867

12. Kalem




DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

14KT/2022 20.02.24

TEKNİK ŞARTNAME

3516 PERKÜTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ SETİ 209.000 TL

1. 12-14-16-18-20-22 Fr PEG tüplerinden en az 1 tanesi olmalıdır
2. İntroducer kanülü ya da seldinger iğne
3. Sivri uçlu bastır
4. Kıtırma klampı
5. Beslenme konnektörü
6. Yerleştirme telli
7. Tüpün çıkmasını ve sızıntıyı engelleyecek dış tespit aparatı (external holster) bulunmalıdır.
8. Steril detıklı örtünün bulunması gereklidir.
9. Makas, snare, steril spang bulunmalıdır.
10. Gastrostomi kiti perkutan endoskopik olarak takılacak şekilde olmalıdır.
11. Tüpün çıkarılması için endoskopiye ihtiyaç duyulmamalıdır.
12. GENEL ÖZELLİKLER
- 12.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 12.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 12.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 12.4. Teklif edilen ürün: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmesi olmalı. SGK'nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 12.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 12.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.


Dr. Öğretim Üyesi
Nilay Dönmez
DEÜTF İç Hastalıkları
ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tescil No: 126949


Prof. Dr. Mesut AKARSU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tesc. No: 1887



13. Kalem
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13.07.2023 10:24:24

TEKNİK ŞARTNAME

3514 GASTROSTOMİE REPLACEMENT TÜPÜ 209.0012

1. 12 F ile 20 F arası ölçüleri olmalıdır.
2. Steril olmalıdır.
3. Mide içersinde kalan uçunda su ile şişirilip tüpün mideye tutunmasını sağlayan balon olmalıdır.
4. Silikondan yapılmış olmalıdır.
5. GENEL ÖZELLİKLER
- 5.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 5.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 5.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 5.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK'nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tükatılmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 5.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır Ayrıca, Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 5.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Dr. Öğretim Üyesi
Nilay Dapig
DEÜTF İç Hastalıkları
Gastroenteroloji Uzmanı
Şip. Tesdi No: 126949

Prof. Dr. Mesut AKARSU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Şip. Tes. No: 1967

11. Kalem



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13/07/2023 10:23:09

TEKNİK ŞARTNAME

4792 HOT BIOPSY FORCEPS 209.0014

1. Steril paketlerde olmalıdır.
2. Paslanmaz çelik spiral kılıfı olmalıdır.
3. Forceps kulpları paslanmaz çelik olmalıdır.
4. Forceps disposable olmalı
5. Kateter uzunluğu 230cm olmalıdır.
6. 2.3mm kanal çaplı gastroskop ve kolonoskoplarda kullanılmalıdır.
7. Handle bölgesi hydroc maddeden yapılmış olmalıdır.
8. Koter bağlantısı olmalıdır.
9. Biopsi alınan bölgeye rahatça koterize edebilmelidir.
10. Forceps oval cup yada alligator cup olmalıdır.
11. GENEL ÖZELLİKLER
- 11.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 11.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 11.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bilgilendirme durumunda son kullanım tarihi yaklaşıyor malzemelerin aynı özellikteki yeni matnı olan ürünler ile değiştirilmelidir.
- 11.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedelli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK'nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 11.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 11.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ihalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Dr. Çiğdem Uysoy
Nilay Danış
NEÜTF İç Hastalıkları
Gastroenteroloji Uzmanı
Tescil No: 126949

Prof. Dr. Mesut AKARSU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 1887

15. Kalem



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13091-2023 10.26.23

TEKNİK ŞARTNAME

4787 KOLON DİLATASYON BALONU 134,0022

1. Balon uzunluğu 5.5cm olmalıdır.
2. Balon 18mm ye kadar genişleyebilmelidir.
3. 2.8mm lik çatlama kanalından geçebilmelidir.
4. Kateterin içinden klavuz tel geçebilmelidir.
5. 3 aşamada şişirilebilmeli ve her aşamada yanı yüzey sertliğiyle değişik çaplarda dilatasyon sağlayabilmelidir.
6. Kateterin toplam uzunluğu 240cm olmalıdır

7. GENEL ÖZELLİKLER

- 7.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır
- 7.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 7.3. Yüklenici firma, İdarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 7.4. Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (<https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/>) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.
- 7.5. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedelsiz karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 7.6. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' nde teklif takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği tarihte kadar Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurulumuz adına askıya çıkarmalıdır.
- 7.7. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Dr. Öğretim Üyesi
Nilay Dönüş
BEÜTF İç Hastalıkları
ve Gastroenteroloji Uzmanı
D.p. Tesck No: 126949

Prof. Dr. Mesut AKARSU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
D.p. Tes. No 1067



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13/07/2023 14:58:17

TEKNİK ŞARTNAME

3508 TAŞ ÇIKARMA BASKET KATETERİ (LİTOTRİPTÖR) 209.0015

1. 3.2 mm çalışma kanalından geçebilmelidir.
2. Kateter kılavuz tel üzerinden gidebilmelidir.
3. Tutuş kısmı litotriptör ile uyum sağlayacak taş kırma için uygun hale getirilmelidir.
4. Tutuş kısmında enjeksiyon kanalı olmalıdır.
5. Baskete uyumlu 2 adet metal kılıf ve litotriptör ile beraber teslim edilmelidir.
6. GENEL ÖZELLİKLER
- 6.1. Teklif edilen ürünün ambalajında ÜRB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 6.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 6.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzeme eri aynı özellikteki yeni malatlı olan ürünler ile değiştirilmelidir.
- 6.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı. SGK'nin ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tükellenmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 6.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 6.6. Malzemeyi teklif eden firma: üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Dr. Öğretim Üyesi
Nilay Başar
DEÜTF İç Hastalıkları
ve Gastroenteroloji Uzmanı
T.C. Tescil No: 126949

Prof. Dr. Mesut AKARSU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Op. Tesc. No: 1867



17. Kalem

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13/07/2023 14:42:49

TEKNİK ŞARTNAME

3515 NEEDLE KNIFE SFİNKTEROTOM 209.0019

1. Enjeksiyon, kılavuz tel ve kesme teli için 2 veya 3 ayrı lümeni olmalıdır.
2. Kesme teli uzunluğu 4-5 mm olmalıdır
3. 0.035" kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır
4. Uzunluğu en az 200 cm olmalıdır.
5. GENEL ÖZELLİKLER
- 5.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 5.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 5.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni malatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 5.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tükettikmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 5.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 5.6. Malzameyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Dr. Öğretim Üyesi
Nilay Demir
CEÜTF İç Hastalıkları
ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tescil No: 126949

Prof. Dr. Mesut AKARSU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 1857

18. Kalem



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13/07/2023 14:38:41

TEKNİK ŞARTNAME

5307 DOUBLE BALLOON İCİN OVER TUBE 209.0020

1. 9,3 mm dış çapındaki Double balloon endoskopi cihazının dışından geçecek plastik bir yapıda olup Double balloon endoskopi cihazı ile birebir uyumlu olmalıdır.
2. Over tube ün ucunda Over tube ile birleşik balonu olmalıdır ve bu balon, balon kontrol ünitesi ile şişirilebilmelidir. Şişirilebilmesi için Over Tube ün arka kısmında plastik hortunu bulunmalıdır.
3. Over tube dış çapı 13,2 mm olmalıdır.
4. Over tube iç çapı 10,8 mm olmalıdır.
5. Over tube distal uç çapı 9,8 mm olmalıdır.
6. Over tube çalışma uzunluğu 1.350 mm olmalıdır.
7. Over tube toplam uzunluğu 1.450 mm olmalıdır.
8. Over tube'deki balonun bulunduğu dış çap 40 mm olmalıdır.
9. GENEL ÖZELLİKLER
- 9.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 9.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 9.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay bancesında bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni malı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 9.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK'nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesin kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 9.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'nde satın alınan ürünün kurumumuza geldiğini bildirmelidir.
- 9.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Dr. Öğretim Üyesi
Nilay Demir
DEÜTF İç Hastalıkları
Gastroenteroloji Uzmanı
T.C. Tescil No: 126949

Prof. Dr. Mesut AKARŞU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Lup Tescil No: 1367

19. Kalem



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi


15/07/2023 14:39:04

TEKNİK ŞARTNAME

4790 ÖZOFAGUS DİLATASYON BALONU 194.0019

1. Balon uzunluğu 5 veya 8cm aralığında olmalıdır.
2. Balon 18mm ye kadar genişleyebilmelidir.
3. 2.8 mmlik çalığma kanalından geçebilmelidir.
4. Kateterin içinden klavuz tel geçebilmelidir.
5. Kateter uzunluğu 180 cm olmalıdır.
6. 3 aşamada şişirilebilmeli ve her aşamada aynı yüzey sertliğiyle değişik çaplarda dilatasyon sağlayabilmelidir.
7. Balon diameter {10-11-12}, {12-15-18}, {15-16,5-18}, {18-19-20} mm ölçülerinde olmalıdır
8. GENEL ÖZELLİKLER
- 8.1. Teklif edilen ürünün ambalajında LBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 8.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 8.3. Yüklenici firma, İdarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri ayrı özellikteki yeni mihali olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 8.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme İstetelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK'nin ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tükellmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 8.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 8.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.


Dr. Öğretim Üyesi
Nilay Dantık
DEÜTF İç Hastalıkları
ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tesdit No: 126949


Prof. Dr. Mesut AKARSU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Uzmanı
114 Teş. No: 1867

20 Kalem



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13/07/2023 14:39:32

TEKNİK ŞARTNAME

3505 POLYPECTOMY SNARE 209.0026

1. Kolonoskopik anare uzunluğu en fazla 240 cm olmalıdır.
2. Snare kement genişliği 15-45 mm aralığında olmalıdır.
3. Uçları oval olmalıdır.
4. Ürün üzerinde handle mevcut olmalıdır.
5. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
6. Ürün medlum ve large ölçülerde teslim edilmelidir.
7. GENEL ÖZELLİKLER
 - 7.1. Teklif edilen ürünün ambalajında USB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 7.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - 7.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bilirmesi durumunda son kullanma tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni matli olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 7.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK'nin ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 7.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca, Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
 - 7.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Dr. Öğretim Üyesi
Nilay Danış
DEÜTF İç Hastalıkları
ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tescil No: 126949

Prof. Dr. Mesut AKARŞU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 13567



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

17/08/2023 14:45:23

21. Kalem

TEKNİK ŞARTNAME

11920 SENGSTAKEN BLAKEMOORE TÜP 209.0022

1. Özofagus varis kanamalarında kullanılan gastrik ve özofageal balonu olan özel tüp olmalıdır.
2. Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
3. GENEL ÖZELLİKLER
- 3.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 3.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 3.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 3.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK'nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketime kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 3.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) no kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 3.6. Malzemeyi tüküten firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Dr. Dr. Erol BENGİ
Ünvanı: Uzm. Dr.
Tıp Fak. ve Gıda Bilim. Fak.
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı

Dr. Dr. Erol BENGİ
Dip. Tes. No: 107268-117988
T.C. Kimlik No: 10574
Ünvanı: Hastahklar ve
Gastroenteroloji Uzmanı

22. Kalem



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

L14072023 14:39:54

TEKNİK ŞARTNAME

3511 ÜÇ LÜMENLİ SFINKTEROM KATETER 203.0028

1. Kateter ERCP işlemlerinde kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Kateter disposable olmalıdır.
3. Kateterin kesme teli 30mm olmalıdır.
4. Kateter üç lümenli olmalıdır.
5. Kateterin uzunluğu 200 cm olmalıdır.
6. Kateterin içinde 0,035" çapında gırdemine geçmelidir.
7. Kateterin distal ucunda radyopak işaretler (Marker) olmalıdır.
8. Kateterin Handle'ı üzerinde olmalıdır.
9. Kateter, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
10. Kateter radyopak olmalıdır.
11. GENEL ÖZELLİKLER
- 11.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 11.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 11.3. Yüklenici firma, İdarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miialı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 11.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK'nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketime kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 11.5. Teklif edilen ürün Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' nde satın alınan ürünün kurumumuza sabıdığını bildirmelidir.
- 11.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Dr. Öğretim Üyesi
Nilay Danış
DEÜTF İç Hastalıkları
ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tescil No: 125949

Prof. Dr. Mesut AKARŞU
Duz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tescil No: 1867

23. Kalem



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13/07/2023 14:40:19

TEKNİK ŞARTNAME

3512 SKLEROTEPAPİ İĞNESİ 208.0031

1. İğne Enjeksiyon yapmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
2. İğne Disposable ve tek lümenli olmalıdır.
3. Kateterin dış çapı kullanıcının isteğine göre 1.8 mm - 2.3 mm olmalıdır.
4. İğne'nin Kateter uzunluğu 240 cm olmalıdır.
5. İğne'nin dış kılıfı teflon olmalıdır.
6. İğne uzunluğu 4.0 mm veya 6.0 mm aralığında olmalıdır.
7. Kateter, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
8. GENEL ÖZELLİKLER
 - 8.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 8.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - 8.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay içerisinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni malı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 8.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK'nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 8.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
 - 8.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Dr. Öğretim Üyesi
Nilay Danış
DEÜTF İç Hastalıkları
ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tescil No: 126949

Prof. Dr. Mesut AKARSU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıklar ve Gastroenteroloji Uzmanı
Ün. Tes. No: 1887

24. Kalem



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

11.07.2023 14.40.44


TEKNİK ŞARTNAME

4780 COLONOSCOPIC BIOPSY FORCEPS 209.0036

1. Ürün tekli sterli pakette olmalıdır.
2. Ürün paslanmaz çelik spiral kılıflı olmalıdır.
3. Forceps iğnesiz olmalıdır.
4. Forceps "oval cup" şeklinde olmalıdır.
5. Forceps kulpları paslanmaz çelik olmalıdır.
6. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
7. Kateter uzunluğu 230cm olmalıdır.
8. 2.3mm kanal çaplı kolonoskoplarda kullanılabilir.
9. Handle bölgesi dayanıklı plastik kaplı hydroc maddeden yapılmış olmalıdır.

10. GENEL ÖZELLİKLER

- 10.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 10.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 10.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni model olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 10.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedelli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK'nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 10.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'nde satın alınan ürünün kurumumuza sabırdığını bildirmelidir.
- 10.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.


Dr. Öğretim Üyesi
Nilay Oaış
DEÜTF İç Hastalıkları
ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tescil No: 126949



Prof. Dr. Mesut AKARSU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 1567



25. Kalem

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

150/2021 149/31

TEKNİK ŞARTNAME

3521 SCOPE DOUBLE BALLOON İÇİN 'BALON' 194.0042

1. Double balon endoskopi cihazı ile kullanıma uygun olmalıdır.
2. Her balon ile birlikte Double balon yapıırken balonun hasta içersinde düşmemesi için uç taraflarına takılacak plastik aparatlar ile birlikte verilmelidir.
3. Balon her hasta sonrası değişik yapıda olmalıdır.
4. GENEL ÖZELLİKLER
- 4.1. Teklif edilen ürünün ambalajında ÜBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 4.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan matzemelen aynı özellikteki yeni matli olan ürünler ile değiştirmektedir.
- 4.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı laahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 4.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' nde satın alınan ürünün kurulumuna satıldığı bildirilmelidir.
- 4.6. Malzemeyi teklif eden firma, üretici, ihalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Dr. Öğretim Üyesi
Nilay Daniş
DEÜTF İç Hastalıkları
ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tesell No: 126040

Prof. Dr. Mesut AKARSU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 1887

26. Kalem



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13/07/2023 - 4.41.32

TEKNİK ŞARTNAME

3509 ENDOSKOPİK KLİP 209.0040

1. Klip sisteme önceden yükü, kullanıma hazır ve steril pakette halinde olmalıdır.
2. Klipler atılmadan önce tekrar açılıp kapanma özelliğine sahip olmalıdır.
3. Klip dişleri 11 mm yada 16mm genişlikte açılabilir, kateter uzunluğu ihtiyaca göre 155 cm veya 235 cm olmalıdır.
4. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
5. 2,8 mm endoskop çalışma kanalıyla uyumlu olmalıdır.
6. Klip rotatable olmalıdır
7. **GENEL ÖZELLİKLER**
 - 7.1. Teklif edilen ürünün ambalajında ÜB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 7.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - 7.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşıyor malzemelerin aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 7.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme İstetelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK'nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 7.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
 - 7.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Dr. Öğretim Üyesi
Nihat Daniş
DEÜTF İç Hastalıkları
ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 126949

Prof. Dr. Mesut AKARSU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 1567



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

24.11.2023 10:01:11

28. Kasım

242.0093

TEKNİK ŞARTNAME

5458 YUZEYSEL DOKU YAPISTIRICISI

1. %99 n-butyl-2 cyanoacrylat doku yapıştırıcısı olmalıdır.
2. Membran filtrasyon ve aseptic dolum tekniği ile steril edilmiş olmalı ve tek kullanımlık ampullerde olmalıdır.
3. Doku sıvısıyla birleşerek 20-30 sn. de polimerize olmalıdır. Bir kez sürülmesi yeterli olmalıdır.
4. Antibakteriyel etkiye sahip olmalıdır.
5. 0,5 ml ampullerde olmalı kutuda 5 adet bulunmalıdır.
6. Yapıştırıcıyı kullanırken aplikatör kullanmaya gerek duyulmamalıdır.
7. Kullanım talimatı içerisinde internal (vücut içi dokularda) kullanımı uygun olmalıdır.

8. GENEL ÖZELLİKLER

- 8.1. Teklif edilen ürünün ambalajında USB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 8.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 8.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanma tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 8.4. Teklif edilen ürün, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK'nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 8.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 8.8. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, distribütör veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Dr. Öğretim Üyesi
Nilay Danış
DEÜTF İç Hastalıkları
ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tescil No: 126049

Doç.Dr. Gürsel BENGİ
Dip.Tescil No: 108206 - 117064
Dip. Tescil No: 108206 - 117064
Dip. Tescil No: 108206 - 117064
Gastroenteroloji Uzmanı

29. Kalem



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13/07/2023 14:41:37

TEKNİK ŞARTNAME

5846 DISPOSABLE SENTETİK ZIMBA HATTI DESTEKLEYİCİ KILIFLI ENDOSKOPİK OYNAR BAŞLI TETİKLİ DÜZ KAPATICI VE KESİCİ STAPLER 60-4.8 MM 255.0003

1. Tamamı disposable olmalıdır.
2. Açık ve Endoskopik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır.
3. Kartuş zimbaların yer aldığı altı aksam ve zimbaların ateşleme ile beraber B formasyonunun oluşmasını sağlayan anvil kısmından oluşmalıdır.
4. Kartuşun stapler hattı üstünde ve anvil kısmında sütür ile sabitleştirilmiş sızıntı riskini ortadan kaldıran zimba hattı destekleyici kilifi olmalıdır.
5. Kılıf kartuşun üstünde hazır gelmeli cerraha zaman kaybı yaratmamak için ayrıca takılmaya gerek bırakılmamalıdır.
6. Kılıf hastada yabancı madde bırakılmamak için 10-14 gün doku desteği sağlamalı ve 90-110 gün içinde absorbe olma özelliğine sahip olmalıdır.
7. Kılıf tamamıyla sentetik olmalı herhangi bir biyolojik madde içermemelidir.
8. Kılıf ateşleme sonrası kontrol amacıyla şeffaf yapıda olmalıdır.
9. Kılıfın kalınlığı 0,07 mm olmalıdır.
10. Yükleme ünitesi bıçaklı kartuş, sentetik zimba hattı destekleyici kılıf ve anvil birlikte gelmelidir.
11. Yükleme ünitesi 22 ve 45 derece artikülasyon yapabilmelidir.
12. Kartuşun kesi hattı açının yapıldığı kısma en fazla 3 cm.uzaklıkta olmalıdır.
13. Kartuş üzerinde bıçağın harekete geçtiği ve bıçağın durduğu noktaları gösteren çizgiler yer almalıdır.
14. Kartuş kullanılmış kartuşun tekrar kullanılmaması için ateşlemeden sonra tekrar aktive olmamalıdır.
15. Kartuş kalın doku uygulamalarında en iyi B formasyonunun oluşması için ateşleme ile beraber üst çeneyi doku üzerine pozisyonlayan bıçağa monte mekanizmaya sahip olmalıdır.
16. Kartuş üzerinde metrik çizgiler yer almalıdır.
17. Yükleme ünitesinin şaftının uzunluğu minimum 9.5 cm olmalıdır.
18. Kartuş ateşleme esnasında sabit kalmalı ve dokuyu deforme olmamak için staplere doğru çakılmamalıdır.
19. Yükleme ünitesinin şaftının üzerinde zimbaların ateşlemeden önceki , ateşlemeden sonraki bacak uzunluklarını, şekillerini ve yükleme ünitesinin tipini gösteren yazılı ibareler bulunmalıdır.
20. Çift sıralı üç hat boyunca 60 mm uzunluğunda kapama ve 58 mm kesme yapmalıdır.
21. Yükleme ünitesi şaftının ucunda bulunan işaretli kanal sayesinde staplere kolaylıkla kilitlenebilme özelliğine sahip olmalıdır.
22. Yükleme ünitesinin çene açılımı minimum 22 mm olmalıdır.
23. Staplerin kartuşundaki zimba bacak uzunlukları ateşlemeden önce 4.8 mm, ateşlemeden sonra 2.0 mm olmalıdır.

Dr. Öğretim Üyesi
Nilay Doms
DEÜTF İç Hastalıkları
ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tescil No: 126949

Prof. Dr. Mesut AKARSU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tescil No: 1867

30. Kalem



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

1.5/17/2023 14:42:22

TEKNİK ŞARTNAME

5847 HIZLI AKIŞLI SIVI ISITMA SİSTEMİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 255.0004

1. Set hızlı sıvı kan akışına izin verecek ve bu sırada da etkin ısıtma sağlayacak yapıda olmalıdır.
2. Setin ısıtıcı bölümü alüminyumdan imal edilmiş olmalıdır.
3. Setin akış hızı 30-950 ml/dak. olacaktır.
4. Bu yüksek akışı sağlayabilmek amacı ile setin çift drip chamber (damla odacığı) bulunmalıdır.
5. Setin priming volumu 73ml den az olmayacaktır.
6. Set steril paketlerde bulunmalıdır.
7. Set Smiths marka Level 1 Fast Flow sistemine uygun olacaktır.
8. **GENEL ÖZELLİKLER**
- 8.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 8.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 8.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni malı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 8.4. Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (<http://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/>) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.
- 8.5. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı. SGK'nın ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tükatılmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 8.6. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' nde teklif takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği tarihe kadar Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz adına askıya çıkarılmalıdır.
- 8.7. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Dr. Öğretim Üyesi
Nilay Deniz
DEÜTF İç Hastalıkları
ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tescil No: 125949

Prof. Dr. Mesut AKARSU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 1887

