



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20236518

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 08/11/2023 TARİHİ, SAAT 16:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	EMBRIYO TRANSFER KATETERİ (GUIDELİ)	20,00	ADET
---	-------------------------------------	-------	------

TEKLİF NO : 20236518
NOT : ODEMELER 180 GUNDUR TEKLİFLERDE MARKA MODEL BELİRTMENİZİ RİCA EDERİZ
İLGİLİ KİŞİ : GAMZE HOŞDİL
TEL :
E-MAIL : gamze.hosdil@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

236.0007.000	EMBRIYO TRANSFER KATETERİ (GUIDELİ)	ADET	20
--------------	-------------------------------------	------	----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12016) EMBRIYO TRANSFER KATETERİ (GUIDELİ)

Açıklama : EMBRIYO TRANSFER KATETERİ (GUIDELİ)

1. İç katater, dış katater, katater koruyucusu ve opturatörden oluşmalıdır.
2. İç kataterin uzunluğu 23 cm olmalıdır.
3. 16G çapında olmalıdır.
4. Katater ultra yumuşak, düz ve yuvarlak uçlu, çapı her embriyonal gelişime sahip embriyoların transferi için uygun olmalıdır.
5. İç ve dış kataterin üzerinde penetrasyon derinliğini gösteren 1 cm aralıklarla çizgiler olmalıdır.
6. Dış katater elle kolayca şekil alabilecek özellikte olmalıdır.
7. İç katater yumuşak ve atravmatik olmalıdır.
8. Embriyo mikroskop altında katatere yüklenirken embriyonun katater içinde ilerleyişi net bir şekilde mikroskoptan görülebilmelidir.
9. İç kataterin iç çapı 0.76 mm olmalıdır.
10. İç kataterin dış çapı 1.52 mm olmalıdır.
11. Dış kataterin dış çapı 2.3 mm olmalıdır.
12. İç katarin hub hariç hacmi 0.104 ml olmalıdır.
13. İç kataterin cm başına hacmi 4.5?l olmalıdır.
14. İnsan embriyo transfer işleminde kullanıma uygun olmalıdır. Toksite etkisi göstermediğine dair fare embriyo (MEA) ve endotoksin (LAL) testi yapılmış olmalıdır.
15. CE belgesine sahip olmalıdır.