



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20237610

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 14/12/2023 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	PLAZMAFEREZ SETİ	100,00	ADET
2	DEPLESYON SETİ (LOKOFEREZ VE TROMBOFEREZ)	25,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: GÜN

TEKLİF NO : 20237610

NOT : 20237610 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : PINAR ARISOY

TEL :

E-MAIL : pinar.arisoy@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

248.0001.000	PLAZMAFEREZ SETİ	ADET	100
248.0028.000	DEPLESYON SETİ (LOKOFEREZ VE TROMBOFEREZ)	ADET	25

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(7759) PLAZMAFEREZ SETİ

Açıklama : PLAZMAFEREZ SETİ

1. Cihaz sürekli akım prensibi ile çalışmalıdır.
2. ACD'ye bağlı reaksiyonların görülmemesi için tüm işlem boyunca ACD oranı >12:1 olmalı, bu oran gerektiğinde dijital gösterge kullanılarak manuel olarak değiştirilebilmeli veya kullanılan replasman sıvısı ve hasta değerlerine uygun ACD-A oranı cihaz tarafından otomatik ayarlanabilmelidir.
3. Pediatrik olgularda kullanılabilmesi özellikle çift kol kullanımında eklsrakorporal volüm düşük (<300 ml) olmalıdır.

(8185) DEPLESYON SETİ (LOKOFEREZ VE TROMBOFEREZ)

Açıklama : DEPLESYON SETİ (LOKOFEREZ VE TROMBOFEREZ)

1. Set granülosit-kök hücre toplamaya, lökosit azaltmaya ve trombosit azaltmaya uygun olmalıdır.
2. Setin ekstrakorporal hacmi 300 ml'nin altında olmalıdır.
3. Granülosit toplama için setin işlevsel olarak kapalı kalmasına yardımcı olmak için ACD-A ve izotonik hatlarında steril bariyer filtreleri olmalı, toplama torbası üzerinde 2 adet örnek alma tüpü ve dışarıdan sıvı eklenmesine olanak sağlayan steril bariyer filtreli bir giriş olmalıdır.
4. Lökosit ve trombosit azaltma işlemleri için atık torbasının hacmi en az 900ml olmalı gerektiğinde bu torbaya ek torba bağlanabilmelidir.