



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

19/12/2023 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20237692

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 26/12/2023 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	TEK KULLANIMLIK FİBEROPTİK (PEDIATRİK BOY)	5,00	ADET
2	TEK KULLANIMLIK FİBEROPTİK (YETİSKİN BOY)	5,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: GÜN

TEKLİF NO : 20237692

NOT : ÖDEME 180GÜN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEK KULLANIMLIK FIBEROPTİK BRONKOSKOPİ SETİ ŞARTNAMESİ (PEDIYATRİK BOY)

1. Bronkoskop uyumlu monitörü ile birlikte kullanılarak, akciğer yolunun optik görüntüsünü sağlamak ve endoterapi aksesuarları, aletleriyle birlikte kullanılmak üzere ve çapraz kontaminasyonları önlemek için tekli ambalajlarda steril olarak paketlenmiş olmalıdır
2. Bronkoskop pediyatrik hastalarda kullanıma uygun, oral veya nazal yoldan yerleştirilebilir olmalıdır
3. Bronkoskop konektör, video kablosu, suction konisi, yönlendirme kolu, suction butonu, tutacak, biyopsi valfi, luer-lock tip konektör, çalışma kanalı, tüp koruyucu ve esnek yerleştirme tüpünden oluşmalıdır. Esnek yerleştirme tüpü güçlendirilmiş örgülü Pebax teknolojisine sahip olmalıdır
4. Bronkoskop seti endotrakeal tüp yerleşimi, çift lümenli endobronşiyel tüp ve endobronşiyel bloker pozisyonlaması, zor entübasyon ve endoskopi eşliğinde trakeostomi uygulamaları için tasarlanmış olmalı
5. Bronkoskop da modüle edilmiş emiş gücüne sahip suction valfi, hava geçirmez özellikte olmalı ve çalışma kanalında mekanik harekete sebep vermemelidir
6. Bronkoskop da suction konisi çalışma kanalı ile aynı hat üzerinde olmalı böylece daha az sesli çalışabilmeli, akış kaybını azaltabilmeli, sol veya sağ el ile kullanıma uygun olmalıdır
7. Bronkoskop çalışma kanalı ön kısımda yer almalı, lüer ve slip tip şiringalar ile uyumlu olmalıdır, enstrüman veya şiringayı çalışma kanalına sığdırmak için konektör veya aksesuar gerektirmeyen özellikte olmalıdır
8. Bronkoskop üzerindeki kısa yönlendirme kolu sayesinde ufak ele sahip kullanıcılar için bile kolay artikülasyon sağlamalı ve yüksek direnç sayesinde bir alet çalışma kanalındayken bile açıldırılmayı koruyabilmelidir
9. Bronkoskop esnek yerleştirme tüpü dış çapı en ince noktasında 3,6 mm ve maksimum 3,9 mm genişliğinde olmalıdır
10. Bronkoskop çalışma kanalı iç çapı en az 1,4 mm olmalıdır
11. Bronkoskop ucu aşağı ve yukarı yönlü defleksiyonu en az 220 derece olmalıdır
12. Bronkoskop en az 5 mm endotrakeal ve 35 fr çift lümenli tüpler ile kullanılabilir olmalıdır
13. Bronkoskop çalışma uzunluğu en az 605 mm olmalıdır
14. Bronkoskop tek kullanımlık, ETO ile steril edilmiş ve kullanıma hazır şekilde ambaljanmış olmalıdır
15. Bronkoskop ağırlığı 125 +/-5 gram olmalıdır.
16. 10 adet bronkoskop ile beraber en fazla 1,8 kg ağırlığında 1 adet uyumlu 10,1" mobil görüntüleme ekranı kullanım süresince kliniğe bırakılmalıdır.
17. Kullanım kolaylığı açısından ekran ve bronkoskoplar aynı marka olmalıdır

Prof. Dr. Altı Necati GÖKMEİ
D.E.Ü. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji
ve Reanimasyon ABD
Dip. No: 538 Tescil No: 52745

**TEK KULLANIMLIK FIBEROPTİK BRONKOSKOPİ SETİ ŞARTNAMESİ
(ERİŞKİN BOY)**

1. Bronkoskop uyumlu monitörü ile birlikte kullanılarak, akciğer yolunun optik görüntüsünü sağlamak ve endoterapi aksesuarları, aletleriyle birlikte kullanılmak üzere ve çapraz kontaminasyonları önlemek için tekli ambalajlarda steril olarak paketlenmiş olmalıdır
2. Bronkoskop yetişkin hastalarda kullanıma uygun, oral veya nazal yoldan yerleştirilebilir olmalıdır
3. Bronkoskop konektör, video kablosu, suction konisi, yönlendirme kolu, suction butonu, tutacak, biyopsi valfi, luer-lock tip konektör, çalışma kanalı, tüp koruyucu ve esnek yerleştirme tüpünden oluşmalıdır. Esnek yerleştirme tüpü güçlendirilmiş örgülü Pebax teknolojisine sahip olmalıdır
4. Bronkoscopi seti endotrakeal tüp yerleşimi, bronşiyel muayene, postural drenaj sonrası ekspektorasyon, biyopsi, bronkoalveolar lavaj (BAL), zor entübasyon ve endoskopi eşliğinde trakeostomi uygulamaları için tasarlanmış olmalı
5. Bronkoskop da modüle edilmiş emiş gücüne sahip suction valfi hava geçirmez özellikte olmalı ve çalışma kanalında mekanik harekete sebep vermemelidir
6. Bronkoskop da suction konisi çalışma kanalı ile aynı hat üzerinde olmalı böylece daha az sesli çalışabilmeli, akış kaybını azaltabilmeli, sol veya sağ el ile kullanıma uygun olmalıdır
7. Bronkoskop çalışma kanalı ön kısımda yer almalı, lüer ve slip tip şırıngalar ile uyumlu olmalıdır, enstrüman veya şırıngayı çalışma kanalına sığdırmak için konektör veya aksesuar gerektirmeyen özellikte olmalıdır
8. Bronkoskop üzerindeki kısa yönlendirme kolu sayesinde ufak ele sahip kullanıcılar için bile kolay artikülasyon sağlamalı ve yüksek direnç sayesinde bir alet çalışma kanalındayken bile açıldırılmayı koruyabilmelidir.
9. Bronkoskop esnek yerleştirme tüpü dış çapı en ince noktasında 5,4 mm ve maksimum 5,6 mm genişliğinde olmalıdır
10. Bronkoskop çalışma kanalı iç çapı en az 2,8 mm olmalıdır
11. Bronkoskop ucu aşağı ve yukarı yönlü defleksiyonu en az 200 derece olmalıdır
12. Bronkoskop en az 6 mm endotrakeal ve 41 fr çift lümenli tüpler ile kullanılabilir olmalıdır
13. Bronkoskop çalışma uzunluğu en az 605 mm olmalıdır
14. Bronkoskop tek kullanımlık, ETO ile steril edilmiş ve kullanıma hazır şekilde ambaljanmış olmalıdır
15. Bronkoskop ağırlığı 125 +/-5 gram olmalıdır
16. 10 adet bronkoskop ile beraber en fazla 1,8 kg ağırlığında 1 adet uyumlu 10,1" mobil görüntüleme ekranı kullanım süresince kliniğe bırakılmalıdır.
17. Kullanım kolaylığı açısından ekran ve bronkoskoplar aynı marka olmalıdır


Prof. Dr. Ali Necati GÖKMEN
D.E.Ü. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji
ve Reanimasyon ABD
Dip. No: 538 Tescil No: 52745