



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20237923

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 28/12/2023 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ISI OLCUM PROBU	30.000,00 ADET
---	-----------------	----------------

ÖDEME SÜRESİ: GÜN

TEKLİF NO : 20237923

NOT : ÖDEME 180 GÜN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

293.0344.000	ISI OLCUM PROBU	ADET	30000
--------------	-----------------	------	-------

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(9740) ISI OLCUM PROBU

Açıklama : ISI OLCUM PROBU

- Isı probu kılıfları 25'er adetlik kutular halinde olmalıdır.
- Isı probu kılıfı latex ve toksik madde içermemelidir.
- Aksiller başta olmak üzere oral ve rektal kullanıma da uygun olmalıdır.
- Isı probu şeffaf olmalı ve 9,5 cm (+/- 0,5 cm) olmalıdır.
- Isı probu kılıfı plastik yapıda olmalı ve sıvı geçirmemelidir.
- Kutu üzerinde Lot No, GTIN no ve referans no yazılı olmalıdır.
- Kutu üzerinde geri dönüşüm, çevre dostu, latek Free ve tek kullanımlık işaretleri bulunmalıdır.
- Kullanılan ateş ölçer prob kılıfı ateş ölçüm doğruluğunu etkilememelidir. Kullanıldığı ateş ölçerin doğruluğu +/- 0.1 C olmalıdır.
- Isı probu kılıflarının kutuları kullanımı kolaylaştırmak amacıyla, cihaz üzerindeki hazneye sığabilmeli ayrıca (varsa) duvara monte ünitesindeki ayrılan yedek prob kutu bölümüne koyulabilmelidir.
- Isı probu kılıfı aşağıda teknik özellikleri belirtilen cihaz ile aynı marka olmalıdır.
- Ürünün UTS kaydı bulunmalıdır.
- Ürünler ile birlikte aşağıda teknik özellikleri kapsayan cihazlardan problemlerin kullanım süresinde 30 (OTUZ) adet kuruma teslim edilecektir.
- ORAL / AKSİLLER ATEŞ ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ
 - Cihaz dijital olmalıdır.
 - Cihaz 4-6 saniyede oral, 10-13 saniyede rektal veya pediatrik aksiller, 12-15 saniyede yetişkin aksiller ölçümü yapabilmelidir.
 - Cihaz doğruluk payı (+-)0.1 celcius olmalıdır. Ve bu katalog da gösterilebilmelidir.
 - Çıkarılabilir,değiştirilebilir oral ve aksiller veya opsiyonel olarak rektal propa uyumlu olmalıdır.
 - Cihaz 3 adet 1.5V AA pil ile çalışabilmelidir.
 - Ateş ölçerin duvara monte aparatı olmalıdır.
 - Cihaz Piller tam doluyken en az 5000 okuma yapabilmelidir.
 - Hasta güvenliğini sağlamak ve çapraz kontaminasyon riskini azaltmaya yardımcı olmak amacı ile değiştirilebilir oral / aksiller (mavi) veya rektal (kırmızı) prob yuvalarına sahip olmalıdır.
 - Cihaz ekranında batarya durumunu gösteren işaret yer almalıdır.
 - Cihazda kullanıcı tarafından seçilebilir ikon ve /veya kelimeler termometre modu gibi seçenekleri bulunmalıdır.

- 13.11 Cihazda Oral / Yetişkin aksiller / Pediatrik Aksiller mod seçimi olmalıdır.
- 13.12 Cihaz kauçuk kavramalı ergonomik tasarıma sahip olmalıdır.
- 13.13 Cihaz 350-400 gr. Aralığındaki ağırlıkta olmalıdır.
- 13.14 Cihaz 26.7 derece -43.3 derece arasında hasta sıcaklığı aralığına sahip olmalıdır.
- 13.15 Ekran göstergesi 00.0 C formatında olmalıdır.
- 13.16 Cihaz, FDA ve CE standartlarına uygun olmalıdır.
- 13.17 Cihaz, medikal sınıflandırmada "Class II-a Tıbbi Cihaz" olarak test edilmiş olmalıdır.
- 13.18 Üts ve sağlık bakanlığı kaydı olmalıdır.
- 13.19 Cihaz kendi markasına ait kalibratör cihazına sahip olmalıdır.
- 13.20 Opsiyonel olarak cihazın kendine ait kalibrasyon anahtarı bulunmalıdır. Bu sayede kalibrasyon cihazı olmadan da ölçüm doğruluğu kontrol edilebilir.
- 13.21 Cihazın duvara monte kiti opsiyonel olarak cihaz ile birlikte verilmelidir.
- 13.22 Cihazın üzerinde nabız kontrol (pulse timer) butonu bulunmalıdır.
- 13.23 Cihaz ateş ölçümünü zamanlama moduyla monitörize (zaman içerisinde gözlemlene) edebilmelidir.
- 13.24 Cihazın istenildiğinde kalibrasyonunun yapılabilmesi için opsiyonel olarak kalibratör verilmelidir.
- 13.25 Cihaz üzerinde seri no yazmalıdır.
- 13.26 Cihaz ÜTS'ye kayıtlı olmalıdır.