



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20237295

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 06/12/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	OZON TERAPİ CİHAZI	1,00	ADET
---	--------------------	------	------

ÖDEME SÜRESİ: GÜN

TEKLİF NO : 20237295

NOT : ÖDEMELER 30 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA VE MODEL BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.1439.000	OZON TERAPI CİHAZI	ADET	1
--------------	--------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12129) OZON TERAPI CİHAZI

Açıklama : OZON TERAPI CİHAZI

- Sistem, Far infrared, su buharı ve ozon kullanılarak ciltten emilimi üzerine kurulmuştur. Sistem aşağıdaki ünite ve parçalardan oluşacaktır:
- SİSTEM KOMPOZİSYONU: Sistem aşağıdaki ünite ve parçalardan oluşacaktır.
 - Ozon jeneratör ünitesi
 - Su buharı ünitesi
 - Far infrared ünitesi
 - Atık su tahliye ünitesi
- TEKNİK ÖZELLİKLER:
 - Isıya ve ozona dayanıklı özel portatif kabin olmalıdır.
 - Dokunmatik 7 inch geniş ekrana sahip olmalıdır.
 - Isı ve zaman ayarı mikroişlemci ile kontrol edilmelidir.
 - Wireless ile çalışan acil durum butonu olmalıdır.
 - Far infrared ve buharlı sauna teknolojilerine sahip olmalıdır. Bu teknolojiler hem ayrı ayrı hem de aynı anda kullanılabilir.
 - Ortamdaki oksijeni ozona çevirebilir.
 - Ozon çıkış dozları 6-8 -10-20-50 ug/ml olmalıdır.
 - Sauna ile birlikte aroma terapi yağları kullanılabilir.
 - 6 adet ozon çıkışı olmalıdır.
 - Sauna kabininde biriken atık suyun tahliyesini cihazın içerisinde bulunan motor aracılığıyla kendiliğinden yapabilir.
- AKSESUARLAR: Sistem ile birlikte, aşağıda belirtilen aksesuarlar verilecektir .
 - Ozon Sauna
 - Oksijen Regülatörü ve Hortumu
 - Kablosuz Zil
 - Huni
 - Su Kabi

- 4.6. İki Adet Minder
- 4.7. 2 Adet Aroma Terapi Yağı
- 4.8. Ayak Pedi
- 4.9. 2 Adet 3 Amper Sigorta
- 4.10. 2 Adet 15 Amper Sigorta
- 4.11. Özel silikon boyunluk
- 4.12. 1 adet Türkçe Orijinal Kullanım Kitapçığı
5. Montaj ve sistemlerin çalışır durumda teslim edilmesi ücretsizdir ve yüklenici tarafından sağlanacaktır.
6. Garanti süresi iki (2) yıldır. Sistemin eksiksiz olarak çalışır durumda teslim alınması ile başlar.

M.D