



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2023806

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 17/02/2023 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	GLİSERİN(1 LT LİK AMB.)	200,00	ADET
2	NON-TOKSİK EMBRİYO SOLUSYONU	3,00	LİTRE
3	ABESLANG (DİL BASACAGI)	50.000,00	ADET
4	OMNI PREP CİLT TEMİZLEME PREPARATI	35,00	ADET
5	İLETKENLİĞİ ARTIRICI PASTA TEN-20	300,00	ADET
6	%4 NİTROSELLULOZ(COLLODION) 1LT.	8,00	ADET
7	ENJEKTOR FİLTRE 0.22MM STERİL	180,00	ADET
8	ACIL ARABASI KİLİDİ(AVALO MARKA ARABALARA UYUMLU)	4.500,00	ADET
9	KULAK SPEKULUMU NO:4(HEINE OTOSKOP'A UYUMLU)(GENİS CAPLI)	1.100,00	ADET
10	KULAK SPEKULUMU NO:2,5 (HEINE OTOSKOP'A UYUMLU)	4.000,00	ADET

TEKLİF NO : 2023806

NOT : ODEME 180GÜN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/12



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2023806

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 17/02/2023 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

11	EKG KAGIDI 50X30(Z KATLI)	110,00	ADET
12	FLUORESCEIN PAPER (100'LUK POSET)	50,00	POŞET
13	LANSET	130.000,00	ADET
14	PLASTİK BARDAK	14.000,00	ADET
15	IDRAR TOPLAMA KABI (24 SAATLİK)	200,00	ADET
16	IDRAR TOPLAMA TORBASI (KIZ)	4.000,00	ADET
17	IDRAR TOPLAMA TORBASI (ERKEK)	4.000,00	ADET
18	STERİL ULTRASON JELİ 20 ML.	160,00	ADET
19	ALUMINYUM VIAL TUTUCU	50,00	ADET
20	SUPERFROST LAM	240,00	KUTU

TEKLİF NO : 2023806

NOT : ODEME 180GÜN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

2/12



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2023806

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 17/02/2023 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
21 NEONATAL EKG ELEKTRODU (3'LU)	1.000,00 ADET

TEKLİF NO : 2023806
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

3/12

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

303.0018.000	GLISERİN(1 LT LIK AMB.)	ADET	200
303.0027.000	NON-TOKSIK EMBRİYO SOLUSYONU	LİTRE	3
302.0008.000	ABESLANG (DİL BASACAGI)	ADET	50000
301.0004.000	OMNI PREP CILT TEMİZLEME PREPARATI	ADET	35
301.0017.000	İLETKENLİĞİ ARTIRICI PASTA TEN-20	ADET	300
301.0019.000	%4 NITROSELLULOZ(COLLODION) 1LT.	ADET	8
299.0004.000	ENJEKTOR FİLTRE 0.22MM STERİL	ADET	180
298.0001.000	ACIL ARABASI KILIDI(AVALO MARKA ARABALARA UYUMLU)	ADET	4500
298.0021.000	KULAK SPEKULUMU NO:4(HEINE OTOSKOP'A UYUMLU)(GENİS CAPLI)	ADET	1100
298.0022.000	KULAK SPEKULUMU NO:2,5 (HEINE OTOSKOP'A UYUMLU)	ADET	4000
292.0010.000	EKG KAGIDI 50X30(Z KATLI)	ADET	110
292.0018.000	FLUORESCEIN PAPER (100'LUK POSET)	POŞET	50
293.0102.000	LANSET	ADET	130000
306.0015.000	PLASTİK BARDAK	ADET	14000
306.0068.000	İDRAR TOPLAMA KABI (24 SAATLİK)	ADET	200
293.0241.000	İDRAR TOPLAMA TORBASI (KIZ)	ADET	4000
293.0242.000	İDRAR TOPLAMA TORBASI (ERKEK)	ADET	4000
301.0033.000	STERİL ULTRASON JELİ 20 ML.	ADET	160
293.0246.000	ALUMİNYUM VIAL TUTUCU	ADET	50
293.0262.000	SUPERFROST LAM	KUTU	240
301.0039.000	NEONATAL EKG ELEKTRODU (3'LU)	ADET	1000

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(6038) EKG KAGIDI 50X30(Z KATLI)

Açıklama : EKG KAGIDI 50X30(Z KATLI)

1. sınıf termal kâğıttan üretilmiş olmalıdır.
- 5 cm eninde 10 cm katlama boyunda olmalıdır.
- Z katlı olmalıdır.
- Cihazların termal yazıcılarına zarar vermemelidir.

5. Kâğıt üzerindeki görüntüler en az 5 yıl boyunca saklanabilmeli ve görüntüler silinmemelidir.
6. Bir pakette 200 veya 300 kat bulunmalıdır.
7. Paketler toz ve nem almayacak şekilde ambalajlanmalıdır.
8. Kâğıt üzerindeki ince ve kalın grid çizgileri net olmalıdır.
9. Paket üzerinde barkod bulunmalıdır.
10. EKG kâğıtları Hastanemizde mevcut Nihon Kohden marka defibrilatör cihazlarına uyumlu olmalıdır.
11. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu sebeple 1 adet numune bırakılmalıdır
12. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

(4797) IDRAR TOPLAMA TORBASİ (KIZ)

Açıklama : IDRAR TOPLAMA TORBASİ (KIZ)

1. Paketler tek kullanımlık ve steril olmalıdır, her paket en az 2 yıl miyatlı olmalıdır.
2. Kullanım sırasında yapışkan bölge kağıdı kolay kaldırılabilmelidir.
3. Torba ağzındaki yapıştırıcı cilde çok iyi yapışmalıdır.
4. Yapıştırıcı ciltte allerji ve benzeri durumlara sebep olmamalıdır.
5. Torbanın açık olan bölgenin iç kısmının çevresinde, idrarın dışarı kaçmasını önleyen sünger veya benzeri bir destek olmalıdır.
6. Kız çocukları için idrar torbası perine bölgesine gelen açıklık şekline göre iki boy olmalıdır;
 - 6.1. Perine bölgesine gelen açıklık büyük oval olmalıdır. (şişman çocuklar için)
 - 6.2. Perine bölgesine gelen açıklık küçük oval olmalıdır. (düşük kilolu çocuklar için)
7. Ürün 50'şer veya 100'er adet paketler şeklinde olmalıdır.
8. Ürün ambalajı üzerine barkot basılmış olmalıdır.
9. Her bir poşet üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
10. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için 20 adet numune temin edilmelidir.

(7384) IDRAR TOPLAMA KABI (24 SAATLİK)

Açıklama : IDRAR TOPLAMA KABI (24 SAATLİK)

1. İdrar toplama kabı plastik ve kapaklı olmalı, kapak sızdırmamalı ve vidalı olmalıdır.
2. İdrar toplama kabı 2.5 - 3 litre olmalıdır.
3. İdrar toplama kabı delik, yırtık, bütünlüğü bozuk olmamalıdır.

- İdrar toplama kabının üstte bulunan kapak dışında örnek almaya yarayan, yanda sızdırmaz kapaklı bir çıkışı olmalıdır.
- 500 ml'den başlayıp 2500 - 3000 ml'ye kadar ölçer derecesi bulunmalıdır. Ölçüm miktarı doğru ölçeklendirilmelidir.
- Delik, kapakları bozuk olan idrar toplama kaplarını firma değiştirecektir.
- Üretici firma CE,ISO,TSE belgelerinden en az birine sahip olmalıdır.
- Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 3 adet numune bırakılmalıdır.
- Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- İdrar toplama kabı delinmelere karşı dayanıklı olmalıdır.
- Ürünün içindeki idrar miktarını gösterecek şeffaflıkta olmalıdır.
- Ürünün üretim ve son kullanma tarihleri olmalıdır.
- Firma miadının dolmasına 6 ay kalmış ürünleri ileri miad tarihli ürünlerle değiştirmelidir.

(5675) OMNI PREP CILT TEMİZLEME PREPARATI

Açıklama : OMNI PREP CILT TEMİZLEME PREPARATI

- Cilt temizleme özelliği yüksek olmalıdır.
- Cildi hafifçe aşındırma özelliği olmalıdır.
- Uygulamadan sonra kolaylıkla temizlenebilmelidir.
- İçeriğinde:
 - Su
 - Alüminyum Oksit
 - 1,2 Propanediol
 - Sodyum Poliakrilat
 - Metilparaben
 - Propilparaben
 - FD&C Blue 1
 - FD&C Red 40
 - FD&C Yellow 5 bulunmalıdır.
- Üretim tarihi ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır.
- Tüpler halinde olmalıdır. (114 Gr. / 4 Oz)
- Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

8. Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir.

(4798) IDRAR TOPLAMA TORBASI (ERKEK)

Açıklama : IDRAR TOPLAMA TORBASI (ERKEK)

1. Paketler tek kullanımlık ve steril olmalıdır, her paket en az 2 yıl miyatlı olmalıdır.
2. Kullanım sırasında yapışkan bölge kağıdı kolay kaldırılabilmelidir.
3. Torba ağzındaki yapıştırıcı cilde çok iyi yapışmalıdır.
4. Yapıştırıcı ciltte allerji ve benzeri durumlara sebep olmamalıdır.
5. Torbanın açık olan bölgenin iç kısmının çevresinde, idrarın dışarı kaçmasını önleyen sünger veya benzeri bir destek olmalıdır.
6. Ürün 50'şer veya 100'er adet paketler şeklinde olmalıdır.
7. Ürün ambalajı üzerine barkot basılmış olmalıdır.
8. Her bir poşet üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
9. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için 20 adet numune temin etmelidir.

(5452) PLASTİK BARDAK

Açıklama : PLASTİK BARDAK

1. Yaklaşık 100-150 ml. hacminde olmalıdır.
2. Alt tabanından yukarıya doğru çapı max 2 cm. genişliyor olmalıdır.
3. İçinden su içilebilir nitelikte hijyenik olmalıdır.
4. Üretici firma laboratuvarında denemek ve şahit numune olarak saklamak için 20 adet temin etmelidir.

(194) LANSET

Açıklama : LANSET

1. Lanset paslanmaz ve kaliteli çelikten yapılmış olmalıdır.
2. Lanset ucu keskin, çapaksız ve tırtıksız olmalıdır.
3. Her ürün tek tek steril ambalajda olmalıdır. Ambalajı yırtılmış ürünler firma tarafından değiştirilmelidir.
4. Lanset ambalajını açma kısmı, lansetin arkası olmalı, yaralamaya sebep olmamalıdır.
5. 200 adetlik paketlerde ambalajlanmış olmalıdır. Paket üzerinde barkot bulunmalıdır.
6. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 1 kutu numune bırakılmalıdır.

7. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8. CE belgesi olmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
10. Lansetin keskin ucunun uzunluğu 3 mm geçmemelidir.
11. Kullanım sırasında eğilme, bükülme olmamalıdır.
12. Ürünün imal tarihi ve son kullanma tarihi olmalıdır.
13. Firma miadının dolmasına 6 ay kalmış ürünleri ileri miad tarihli ürünlerle değiştirmelidir.

(5880) KULAK SPEKULUMU NO:4(HEINE OTOSKOP'A UYUMLU)(GENİS CAPLI)

Açıklama : KULAK SPEKULUMU NO:4(HEINE OTOSKOP'A UYUMLU)(GENİS CAPLI)

1. Hastanemizde kullanılmakta olan HEINE marka ve K-100 model duvar tipi otoskoplara uygun olmalıdır.
2. Disposable olmalıdır.
3. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
4. Malzemenin kutu/paketi üzerinde barkot basılı olmalıdır.
5. Üretici firma denenmek ve şahit numune olarak saklanmak üzere 10 adet numune temin etmelidir.
6. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

(6176) SUPERFROST LAM

Açıklama : SUPERFROST LAM

1. 50 tane içeren karton kutularda olmalıdır.
2. Kutu içindeki lamlar toz ve kirden korunmak için plastik ile kaplanmış olmalıdır.
3. 76X26 mm boyutlarında olmalıdır.
4. Lamların bir yüz ve bir kenarında isim yazmaya uygun renkli işaretleyici alan bulunmalı.
5. Kutu üzerinde ISO numarası ve CE işareti bulunmalı.
6. Lamları yapan firmanın adı/adresi kutu üstünde belirtilmeli.
7. Tüm kutuların lot nosu açıkça belirtilmeli ve son kullanma tarihleri kutu üstünde yazılı olmalı.
8. Lam yüzeyi Poly L-Lysin kaplanmış olmalıdır.
9. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklanmak için 20 adet numune temin etmelidir.

(5231) ENJEKTOR FİLTRE 0.22MM STERİL

Açıklama : ENJEKTOR FİLTRE 0.22MM STERİL

1. Standart enjektör ucuna takılabilir olmalıdır.
2. Filtre membranı selüloz asetattan yapılmış olmalıdır.
3. Pyrogen free (Non Pyrogenic), Hydrophilic olmalıdır.
4. Membran delikleri (Pro size) 0.22 mikron genişliğinde olmalıdır.
5. Filtre çapı 25-30 mm olmalıdır.
6. Her filtre tek tek paketlenmiş, steril ambalajda olmalıdır.
7. Her kutuda 50 adet olmalıdır.
8. Tek kullanımlık olmalıdır.
9. Son kullanma tarihi, ürün teslim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.
10. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 1 adet numune bırakılmalıdır.
11. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

(5881) KULAK SPEKULUMU NO:2,5 (HEINE OTOSKOP'A UYUMLU)

Açıklama : KULAK SPEKULUMU NO:2,5 (HEINE OTOSKOP'A UYUMLU)

1. Hastanemizde kullanılmakta olan HEINE marka ve K-100 model duvar tipi otoskoplara uygun olmalıdır.
2. Disposable olmalıdır.
3. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
4. Malzemenin kutu/paketi üzerinde barkot basılı olmalıdır.
5. Üretici firma denenmek ve şahit numune olarak saklanmak üzere 10 adet numune temin etmelidir.
6. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

(185) İLETKENLİĞİ ARTIRICI PASTA TEN-20

Açıklama : İLETKENLİĞİ ARTIRICI PASTA TEN-20

1. Pasta EEG çekimlerinde kullanılabilir özellikte olmalıdır.
2. Abrasive (arındırıcı) olmalıdır.
3. Disk elektrotlarda kullanılabilir olmalıdır.
4. İletken özellikte olmalıdır.
5. Sıcakta çok çabuk erimemelidir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(8424) NON-TOKSİK EMBRİYO SOLUSYONU

Açıklama : NON-TOKSİK EMBRİYO SOLUSYONU

1. Ürün konsantre olmalıdır.
2. Sıvı halde akışkan olmalıdır.
3. Oda ısısında depolanabilmelidir.
4. Non-toksik olmalıdır ve non-toksik özelliği üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
5. Kokusuz olmalıdır.
6. Ürün bakterisid, fungusid, algisid ve virüs id olmalıdır.
7. Ürün kanı çözüp temizleyebilir özellikte ve ortama hiçbir VOC yaymayan özellikte olmalıdır.
8. Ürün aynı zamanda plastik, metal, lastik materyallerin temizliğinde kullanıma uygun olmalıdır.
9. Ürün kesinlikle fosfat, alkol, civa, fenol ve formaldehit içermemelidir.
10. İn vitro laboratuvar koşullarında kullanılabilirliği test edilmiş ve kullanıma uygun olmalıdır.
11. Litrelik ambalajlarda olmalıdır.
12. Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir.

(7600) FLUORESCEIN PAPER (100'LUK POSET)

Açıklama : FLUORESCEIN PAPER (100'LUK POSET)

1. Flöresein emdirilmiş kağıtlar göz ön segment muayenelerinde korneayı boyamak amaçlı kullanılır.
2. Paket içerisinde 100 adet olacak şekilde steril sarılmış olmalıdır.
3. Teklif edilecek ürün, Haag-Streit markasının piyasada yer alan "flourescein paper" isimli ürününe kalite açısından benzer ve denk özellikte olmalıdır.
4. Teklif verecek firmalar, satın alma işleminin tamamlanmasından önce ürünlerinden deneme numunesi göndermek zorundadır

(62) ABESLANG (DİL BASACAGI)

Açıklama : ABESLANG (DİL BASACAGI)

1. Fırınlanmış gürgen ağacından veya sert mikadan imal edilmiş olmalıdır.
2. Boyu 15 ile 16cm arasında olmalı, eni en az 2 cm olmalıdır.
3. Kalınlığı 2mm olmalı, tüm gövde bu kalınlıkta eşit olmalıdır.
4. Her iki ucu oval şekilde olmalıdır.
5. Tahtadan abeslangın yüzeyi tırtıksız ve her iki kenarı zımparalı olmalıdır.
6. Ürün içeriğinde çatlak, kırık ve çapak olmamalıdır.
7. 100'lük karton kutularda olup karton ambalajlarda teslim edilmelidir. Kutu üzerinde barkot bulunmalıdır.

8. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle 1 kutu numune bırakılmalıdır.
9. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. Kokusuz ve temiz olmalıdır.
11. Esnek olmamalı, dil üzerine konulup bastırıldığında kırılmamalıdır.

(5883) GLISERİN(1 LT LIK AMB.)

Açıklama : GLISERİN(1 LT LIK AMB.)

1. Ürün safiyeti %98-101 aralığında olmalıdır.
2. Görünümü renksiz olmalıdır.
3. Ağır metal toplamı 5 ppm'yi geçmemelidir.
4. Rutubet içeriği en fazla %0,60 olmalıdır.
5. Sülfatlanmış kül içeriği en fazla %0,01 olmalıdır.
6. Toplam CL değeri en fazla 10 ppm olmalıdır.
7. Patojen bakteri sayımı negatif olmalıdır.
8. 1000 ml 'lik ambalajlarda olmalıdır.
9. Ürün ambalajı polietilen materyalden kırılmaz özelliğe sahip olmalıdır.
10. Tüm ürün bilgileri ambalaj üzerindeki etiketlerde net ve açıklayıcı olarak belirtilmiş olmalıdır.
11. Ambalaj üzerinde imal ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
12. Ürün ile ilgili bilgiler ve belgeler teslim edilmelidir.

(6582) STERİL ULTRASON JELİ 20 ML.

Açıklama : STERİL ULTRASON JELİ 20 ML.

1. Ürün ultrason ile kullanım için üretilmiş olmalıdır.
2. Jel suda çözünür olmalıdır.
3. Gamma ışınları ile sterilize edilmiş olmalıdır.
4. Sterilizasyon test raporları sunulabilmelidir.
5. Ürün tek kullanımlık steril ambalajda. 20 +/-5 ml miktarda sunulmalıdır.
6. Her bir steril paketin içinde jelin olduğu ayrı bir kapalı paket bulunmalıdır.
7. Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

15/02/2023 14:03:30

8. Jel alerjik reaksiyona neden olmamalıdır.