



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2023828

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 20/02/2023 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	IGNESİZ KONNEKTORLU KEMOTERAPİ UYGULAMA POMPA SETİ (İKİ İLAC)	3.000,00	ADET
2	ONKOLOJİ TRANSFER SETİ(FILTRE)	1.500,00	ADET

TEKLİF NO : 2023828
NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR TEKLİFLERDE MARKA MODEL VE UBB KODU BELİRTİLMELİDİR.
İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER
TEL : 2324122405
E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

262.0005.000	İGNESİZ KONNEKTORLU KEMOTERAPİ UYGULAMA POMPA SETİ (İKİ İLAC)	ADET	3000
262.0002.006	ONKOLOJİ TRANSFER SETİ(FILTRE)	ADET	1500

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(11548) ONKOLOJİ TRANSFER SETİ(FILTRE)

Açıklama : ONKOLOJİ TRANSFER SETİ(FILTRE)

- Set; iğnesiz sistemle kemoterapi ilaç uygulamalarına uygun olmalıdır.
- Set, kemoterapi ilaçları ile geçimli olmalı ve set; IV Konnektörler, setler ve intravasküler uygulama setleri ile birlikte kullanıma uygun ışıktan korumalı malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Set; 1 adet luerlock bağlantısı, 1 adet hidrofobik havalandırma filtreli kapak, 0,2 mikronluk filtre ve ışığa duyarlı ilaçlar için ışıktan korumalı poliüretan hortumdan oluşmalıdır.
- Set üzerindeki 0,2 mikronluk filtre IV sıvıları filtre etmek için tasarlanmış, pozitif yüklü PES yapıda olmalıdır.
- Setin distal ucunda geriye sıvı kaçışını engelleyen check valf ve hidrofobik filtreli polietilen kapak olmalıdır.
- Ürün tek tek steril olarak ambalajlanmış olmalıdır.
- Ürün lateks ve DEHP içermemelidir.
- Set İnfüzyon pompa setleri ile uyumlu olmalıdır.
- Set hasta damar yoluna bağlanarak kullanıma uygun tasarlanmış olmalıdır.

(11547) İGNESİZ KONNEKTORLU KEMOTERAPİ UYGULAMA POMPA SETİ (İKİ İLAC)

Açıklama : İGNESİZ KONNEKTORLU KEMOTERAPİ UYGULAMA POMPA SETİ (İKİ İLAC)

- Ürün çoklu kemoterapi tedavilerini kapalı sistemde uygulamak için tasarlanmış pompa setidir
- Set, gönderim esnasında kesinlikle dövülmemekte ve ezilmemektedir, bu sayede hijyen koşullar altında, gönderim doğruluğundan sapmadan, stabil ve sorunsuz olarak uzun süre kullanıma uygundur.
- Set, ışıktan etkilenen duyarlı ilaçları korumak için renkli opak malzemeden üretilmiştir.
- Setler çift kanallı/yollu özelliktedir, tek setle iki farklı sıvıyı alıp, kullanıcının infüzyon pompasında girdiği bilgilere göre farklı hızlarda ve dozlarda; aynı kanaldan, aynı anda ve ardışık olarak dağıtabilme özelliğine sahiptir.
- Setin üzerinde bulunan sekonder sıvı girişi (2. sıvı giriş yeri) uygun setlerle mayi vermeye ve enjektörlerle kullanıma uyumludur. Setin sekonder sıvı girişinde kapalı, iğnesiz, valfli konnektör bulunmaktadır.
- Kemoterapi uygulama pompa seti, sıvı sızdırmaz özelliktedir. En az 1 ml.' ye kadar havayı hapsedebilmekte ve bu sayede hastaya ve ortama hava gönderme ve kontaminasyon riski oluşturmamaktadır.
- Set hava kapanında hapsedilen havayı hastadan seti ayırmadan çıkarabilme özelliğine sahip olmalıdır; bu sayede sistem enfeksiyondan, ortam da kontaminasyondan korunmaktadır. Hava çıkarma esnasında ilaç ve doz kaybı olmamaktadır.
- Damlalık haznesi içerisinde sete hava kaçmasını engelleyecek küre bulunmaktadır.
- Set infüzyon pompasına bağlandığında, sıvı kabının yerden ve hastadan yüksekliğine bağımlı olmadan her türlü konumda ve yükseklikte hacimsel olarak sıvı göndermektedir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

10. Setin serum giriş ucu ile damlalık haznesi arasında kalan kısmında birden fazla kemoterapi ilacını bağlamaya olanak sağlayan en az 2 adet kapalı, iğnesiz, valflü konnektör bulunmakta ve bu şekilde valide edilmiştir. Firmamız ilgili konnektörlerin kemoterapi uygulaması sırasında güvenli bir kullanım sağladığını ve kullanım amacına uygun olduğunu gösterir nitelikte belge (firmamız beyanı hariç) sunabilmektedir.
11. Setin distal kısmında bulunan Y-girişte kapalı, iğnesiz, valflü konnektör bulunmaktadır.
12. Set üzerinde bulunan tüm kapalı, iğnesiz, valflü konnektörler medikal dereceli materyalden üretilmiştir ve sıvı geçişine ancak herhangi bir tamamlayıcı uzatma setine veya enjektöre sağlam şekilde bağlandığında izin vermektedir. Ürün içerikleri antineoplastik ajanlarla geçimlidir.
13. Set üzerinde bulunan tüm kapalı, iğnesiz, valflü konnektörler luerlock ve luer slip bağlantılarıyla uyumludur; lipid, kan ürünleri ve antineoplastik ilaçlar ve alkol, betadin ve klorheksidin gibi dezenfektanlarla ile geçimlidir, bu ürünlerle temasından sonra kullanımına devam edilebilmektedir.
14. Ürün lateks ve DEHP içermemektedir.
15. Set üzerinde bulunan tüm kapalı, iğnesiz, valflü konnektörler 5-7 gün boyunca kullanılabilir niteliktedir, bu süre boyunca mikrobiyolojik bariyer sağlayabilmektedir. Firmamız bununla ilgili belge (firmamız beyanı hariç) sunabilmektedir.
16. Cihazları sağlayacak olan firmamızın Teknik Servis Bölümü mevcuttur ve bu teknik servis ISO 9001:2000 Belgesi ve TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi'ne sahiptir.
17. Ürünün ambalajı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı ve onaylanmış ürün numarası (barkod) bulunmaktadır.
18. Gönderim doğruluğu ve kalibrasyon güvencesinin tam sağlanması adına infüzyon pompaları setler ile aynı marka olmalıdır.