



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2023829

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 21/02/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	TERMAL EMİSYONLU RULO KAGIT	300,00	ADET
---	-----------------------------	--------	------

TEKLİF NO : 2023829
NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA
TEL : 4123945
E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

001.0276.000	TERMAL EMİSYONLU RULO KAGIT	ADET	300
--------------	-----------------------------	------	-----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(9021) TERMAL EMİSYONLU RULO KAGIT

Açıklama : TERMAL EMİSYONLU RULO KAGIT

1. Kullanılacak kağıdın üst yüzü termal emisyonlu olmalıdır.
2. Genişliği 8 cm olmalıdır.
3. Rulo kağıt uzunluğu 60 metre olmalıdır.
4. Kağıt gramajı en az 70 gr./m2 ve üstü olmalıdır.
5. Piyasadan kolay temin edilebilen perfore ve işaretsiz rulo tipinde olmalıdır.