



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2023520

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 08/02/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 ANTI HIV DOGRULAMA	80,00 TEST

**TEKLİF NO** : 2023520  
**NOT** : ÖDEME VADESİ 180 GÜNDÜR.  
**İLGİLİ KİŞİ** : ERİNÇ ERGEN  
**TEL** :  
**E-MAIL** : erinc.ergen@deu.edu.tr  
**FAX** : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

01/02/2023 17:36:38

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

142.0099.000	ANTI HIV DOGRULAMA	TEST	80
--------------	--------------------	------	----

#### 1.GENEL ÖZELLİKLER

#### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

### HIV-1 ve HIV-2 konfirmasyon testi teknik şartnamesi

1. Test kiti HIV enfeksiyonu laboratuvar tanısında serolojik doğrulama testi olarak kullanılabilirmeli (FDA onaylı olmalı) ayrıca HIV-1 ve HIV-2 ayırımını yapabilmelidir.
2. Test tek kullanımlık ve immuno-kromatografik test formatında olmalıdır.
3. Membran üzerinde kontrol bandı ile birlikte HIV-1 için minimum p31, gp160, p24, gp41 ve HIV-2 için minimum gp36 ve gp140 antijen bantları bulunmalıdır.
4. Test tam kandan, serum ve plazma örneklerinden çalışabilmelidir.

Dr. Özgür APPAK

