



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2023898

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 21/02/2023 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ENTEGRE KAN İŞLEM SİSTEMİ TROMBOSİT HAVUZLAMA TORBASİ	300,00	ADET
---	---	--------	------

TEKLİF NO : 2023898
NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR TEKLİFLERDE MARKA MODEL VE UBB KODU BELİRTİLMELİDİR.
İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER
TEL : 2324122405
E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

216.0019.000	ENTEGRE KAN İŞLEM SİSTEMİ TROMBOSİT HAVUZLAMA TORBASİ	ADET	300
--------------	---	------	-----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5900) ENTEGRE KAN İŞLEM SİSTEMİ TROMBOSİT HAVUZLAMA TORBASİ

Açıklama : ENTEGRE KAN İŞLEM SİSTEMİ TROMBOSİT HAVUZLAMA TORBASİ

1. Set; bir tam kandan elde edilen trombosit ünitelerinden en fazla beş adedinin havuzlanması ve havuzlama işlemi sırasında lökositlerinin azaltılması yoluyla bir tedavi dozu trombosit ünitesi elde edilmesi için kullanılacaktır.
2. Havuzlama seti en az bir adet trombosit torbası içerecektir ve bu torba bir tedavi dozu havuzlanmış trombositin beş gün saklanması için uygun özellikte olacaktır.
3. Havuzlama seti altı adet (bir tam kandan elde edilen) trombosit ünitesinin aynı anda sete steril bağlantı yoluyla bağlanabilmesine uygun en az beş adet hatta sahip olacaktır.
4. Set; gerektiğinde trombosit saklama solüsyonu eklemek için kullanılmak üzere bir adet ucu kapaklı hatta sahip olacaktır.
5. Havuzlama torbası ile trombosit hatları arasında bir adet lökosit filtresi bulunacaktır ve bu filtre en az log4 performansında süzme gerçekleştirecektir.
6. Havuzlama torbasına bağlı bir adet örnek alma torbası bulunacaktır. Örnek alma torbasından test tüplerine örnek alabilmek için torbaya bağlı bir iğne ve kapağı olacaktır.
7. Havuzlama kitleri otomatik kan işleme sistemi setleri ile uyumlu olmalı ve bu uyumluluk valide edilmiş olmalıdır.