



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2023946

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN

02/03/2023

TARİHİ, SAAT

13:00

'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	URETROTOMİ BİCAGI (SOGUK BİCAK)	5,00	ADET
---	---------------------------------	------	------

TEKLİF NO : 2023946

NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR TEKLİFLERDE MARKA MODEL VE UBB KODU BELİRTİLMELİDİR

İLGİLİ KİŞİ : MÜGE SAL

TEL :

E-MAIL : muge.aker@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

225.0036.000	URETROTOMİ BİCAGI (SOGUK BİCAK)	ADET	5
--------------	---------------------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(10446) URETROTOMİ BİCAGI (SOGUK BİCAK)

Açıklama : URETROTOMİ BİCAGI (SOGUK BİCAK)

- Internal Üretrotom Bıçağı (Düz Tip)
 - 22 Fr?lik üretrotom Kılıfı ve çalışma elemanı ile kullanıma uygun olmalıdır.
 - Bıçak ucu düz tipte olmalı ve tek kök sistemine sahip olmalıdır.
 - Hastanemizde bulunan Olympus Marka Üretretom setine ait A3550 çalışma elemanı ile uyumlu olmalıdır.
- Internal Üretrotom Bıçağı (Tırtıklı Tip)
 - 22 Fr?lik üretrotom Kılıfı ve çalışma elemanı ile kullanıma uygun olmalıdır.
 - Bıçak ucu tırtıklı tipte olmalı ve tek kök sistemine sahip olmalıdır.
 - Hastanemizde bulunan Olympus Marka Üretretom setine ait A3550 çalışma elemanı ile uyumlu olmalıdır.
- Internal Üretrotom Bıçağı (Balta Tip)
 - 22 Fr?lik üretrotom Kılıfı ve çalışma elemanı ile kullanıma uygun olmalıdır.
 - Bıçak ucu yarım-daire (balta) tipte olmalı ve tek kök sistemine sahip olmalıdır
 - Teklif edilen yarım-daire (balta) uçlu üretrotom bıçağı 4 Fr kanala sahip olmalı, 3 Fr?lik üreter kateteri ile kullanıma uygun olmalıdır.
 - Hastanemizde bulunan Olympus Marka Üretretom setine ait A3550 çalışma elemanı ile uyumlu olmalıdır.