



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2023976

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 28/02/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	PROTROMBIN ZAMANI (PT)	47.000,00	TEST
2	RISTOCETIN KOFAKTOR (VWF R1CO)	130,00	TEST
3	ANTITHROMBIN III	150,00	TEST
4	AKTİVE PAR.TRO.ZAMANI(APTT)	40.000,00	TEST
5	FIBRİNOJEN	10.000,00	TEST
6	DI-DİMER	10.000,00	TEST
7	FAKTOR VII	180,00	TEST
8	VON WILLEBRAND FAKTOR (VWF)	250,00	TEST
9	FAKTOR V	160,00	TEST

TEKLİF NO : 2023976

NOT : ÖDEME VADESİ 180 GÜNDÜR.

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

145.0005.000	PROTROMBIN ZAMANI (PT)	TEST	47000
145.0018.000	RISTOCETIN KOFAKTOR (VWF R1CO)	TEST	130
145.0021.000	ANTITHROMBIN III	TEST	150
145.0023.000	AKTİVE PAR.TRO.ZAMANI(APTT)	TEST	40000
145.0024.000	FIBRİNOJEN	TEST	10000
145.0025.000	DI-DİMER	TEST	10000
145.0041.000	FAKTOR VII	TEST	180
145.0045.000	VON WILLEBRAND FAKTOR (VWF)	TEST	250
145.0108.000	FAKTOR V	TEST	160

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

DEÜ Hastanesi Merkez Laboratuvarı Hematoloji Birim
Koagülasyon Testleri Alım Teknik Şartnamesi


Doğrudan alım için testler özellikleri, miktarı ve çalışma için gerekli cihaz özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

1. Aşağıda listelenen testler bir arada değerlendirilecektir. Teklif edilen kit ve cihazlar aynı marka olmalıdır ve kısmi teklif verilemez.
2. Alınmak istenen kit ismi ve miktarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Test İsmi	Miktar
Protrombin Zamanı (PT)	
Aktive Pars. Tromboplastin Zamanı (aPTT)	
Fibrinojen	
D-Dimer	
Faktör V	
Faktör VII	
Antitrombin III	
von Willebrand Faktör (vWF)	
Ristosetin kofaktör	

3. Önerilen testler laboratuvarında bulunan Siemens BCS XP cihazlarında çalışılabilir olmalıdır
4. Testler için uygun miktarda iki düzey kalite kontrol ücretsiz olarak verilmelidir
5. Analizör ve ekleri, alınacak kitler bitene kadar laboratuvarında kalmalıdır

Prof. Dr. Pınar AKAN



Doç. Dr. Murat ÖRMEN

