



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20231014

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 03/03/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ANTI-HUMAN IGG (ALKALINE PHOSPHAT CONJUGATE)(1 ML)	1,00	ADET
2	BUFFER SOLUSYONU PH:7.00 (1 LT)	1,00	ADET
3	BUFFER SOLUSYONU PH:4.00 (1 LT)	1,00	ADET
4	COLSEMID	2.000,00	MİLİLİTRE
5	ANTI HUMAN IGG (GAMMA-CHAIN SPESIFIC)-FITC ANTIBODY(0,5 MILİLİTRE 'LİK)	1,00	ADET
6	4-NITROPHENYL PHOSPHATE DISODIUM SALT HEXAHYDRATE(5 GRAM' LİK)	1,00	ADET

TEKLİF NO : 20231014
NOT : ÖDEME VADESİ 180 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN
TEL :
E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

142.0145.000	ANTI-HUMAN IGG (ALKALINE PHOSPHAT CONJUGATE)(1 ML)	ADET	1
152.0032.000	BUFFER SOLUSYONU PH:7.00 (1 LT)	ADET	1
152.0033.000	BUFFER SOLUSYONU PH:4.00 (1 LT)	ADET	1
149.0147.000	COLSEMID	MİLİLİTRE	2000
152.0359.000	ANTI HUMAN IGG (GAMMA-CHAIN SPESIFIC)-FITC ANTIBODY(0,5 MİLİLİTRE 'LIK)	ADET	1
152.0360.000	4-NITROPHENYL PHOSPHATE DISODIUM SALT HEXAHYDRATE(5 GRAM' LIK)	ADET	1


1.GENEL ÖZELLİKLER


2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

**DEU HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI TIBBİ GENETİK BİRİMİ 2023 YILI
KOLSEMİD TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1-SARF MALZEME 10 ML LİK STERİL KOYU CAM ŞİŞELERDE OLMALI.
- 2-ŞİŞE ÜSTÜNDE İLGİLİ FİRMANIN CE BELGE , LOT NO VE TARİHİ AYRINTILI OLARAK BULUNMALI
- 3- KOLSEMİDİN İÇERİĞİ , FİRMANIN KENDİ ETİKETİ ÜZERİNDE BELİRTİLMELİ
- 4-SARF MALZEME TESLİM EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN EN AZ İKİ YIL SONRAYA UYGUN SON KULLANMA TARİHİNE SAHİP OLMALI
- 5- KOLSEMİDİN , İLGİLİ LABORATUVARDA KULLANIMI SIRASINDA SONUÇ VERMEMESİ ,ÇALIŞMAMASI DURUMUNDA SATICI FİRMAYA KOŞULSUZ İADE EDİLECEKTİR.İLGİLİ RAPOR BİR TEKNİSYEN VE BİR ÖĞRETİM GÖREVLİSİ TARAFINDAN DÜZENLENECEKTİR.
- 6- SARF MALZEME TAŞIMA KURALLARINA UYGUN OLARAK MERKEZ LAB.DEPOSUNA TESLİM EDİLMELİ.
- 7-MALZEME TESLİMİ FİRMA YETKİLİSİ TARAFINDAN ELDEN İMZA KARŞILIĞI MERKEZ LAB.DEPOSUNA YAPILACAKTIR.


Doç.Dr. Elçin Bora


Doç.Dr. Tufan Çankaya

ANTI-HUMAN IgG (Gamma- chain spesifik)-FITC ANTIBODY

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İnsan IgG antikorlarının gamma ağır zincirine karşı üretilmiş anti-antikordur.
2. Keçide üretilmiş ve poliklonal özellikte olmalıdır.
3. Fluorescein isothiocyanate (FITC) ile işaretlenmiş olmalıdır.
4. İndirekt floresan antikor tekniğinde (IFAT) kullanıma uygun olmalıdır.
5. Phosphate buffered saline (pH 7.4) içinde süspansiyon edilmiş olmalıdır ve buffer solüsyon 1% bovine serum albumin ve 15 mM sodium azide içermelidir.
6. Solüsyon halinde ve 0,5 ml' lik ambalajlarda temin edilmelidir.
7. Saklama koşulları -2-8 °C arasında olmalıdır.

Parazitoloji Laboratuvarı Birim Sorumlusu

Prof. Dr. Songül Bayram Delibaş


1. ANTİ-HUMAN IGG (GAMMA- CHAİN SPESİFİK)-ALKALEN FOSFATAZ KONJUGE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.1. İnsan IgG antikorlarının gamma ağır zincirine karşı üretilmiş anti-antikordur.
- 1.2. Keçide üretilmiş ve poliklonal özellikte olmalıdır.
- 1.3. Alkalen fosfataz enzim ile işaretlenmiş olmalıdır.
- 1.4. ELISA kullanımına uygun olmalıdır.
- 1.5. Tris tampon (pH 8.0) içinde süspanse edilmiş olmalıdır ve tampon solüsyon 1% bovine serum albumin ve 15 mM sodium azide içermelidir.
- 1.6. Solüsyon halinde ve 1 ml' lik ambalajlarda temin edilmelidir.
- 1.7. Saklama sıcaklığı 2-8 oC arasında olmalıdır.

2. 4-NITROPHENYL PHOSPHATE DISODIUM SALT HEXAHYDRATE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 2.1. In-house-ELISA yönteminde kullanılabilir özellikte olmalıdır.
- 2.2. Alkalen phosphatase enzimiyle spesifik reaksiyonu sonrası sarı renkte son ürün vermelidir.
- 2.3. Oluşan ürünün optik dansitesi ELISA okuyucusunda 405 nm dalga boyunda okunabilmelidir.
- 2.4. Linear Formülü $O_2NC_6H_4OP(O)(ONa)_2 \cdot 6H_2O$ şeklinde olmalıdır.
- 2.5. Moleküler ağırlığı 371.14 gr olmalıdır.
- 2.6. Kimyasal özellikleri $\geq 99.0\%$ (enzymatic) ve $\leq 0.01\%$ free nitrophenol olmalıdır.
- 2.7. Saklama koşulları 2-8 oC arasında olmalıdır.
- 2.8. Toz şeklinde ve 5 gr' lık ambalajda temin edilmelidir.

Dr. Songül Bayram Delibaş



**DEU HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI TIBBİ GENETİK BİRİMİ 2023 YILI pH 4,01
TAMPON ŞARTNAMESİ**

1. IUPAC'a uygun standart olmalıdır.
2. pH değeri 4,01 olmalıdır.
3. Tolerans değeri $\pm 0,010$ pH (25 °C) olmalıdır.
4. 500 ml hava geçirmez mühürlü kutuda tedarik edilmelidir.
5. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.
6. Malzeme ile birlikte orijinal analiz sertifikası birlikte verilmelidir.




Prof. Dr. A. Okay ÇAĞLAYAN



Prof. Dr. Ayfer ÜLGENALP

**DEU HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI TIBBİ GENETİK BİRİMİ 2023 YILI pH 7,00
TAMPON ŞARTNAMESİ**

1. IUPAC'a uygun standart olmalıdır.
2. pH değeri 7,00 olmalıdır.
3. Tolerans değeri $\pm 0,010$ pH (25 °C) olmalıdır.
4. 500 ml hava geçirmez mühürlü kutuda tedarik edilmelidir.
5. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.
6. Malzeme ile birlikte orijinal analiz sertifikası birlikte verilmelidir.



Prof. Dr. A. Okay ÇAĞLAYAN



Prof. Dr. Ayfer ÜLGENALP