



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20231402

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 15/03/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	KOLONOSKOP TEMİZLEME FIRCASI	5,00	ADET
2	ENDOSKOP TEMİZLEME FIRCASI	5,00	ADET

TEKLİF NO : 20231402
NOT : ODEME 180 GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

298.0199.000	KOLONOSKOP TEMİZLEME FIRÇASI	ADET	5
298.0592.000	ENDOSKOP TEMİZLEME FIRÇASI	ADET	5

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5635) KOLONOSKOP TEMİZLEME FIRÇASI

Açıklama : KOLONOSKOP TEMİZLEME FIRÇASI

- Endoskopik temizleme fırçası endoskop cihazların temizliğinde güvenli bir şekilde kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
- Sabunlu veya ıslak ortamda kulpu rahatça tutmaya olanak sağlayacak şekilde kaygan olmayan kateter yapısına sahiptir.
- Yumuşak özel olarak dizayn edilmiş naylon fırça yapısına sahip olmalıdır.
- Biyopsi kanalı içerisindeki uzun geçişte fırçaya klavuzluk etmek ve hasarlara karşı koruma sağlamak amaçlı yuvarlatılmış plastik uç yapısına sahip olmalıdır.
- Şaft uzunluğu 240 cm olmalıdır.
- Kılıf çapı (kateter diametresi) 1,8 mm olmalıdır.
- Fırça (fırça kafa diametresi) çap ölçüsü 3,0-6,0 mm olmalıdır.
- Malzeme uluslararası kalite belgelerine haiz olmalıdır.

(11600) ENDOSKOP TEMİZLEME FIRÇASI

Açıklama : ENDOSKOP TEMİZLEME FIRÇASI

- Endoskopik temizleme fırçası endoskop cihazların temizliğinde güvenli bir şekilde kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
- Sabunlu veya ıslak ortamda kulpu rahatça tutmaya olanak sağlayacak şekilde kaygan olmayan kateter yapısına sahiptir.
- Yumuşak özel olarak dizayn edilmiş naylon fırça yapısına sahip olmalıdır.
- Biyopsi kanalı içerisindeki uzun geçişte fırçaya klavuzluk etmek ve hasarlara karşı koruma sağlamak amaçlı yuvarlatılmış plastik uç yapısına sahip olmalıdır.
- Uzunluğu 230 cm, kılıf çapı ise 1.7mm olmalıdır.
- Fırça çap ölçüsü 5-7mm olmalıdır.
- Malzeme tek kullanımlık (disposable) olmalıdır.
- Malzeme uluslararası kalite belgelerine haiz olmalıdır.