



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20231449

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 15/03/2023 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	KOMPLE KAN SAYIM REAKTİFİ	45.000,00 TEST
---	---------------------------	----------------

TEKLİF NO : 20231449
NOT : ÖDEME VADESİ 180 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN
TEL :
E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

145.0001.000	KOMPLE KAN SAYIM REAKTİFİ	TEST	45000
--------------	---------------------------	------	-------

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

**DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI KAN SAYIM
VE ERİTROSİT SEDİMENTASYON HIZI ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Alım için testlerin özellikleri, miktarı ve çalışma için gerekli cihaz özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

1. Aşağıda listelenen testler bir arada değerlendirilecektir. Teklif edilen kit ve cihazlar aynı marka olmalıdır ve kısmi teklif verilemez.
2. Alınmak istenen kit ismi ve miktarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Test İsmi	
Tam kan sayımı testi (hemogram)	
Sedimentasyon test tüpü	

3. Önerilen testlerden hemogram testi, laboratuvarında bulunan Beckman DxH 900 cihazında, sedimentasyon testi Alifax marka cihazda çalışılabilir olmalıdır.
4. Hemogram testi için üç düzey, sedimentasyon testi için iki düzey kalite kontrol materyali uygun miktarda ücretsiz olarak verilmelidir
5. Analizör ve ekleri, ihalede alınacak kitler bitene kadar laboratuvarında kalmalıdır

Prof. Dr. Pınar AKAN

Doç. Dr. Murat ÖRMEN