



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20231486

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 23/03/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	BUFFER SOLUSYONU PH:7.00 (1 LT)	1,00	ADET
2	BUFFER SOLUSYONU PH:4.00 (1 LT)	1,00	ADET

TEKLİF NO : 20231486
NOT : ÖDEME VADESİ 180 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN
TEL :
E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

152.0032.000	BUFFER SOLUSYONU PH:7.00 (1 LT)	ADET	1
152.0033.000	BUFFER SOLUSYONU PH:4.00 (1 LT)	ADET	1

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

**DEU HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI TIBBİ GENETİK BİRİMİ 2023 YILI pH 4,01
TAMPON ŞARTNAMESİ**

1. IUPAC'a uygun standart olmalıdır.
2. pH değeri 4,01 olmalıdır.
3. Tolerans değeri $\pm 0,010$ pH (25 °C) olmalıdır.
4. 500 ml hava geçirmez mühürlü kutuda tedarik edilmelidir.
5. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.
6. Malzeme ile birlikte orijinal analiz sertifikası birlikte verilmelidir.




Prof. Dr. A. Okay ÇAĞLAYAN



Prof. Dr. Ayfer ÜLGENALP

**DEU HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI TIBBİ GENETİK BİRİMİ 2023 YILI pH 7,00
TAMPON ŞARTNAMESİ**

1. IUPAC'a uygun standart olmalıdır.
2. pH değeri 7,00 olmalıdır.
3. Tolerans değeri $\pm 0,010$ pH (25 °C) olmalıdır.
4. 500 ml hava geçirmez mühürlü kutuda tedarik edilmelidir.
5. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.
6. Malzeme ile birlikte orijinal analiz sertifikası birlikte verilmelidir.



Prof. Dr. A. Okay ÇAĞLAYAN



Prof. Dr. Ayfer ÜLGENALP