



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20231566

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 24/03/2023 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

1	HOTPACK (25X30 CM)	50,00	ADET
2	PARAFIN KG'LİK	100,00	ADET
3	HOTPACK (25X45 CM)	50,00	ADET

**TEKLİF NO** : 20231566  
**NOT** : ODEME 180GÜN  
**İLGİLİ KİŞİ** : BELMA ÇELEK  
**TEL** : 4122410  
**E-MAIL** : belma.beker@deu.edu.tr  
**FAX** : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

298.0443.000	HOTPACK (25X30 CM)	ADET	50
298.0512.000	PARAFIN KG'LIK	ADET	100
298.0619.000	HOTPACK (25X45 CM)	ADET	50

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (11620) HOTPACK (25X45 CM)

##### Açıklama : HOTPACK (25X45 CM)

- Hot pack bel için 25x45 cm boyutlarında olmalıdır.
- Hot packler yüksek kaliteli pamuklu keten bezinden içerişi volkanik mineral granulleri ile dolu olmalıdır.
- Hot packler 70 dereceye kadar özelliği bozulmadan kullanılabilir özellikte olmalıdır.
- Volkanik mineral içerik sıcak suyu absorbe edebilmeli ve daha sonra en az 30 dk. süreyle ısı etkisini çevresine vermelidir.
- Hot packler havlular arasında kullanılabilir olmalıdır.
- Hot packler kiryoterapi için de kullanılabilir olmalıdır.
- CE belgesi bulunmalıdır. Teklifte beraber CE belgesi verilecektir.

#### (11619) PARAFIN KG'LIK

##### Açıklama : PARAFIN KG'LIK

- Parafin içeriği piriç yağından oluşmalıdır.
- 45 derecede erimesi gerekmektedir.

#### (11621) HOTPACK (25X30 CM)

##### Açıklama : HOTPACK (25X30 CM)

- Hot pack 25x30 cm boyutlarında olmalıdır.
- Hot packler yüksek kaliteli pamuklu keten bezinden içerişi volkanik mineral granulleri ile dolu olmalıdır.
- Hot packler 70 dereceye kadar özelliği bozulmadan kullanılabilir özellikte olmalıdır.
- Volkanik mineral içerik sıcak suyu absorbe edebilmeli ve daha sonra en az 30 dk. süreyle ısı etkisini çevresine vermelidir.
- Hot packler havlular arasında kullanılabilir olmalıdır.
- Hot packler kiryoterapi için de kullanılabilir olmalıdır.



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

22/03/2023 09:43:30

7. CE belgesi bulunmalıdır. Teklifle beraber CE belgesi verilecektir.