



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Teklif No: 20231643

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 30/03/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	HASTA TASIMA SEDYESİ	7,00	ADET
---	----------------------	------	------

TEKLİF NO : 20231643

NOT : ÖDEMELER 30 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA VE MODEL BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR.TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.0106.000	HASTA TASIMA SEDYESİ	ADET	7
--------------	----------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(11632) HASTA TASIMA SEDYESİ

Açıklama : HASTA TASIMA SEDYESİ

- Çok amaçlı sedye, acil servis, yoğun bakım, anestezi ayılma, radyoloji, kateter laboratuvarı, doğumhane, poliklinik ve diğer benzer klinik ortamlarda tıbbi ve cerrahi amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
- Sedye, baş-sırt, oturma ve ayak olmak üzere üç hareketli bölümden oluşmalıdır.
- Sedyenin aşağı/yukarı hareketi, ayak pedalı ile kumanda edilen hidrolik sistem ile sessiz ve titreşimsiz olarak ayarlanabilir olmalıdır.
- Sedyenin baş-sırt bölümü ve Trendelenburg / Ters Trendelenburg pozisyonları ergonomik tasarımlı gazlı piston kumandası ile istenen konuma getirilmelidir.
- Ayrıca kullanılmadığında gizlenebilen bir kol ve mekanik düzenele yardımıyla hastaya ayak ve bacak yukarı, diz fleksiyon ve fowler pozisyonları verilebilir olmalıdır.
- Sedye aşağıdaki pozisyonları alabilir olmalıdır:
- Baş-sırt bölümü : 0° - 85°±5° yukarı
- Trendelenburg : 8° ±2°
- Ters-Trendelenburg : 8° ±2°
- Ayak bölümü : 0° - 35°±3° yukarı
- Bacak : 0° - 35°±3° yukarı
- Diz fleksiyon
- Sırt üstü yatarken ayağı dizden kırarak havaya kaldırma pozisyonu (fowler).
- Sedye üst tablası, hasta konforu göz önüne alınarak 80 mm kalınlığında bir minderle kaplanmış olmalıdır. Kolaylıkla çıkarılıp takılabilen, vücudun ana hatlarına göre şekillenen, ergonomik, hijyen koşullar gereği gizli dikişli, su geçirilmeyen, esnek, antibakteriyel ve yanmaya karşı dirençli olup hastane dezenfektanları ile kolay temizlenebilir olmalıdır.
- Sedye 360° döner, 200 mm çaplı, bir adet i anti statik dört tekerleği ile kolaylıkla istenen yönde hareket ettirilebilir olmalıdır.
- Sedyenin her tekerleği üzerinde yer alan ayak pedalları ile dört tekerleğe serbest hareket imkanı veren ve sedyeyi istenilen konumda sabitleyen merkezi frenleme sistemi, sedyeye hızlı ve rahat hareket olanağı vermelidir.
- Sedyenin 5. yön sürüş tekerleği olmalıdır. Her tekerlek üzerinde yer alan ayak pedallarının "yön" konumuna getirilmesiyle devreye alınan 5. tekerlek sedyeyi tek kişinin dönemeçli ve eğimli yüzeylerde düz olarak rahatlıkla yönlendirmesini sağlamalıdır.
- Sedyenin her iki yanında hasta güvenliği göz önünde tutularak tam boy paslanmaz çelik yan koruyucuları bulunmalıdır. Yan koruyucular tamamen sedye altına katlanarak hasta transferi sırasında yatağa hiç aralık bırakmadan yanaşma sağlamalıdır. El ve hortumların araya sıkışmayacağı şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- Sedye üst tablasını çepeçevre saran tampon darbelerle karşı etkin koruma sağlamalıdır.
- Sedye elektrostatik boya ile boyanmış olmalıdır.
- Sedyenin ölçüleri (±20 mm) aşağıdaki gibi olmalıdır:

22. Yükseklik (mindersiz) : 615 - 870 mm
23. Yükseklik (minderli) : 695 - 950 mm
24. Sedye üst tablası : 750 x 2120 mm
25. Sedye tabanı : 665 x 1360 mm
26. Baş-sırt bölümü : 555 x 695 mm
27. Oturma bölümü : 555 x 490 mm
28. Ayak bölümü : 555 x 590 mm
29. Sedye ile birlikte aşağıdakiler verilecektir;
30. 1 adet serum askısı -teleskopik, katlanabilir.
31. 1 adet sepet sedye ye uygun.
32. En az 2 (yıl) garantili olmalıdır.
33. Teklifler ile birlikte Sedyeler 14 Nisan 2023 tarihinde ayniyat depoya teslim edeceğini taahhüt edecektir.

A.T