



Teklif No: 20231152

03/03/2023 00:00:00

### İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

09/03/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ  
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

#### ALIM KONUSU MALZEMELER

#### MİKTAR

1	ELEKTRİKLİ YATAK ISITICI	2,00	ADET

Teklif No : 20231152

Ödeme Süresi :

Not : ÖDEMELER 30 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA-MODEL BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAME

11578 ELEKTRİKLİ YATAK ISITICISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mikroprosesör devreli kontrol ünitesi 32-39 C aralığında hassas bir ayarlama yapabilmeli ve bir kanalı arıza yaptığında diğer kanalı aynı anda ve farklı ısı değerleri ile görev yapabilecek şekilde 2 farklı ısıtma kanalına sahip olmalıdır.
2. Şarj edilebilir Kontrol Ünitesi tek tip ve Yetişkin-Pediyatrik ile Yeni-Doğan uygulamalarına uygun olmalıdır.
3. Elektrik kesintileri; acil-kurtarma ve mobil ihtiyaçlar için şarjlı dahili Li-Ion bataryası bulunmalıdır. Batarya durumu dijital ekrandan gözlenmelidir. Batarya enerji düzeyi min.100Wh( $\pm$ %5) olmalıdır.
4. Cihaz standart infüzyon askısına takılıp-kullanılabilecek; yer kaplamayan taşınabilir (batarya dahil: 3 kg ve altı) ve portatif yapıda olmalıdır.
5. Kontrol ünitesine bağlanacak blanketler hasta üstüne veya altına uygun olmalıdır. Blanketler aşağıdaki ebat ve adetlerde olup; X-Ray geçirgen ve reusable özellikte olmalıdır.
  - 5.1. 13 adet Yetişkin Boy 50x150 cm
  - 5.2. 2 adet Pediyatrik Boy 68x 48 cm
6. Hasta güvenliği için blanketlerde birbirinden bağımsız çalışan min.4 farklı ısıtma devresi ve her devrede birbirinden bağımsız olarak aktif olabilen en az 2 adet Isı Sensörü bulunmalıdır. Ayrıca birbirinden bağımsız çalışan en az 2 adet aşırı ısınma koruma devresi bulunmalıdır.
7. Sistem sarf malzemeye bağımlı kalmadan çalışmalıdır.
8. Cihazın çalışma gerilimi maksimum 24 V olmalıdır. Aşırı ısınmaya, düşük ısıya, kabloların kırılması ve enerji kesilmelerine karşı alarm özelliği olmalıdır.
9. Blanket yüzeyinde bölgesel aşırı ısınma ve hasta yanıkları riskini engellemek için ısıtıcı blanket ve soketleri üzerinde birbirinden bağımsız aktif olabilen en az 8 adet Isı Sensörü ve bağlantıları bulunmalıdır. Bunlar yataktan gelen sokette [en az 8x2=16 adet olacak şekilde] soket sensör bağlantısı ile sürekli modda görevini yerine getirmelidir
10. İmalatçı ve distribütör firma tarafından imalat ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır. Ayrıca garanti sonrası en az 10 yıl teknik servis ve yedek parça temin garantisi verilmelidir.
11. Cihaz kalibrasyon gerektiriyor ise firma tarafından yapılacaktır.Kalibrasyon ihtiyacı yok ise firma bunu yazılı bir şekilde sunacaktır.
12. Sağlık bakanlığı tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında ÜTS kaydı yapılması gerekiyor ise ÜTS kayıtları ile sunulmalıdır eğer ÜTS kaydı gerekmiyor ise sağlık bakanlığı tarafından verilecek ÜTS kaydı gerekmediğine dair belge sunulmalıdır.Firmalar faturalarında cihazın ÜTS sisteminde kayıtlı olduğu ürün numarasını faturaya eklemelidir.

Prof.Dr. Necati GÖKMEN  
Başhekim Yardımcısı

Naciye AYAN  
Endüstri Mühendisi