



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Teklif No: 20231246

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 13/03/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	HIZLI INFUZYON CİHAZI	2,00	ADET
---	-----------------------	------	------

TEKLİF NO : 20231246
NOT : ÖDEMELER 30 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA-MODEL BELİRTİLMELİDİR.
İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA
TEL : 4123945
E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.3761.000	HIZLI INFUZYON CİHAZI	ADET	2
--------------	-----------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(11579) HIZLI INFUZYON CİHAZI

Açıklama : HIZLI INFUZYON CİHAZI

- Yoğun bakım ve ameliyathane gibi yerlerde hastalara kan, serum,vitamin, plazma ve kalori nakilleri ile organ nakli vb. hızlı transfüzyon ve infüzyon işlemlerinde kullanılabilir.
- Cihaz 38 C-42 C (+/- 1 C) arasında en çok 1 C aralıklarla kademeli olarak ayarlanabilen mikro-işlemci kontrollü ve en az 0,1 C hassasiyette dijital göstergeli olarak gelmelidir. Cihaz kapatılsa bile; tekrar açıldığında yeniden ısı ayarı yapmak gerekmemelidir.
- Cihaz açıldığında self-test yaparak; sorun olduğunda ikaz vermelidir; ayrıca ayarlanan ısıya ulaşılmadığında veya alçak ve yüksek ısılarda (34 C altında ve 45 C üstünde) sesli ve ışıklı olarak ikaz vermelidir ve durmalıdır.
- Isıtma 60 sn. gibi kısa bir sürede gerçekleşmeli ve cihaz dakikada 15-500 ml akış hızlarında yeterli ısıtma verimine ulaşabilmelidir.
- Cihaz ebatsal ve ağırlık olarak büyük hacimli olmamalı(<3 kg) ; yer kaplamamalıdır. Portatif olmalı ve infüzyon askısı ve hasta yatağı başına asılabilecek şekilde gelmelidir.
- Sistemde kullanılacak tek kullanımlık ısıtma kasetleri, non-pirojenik ve latex içermeyen; eşit ısı dağılımı sistemine sahip steril paketlerde gelmelidir.
- Hatalı kullanımları engellemek için setler, cihaza sadece tek bir yönden girebilecek şekilde dizayn edilmeli; ayrıca cihaza hangi taraftan sokulacağını gösteren işaret bulunmalıdır.
- Setlerin üzerinde hava kabarcıklarını engelleyen, kabarcık tutucu ve manuel olarak hava kabarcıklarını ortadan kaldıran bir valf bulunmalıdır.
- Setlerin akış yolunda istendiğinde akışı kesmek ve başlatmak için 2 adet klemp bulunmalıdır.
- Her cihazla birlikte 50 adet disposable kan ısıtma seti verilecektir.
- İmalatçı ve distribütör firma tarafından imalat ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır. Ayrıca garanti sonrası en az 10 yıl teknik servis ve yedek parça temin garantisi verilmelidir.
- Cihaz kalibrasyon gerektiriyor ise firma tarafından yapılacaktır.Kalibrasyon ihtiyacı yok ise firma bunu yazılı bir şekilde sunacaktır.
- Sağlık bakanlığı tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında ÜTS kaydı yapılması gerekiyor ise ÜTS kayıtları ile sunulmalıdır eğer ÜTS kaydı gerekmiyor ise sağlık bakanlığı tarafından verilecek ÜTS kaydı gerekmediğine dair belge sunulmalıdır.Firmalar faturalarında cihazın ÜTS sisteminde kayıtlı olduğu ürün numarasını faturaya eklemelidir.

N.A